УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГУ «РНПЦ пульмонологии
и фтизиатрии»
Кроткова Е.Н.

10.11.2026 г.

ЗАДАНИЕ
На закупку реагентов и расходных материалов для ПЦР диагностики

1. Предмет закупки: Реагенты и расходные материалы для диагностики инфекционных заболеваний методом ПЦР
2. Код ОКРБ: 20.59.52.100
3. Описание предмета закупки: предназначены для ПЦР диагностики
4. Область применения: клиническая лабораторная диагностика

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

5.Состав, комплектация и применение:

№ п/п	Наименование	Базовые параметры	Количество
1.	Набор реагентов для молекулярно-генетической идентификации возбудителей пневмоний и генетических маркеров устойчивости обнаруженных возбудителей к антимикробным препаратам	1. Набор должен быть рассчитан на проведение не менее 30 исследований. 2. Мультиплексное определение с дифференцировкой: 2.1 Возбудители: Acinetobacter baumannii-calcoaceticus, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella aerogenes, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, аденовирус, коронавирус, метапневмовирус человека, риновирус/энтеровирус человека, вирус гриппа А, вирус гриппа В, коронавирус ближневосточного респираторного синдрома, вирус парагриппа, респираторно-синтициальный вирус.	1

		2.2 Генетические маркеры устойчивости к антимикробным препаратам: карбапенемазы, бета-лактамазы расширенного спектра, устойчивость к метициллину.	

6.Технические требования:

6.1. Предлагаемая тест-система должна быть совместима с системой FilmArray Torch производства BioFire Diagnostics Inc., США.

6.2. Комплект реагентов должен содержать все необходимые компоненты для проведения исследования.

7. Требования, предъявляемые к сроку годности, и (или) объему предоставления гарантий качества товара: срок годности не менее 80% срока годности, установленного производителем, с приложением паспортов качества товара.

8. Наличие на товар регистрационных удостоверений Министерства здравоохранения Республики Беларусь, или разрешение на разовый ввоз товара (при отсутствии регистрационного удостоверения) «Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении» Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

9. Требования к документальному подтверждению качества товара сформированы с учетом гарантии качества и правильности получаемых результатов при обследовании пациентов.

10. Поставка товара: до 21.12.2026 г.

Разработано:

Врач – лаборант
(заведующий) РРЛ А.Ю.Романейко

Старший фельдшер-лаборант Л.Е.Таргонская

Согласовано:
Заместитель директора
по лечебной работе А.М.Бабченок