Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.	Система для низковакуумного дренирования ран с дренажом 18F, вакуумной камерой и мешком для сбора отделяемого	70 шт.

2. Технические требования

2.1. Система не требует внешних источников вакуума и является полностью закрытой для исключения инфицирования;

2.2. Прозрачный дренаж с дистальным и боковыми отверстиями длиной не менее 50 см со стилетом для проведения через ткани;

2.3. Наличие меток на дренаже для его точного позиционирования и рентгенконтрастной полосы;

2.4. Прозрачная вакуумная камера объемом не менее 250 мл, начальный уровень разрежения не менее -70 мм.рт.ст, по мере наполнения камеры уровень разрежения должен сохраняться относительно постоянным и не падать менее -30 мм.рт.ст.;

2.5. Прозрачный градуированный дренажный мешок объемом не менее 500 мл;

2.6. При полном заполнении вакуумной камеры должно происходить автоматическое переключение на пассивное дренирование;

2.7. Невозвратные (антирефлюксные) клапаны между вакуумной камерой и дренажом и между вакуумной камерой и мешком для сбора отделяемого (обязательное условие, позволяющее исключить обратный ток инфицированного отделяемого, при несоответствии этому требованию предложение будет отклонено);

2.8. Мешок для сбора отделяемого должен иметь отверстие для опорожнения либо иметь возможность отсоединения от вакуумной камеры для опорожнения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): срок стерильности не менее 12 месяцев.

Разработчики технических требований:

1. Горенок Д.И. — врач-торакальный хирург (заведующий) операционного блока — подпись

2. Голайдо М.М. . — врач-торакальный хирург (заведующий) туберкулезного (хирургического торакального) отделения — подпись

3. Гусак И.С. — врач-хирург туберкулезного хирургического отделения — подпись