МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Вытворча-гандлёвае рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства «Белмедтэхніка»
Рэспубліканскае даччынае гандлевае ўнітарнае прадпрыемства «Медтэхніка» г.Гомель

вул. Чангарскай дывізіі, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
прыёмная: тел.: (0232) 35-98-87;
аддзел гандлю: 35-68-80; маркетынг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/р BY92BLBB30120400052327001001
Дырэкцыя ААТ «БЕЛІНВЕСТБАНКА»
па Гомельскай вобласці,
код BLBBBY2X УНП 400052327

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Производственно-торговое республиканское унитарное предприятие «Белмедтехника»
Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель

ул. Чонгарской дивизии, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
приемная: тел.: (0232) 35-98-87;
отдел торговли: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/счет BY92BLBB30120400052327001001
Дирекция ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНКА»
по Гомельской области,
код BLBBBY2X УНП 400052327

12.11.2026 № 4-17/399

На № _____ ад _____

Руководителю предприятия

ЗАПРОС
информации о ценах на медицинские изделия

Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: **Реагенты и расходные материалы для проведения лабораторных исследований (для анализаторов СА-660, Sysmex, Япония) для ОЗ Гомельской области**

**в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).*

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (*Закон, Указ, прейскурант и т.д.*) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту 203@mdt.by в срок не позднее **16.11.2026.**

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком.

Ведущий специалист отдела маркетинга М.В.Саварина

Голуб 8-232-35-67-14

Реагенты и расходные материалы для проведения лабораторных исследований (для анализаторов СА-660, Sysmex, Япония) для ОЗ Гомельской области

1. Состав (комплектация) ИМН:

ЛОТ	*Наименование ЛОТа*	*Состав / Размер*	*Кол-во*
1.	Реагенты для автоматического анализатора гемостаза серии СА- 660 (Sysmex, Япония)	1. Реагент для определения АЧТВ. 2. В состав набора должны входить реагенты: раствор хлорида кальция 0,025М и реагент АЧТВ. Реагенты могут быть предложены в виде отдельных наборов, пропорционально количеству заявленных тестов. 3. Реагенты жидкие, готовы к применению. 4. Стабильность после вскрытия не менее 7 дней при t +2-+8° С. 5. Набор (или наборы реагентов: хлорида кальция, реагента АЧТВ) рассчитаны на 200-2000 тестов.	138 000 тестов
		1.Реагент для определения протромбинового времени (ПВ). 2.Реагенты должны быть представлены: тромбопластин-кальциевой смесью или хлоридом кальция 0,025М и тромбопластином. 3.Реагенты жидкие или лиофилизированные. 4.Стабильность после вскрытия не менее 10 дней при t +2-+8° С. 5.Тромбопластин аттестован по МИЧ (диапазон 1,0-1,2), что должно быть указано в инструкции и/или в паспорте к реагенту или в другом документе от производителя 6.Набор рассчитан на 400-2400 тестов.	155 500 тестов
		1. Реагент для определения тромбинового времени. 2. Стабильность после вскрытия не менее 6 часов при t +2-+8 °С 3. Набор рассчитан на 400-1000 тестов.	65 000 тестов
		1. Реагенты для определения фибриногена по методу Клаусса с калибратором. 2. В состав набора должны входить следующие реагенты: тромбиновый реагент, буфер, калибратор (Стандарт). Все реагенты могут быть предложены в виде отдельных наборов, пропорционально количеству заявленных тестов; калибратор (Стандарт) – из расчета 1 флакон на 1 набор тромбинового реагента. 3. Реагенты для определения фибриногена по методу Клаусса и калибратор (Стандарт)) должны быть совместимы для применения. 4.Калибратор должен быть аттестован для автоматического анализатора гемостаза серии СА- 660, Sysmex. 5.Набор рассчитан на 100-1000 тестов.	98 000 тестов
2.	Реагенты для определения Д-димеров, для автоматического анализатора гемостаза серии СА- 660 (Sysmex, Япония)	Набор реагентов для количественного определения Д-димеров иммунотурбидиметрическим методом с калибратором. 2. В состав набора должны входить: калибратор, латексный реагент, а также все необходимые реагенты, согласно предлагаемой методики (буфер, диluент, вероналовый буфер, суплемент и др.); при необходимости расходные материалы: флаконы для аликвотирования. 3. Набор рассчитан на 100 - 400 тестов.	28 300 тестов

3.	Реагенты для определения активности Антитромбина III, для автоматического анализатора гемостаза серии СА- 660 (Sysmex, Япония)	1. Реагент для количественного определения функциональной активности Антитромбина III (АТ III) хромогенным методом. 2. В состав набора должны входить: фактор Ха, субстрат, буфер. 3. Реагенты жидкие, готовые к применению. 4. Стабильность всех реагентов после вскрытия при +2 – +8˚С – не менее 4 недель. 5. Набор рассчитан на 100-200 тестов.	700 тестов
4.	Калибровочная плазма для МНО и % ПВ, для автоматического анализатора гемостаза серии СА- 660 (Sysmex, Япония)	1. Калибровочная плазма для МНО и % ПВ (протромбинового времени). 2. Лиофилизированная плазма. 3. Набор: не менее 3-х уровней, флаконы не более 1 мл в равном количестве каждого уровня. 4. Аттестована по параметрам: МНО и % ПВ, с подтверждением в паспорте или др в другом документе от производителя	61 наборов
5.	Калибровочная плазма, для автоматического анализатора гемостаза серии СА- 660 (Sysmex, Япония)	1. Калибровочная плазма, уровень – нормальная. 2. Лиофилизированная плазма. 3. Аттестована по следующим параметрам: фибриноген (метод Клауса), антитромбин III (хромогенным методом) с подтверждением в паспорте или др в другом документе от производителя	126 мл
6.	Контрольные материалы для автоматического анализатора гемостаза серии СА- 660 (Sysmex, Япония)	1.Контроль Д-димеров двух уровней (низкий, высокий), в равной пропорции каждого уровня.	460 мл (поровну каждого уровня 230- низкий уровня 230- высокий уровень)
7.	Контрольные материалы для автоматического анализатора гемостаза серии СА- 660 (Sysmex, Япония)	1.Контрольная плазма для контроля МНО - INR 3-х уровней (норма, умеренно выраженная патология, высокая патология). 2. Лиофилизированная плазма, флакон не более 1 мл, в равном количестве каждого уровня.	252 флаконов (поровну каждого уровня 84- норма, 84- умеренно выраженная патология, 84- высокая патология)
8.	Контрольные материалы для автоматического анализатора гемостаза серии СА- 660 (Sysmex, Япония)	1. Контрольная плазма в нормальном диапазоне. 2. Форма выпуска – лиофилизат. 3. Стабильность после вскрытия при +2 - +8˚С – не менее 4 часов 4. Аттестована по параметрам: протромбиновое время (ПВ), активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), тромбиновое время (ТВ), фибриноген, антитромбин III, что должно подтверждаться паспортом или др другим документом от производителя	930 мл
		1. Контрольная плазма в патологическом диапазоне (умеренная патология). 2. Форма выпуска – лиофилизат. 3. Стабильность после вскрытия при +2 - +8˚С – не менее 4 часов 4. Аттестована по параметрам: протромбиновое время (ПВ), активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), фибриноген, антитромбин III, что должно подтверждаться паспортом или др другим документом от производителя	800 мл

		1. Контрольная плазма в патологическом диапазоне (высокая патология). 2. Форма выпуска – лиофилизат. 3. Стабильность после вскрытия при +2 - +8°С – не менее 4 часов 4. Аттестована по параметрам: протромбиновое время (ПВ), активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), фибриноген, антитромбин III, что должно подтверждаться паспортом или др другим документом от производителя	800 мл
9.	Кюветы для автоматического анализатора гемостаза серии СА- 660 (Sysmex, Япония)	1. Реакционная кювета SU-40-Reaction Tube SU-40 или аналог. 2. Упаковка не более 3000 шт.	366 000 штук
11.	Расходные материалы для автоматического анализатора гемостаза серии СА- 660 (Sysmex, Япония)	1. Раствор промывочный - CA CLEAN II или аналог. 2. Флакон не менее 50 мл.	18 флакона

2.Технические требования:

2.1 ЛОТы №1-11 Реагенты, контрольные, калибровочные и расходные материалы должны быть предназначены для применения на автоматическом анализаторе гемостаза серии СА- 660 (Sysmex, Япония), что должно подтверждаться документально.

2.2. ЛОТы № 4, 5, 6, 7, 8 Должны быть аттестованы для применения на автоматическом анализаторе гемостаза серии СА- 660, Sysmex, с подтверждением в паспорте или др в другом документе от производителя

2.3. ЛОТы 1-11. Все предоставляемые документы должны быть представлены на русском языке.