Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

Расходные материалы для реанимации

(наименование предмета государственной закупки)

1.Состав (комплектация) ИМН

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) оборудования	Количество
Лот №1 Электроды одноразовые терапевтические для дефибрилляции / внешней кардиостимуляции для взрослых	Электроды одноразовые терапевтические для дефибрилляции / внешней кардиостимуляции для взрослых	30 шт.
Лот №2 Эндотрахеальная трубка с манжетой низкого давления	размер: 8,0	150 шт.
	Размер: 7,5	150 шт.
Лот №3 турникеты (регуляторы) для инфузии под давлением (под пакет 0,5 л)	турникеты (регуляторы) для инфузии под давлением (под пакет 0,5 л)	10 шт.
Лот №4 Надгортанный воздуховод (маска ларингеальная одноразовая)	Надгортанный воздуховод (маска ларингеальная одноразовая), размер 3 (30-60 кг).	7 шт.
	Надгортанный воздуховод (маска ларингеальная одноразовая), размер 4 (50-90 кг)	7 шт.
	Надгортанный воздуховод (маска ларингеальная одноразовая), размер 5 (более 90 кг)	7 шт.
Лот №5 Набор для коникотомии (минитрахеотомии)	1.скальпель 2.трахеостомическая трубка / канюля 3.тесьма 4.шприц 5.дилататор / интродьюсер Наличие дополнительных принадлежностей и/или элементов (фиксирующих элементов (лент/полосок) и т.д.) определяет производитель;	6 шт.
Лот № 6 Ларингоскоп однократного применения	Ларингоскоп однократного применения	20 шт

2. Показатели (характеристики)предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

Лот №1
2.1. Электроды терапевтические для дефибрилляции / внешней кардиостимуляции для взрослых совместимые с дефибриллятором-монитором «Mindray uMED 20».

2.2. Электроды терапевтические для дефибрилляции / внешней кардиостимуляции для взрослых – применяются для дефибрилляции, мониторинга или наружной стимуляции. 2.3. Однократного применения.
Лот №2
2.1. Материал трубки – прозрачный материал. 2.2. Наличие делений для определения глубины интубации; 2.3. Наличие размер внутреннего диаметра трубки. 2.4. Наличие рентгенконтрастной линии на трубке; 2.5. Атравматичный дистальный конец. 2.6. Наличие окошка Мерфи на дистальном конце. 2.7. Наличие манжеты большого объема низкого давления; наличие контрольного (пилотного) баллона с клапаном и Luer-Lock соединения. 2.8. Наличие дополнительного канала для аспирации содержимого из надманжеточного пространства. 2.9. Все расходные материалы – стерильны, предназначены для одноразового применения, упакованы в индивидуальную пластиковую упаковку.
Лот №3
2.1. Компрессионный инфузор должен применяться в операционных, послеоперационных и реанимационных палатах. 2.2. Компрессионный инфузор должен обеспечивать ускоренную подачу жидкости. 2.3. Конструктивно должен состоять из камеры- манжеты, прозрачной закрывающей манжету пластины, резиновой груши (для ручного нагнетания воздуха в манжету), манометра. 2.4. Компрессионный инфузор должен обеспечивать сдавление пластиковых пакетов с инфузионными и трансфузионными средами. 2.5. Прибор должен крепиться к штативу. 2.6. Прибор должен быть укомплектован регулятором давления в диапазоне от 0 до не менее 300 мм.рт.ст 2.8. Ёмкость камеры для компрессии - 500мл.
Лот №4
2.1. Одноразовая, стерильная ларингеальная маска (надгортанный воздуховод). 2.2. Прозрачный материал ларингеальной маски (надгортанный воздуховод). 2.3. Манжета изготовленная из термопластичного материала для создания ненадувного анатомического уплотнения структур глотки, гортани и окологлотки. 2.4. Гипоаллергенный материал. 2.5. Стандартный 15 мм коннектор на дыхательной трубке. 2.6. Отсутствие латекса в изделии. 2.7. Маркировка веса пациента на ларингеальной маске (надгортанный воздуховод).
Лот №5
2. 1. Трахеостомическая трубка / канюля диаметром 3-6 мм; 2. 2. Стерильно упакован; 2.3. Одноразового использования.
Лот №6
2.1.Устройство полностью готово к использованию сразу после вскрытия упаковки, не требует сборки рукоятки и клинка. 2.2.Тип клинка ларингоскопа Macintosh. 2.3.Клинок должен иметь гладкую поверхность с защитой для зубов (термопластичного эластомера) или аналогичного материала. 2.4.Размер клинка 4 - для взрослых. 2.5.Источник света - светодиод (LED). Расположен на дистальном конце клинка. 2.6.Встроенные батареи электропитания. 2.7.Наличие механического выключателя (On/Off). 2.8. Однократного использования. 2.9.Каждое устройство должно быть упаковано в индивидуальную стерильную (или гигиеническую) блистерную упаковку, обеспечивающую защиту от повреждений при транспортировке и хранении ..

3. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации:
3.1. Согласно аукционным документам организатора