МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Вытворча-гандлёвае рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства «Белмедтэхніка»
Рэспубліканскае даччынае гандлевае ўнітарнае прадпрыемства «Медтэхніка» г.Гомель

вул. Чангарскай дывізіі, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
прыёмная: тел.: (0232) 35-98-87;
аддзел гандлю: 35-68-80; маркетынг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/р BY92BLBB30120400052327001001
Дырэкцыя ААТ «БЕЛІНВЕСТБАНКА»
па Гомельскай вобласці,
код BLBBBY2X УНП 400052327

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Производственно-торговое республиканское унитарное предприятие «Белмедтехника»
Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель

ул. Чонгарской дивизии, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
приемная: тел.: (0232) 35-98-87;
отдел торговли: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/счет BY92BLBB30120400052327001001
Дирекция ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНКА»
по Гомельской области,
код BLBBBY2X УНП 400052327

12.11.2026 № 4-17/400

На № _____ ад _____

Руководителю предприятия

ЗАПРОС
информации о ценах на медицинские изделия

Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на ***«Реагенты, контрольные материалы и калибраторы, расходные материалы для проведения биохимических исследований»*** (см. Приложение 1)

**в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).*

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (*Закон, Указ, прейскурант и т.д.*) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту 203@mdt.by в срок не позднее **18.11.2026 г.**

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком.

Ведущий специалист отдела маркетинга М.В. Саварина

Лукьяненко Светлана Вячеславовна
8-232-35-67-14

Приложение
к заявке на закупку
медицинских изделий

ОПИСАНИЕ
потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот №1 Реагенты, контрольные материалы и калибраторы, расходные материалы для проведения биохимических исследований

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№П/П	Наименование	Единица измерения	Количество
1*. Реагенты для проведения биохимических исследований			
1.1.	Набор реагентов для определения общего белка	иссл.	107 060
1.2.	Набор реагентов для определения альбумина	иссл.	28 000
1.3.	Набор реагентов для определения мочевины	иссл.	126 000
1.4.	Набор реагентов для определения креатинина	иссл.	114 000
1.5.	Набор реагентов для определения мочевой кислоты	иссл.	16 000
1.6.	Набор реагентов для определения глюкозы	иссл.	64 000
1.7.	Набор реагентов для определения общего билирубина	иссл.	90 000
1.8.	Набор реагентов для определения прямого билирубина	иссл.	31 000
1.9.	Набор реагентов для определения активности АсАт	иссл.	129 000
1.10.	Набор реагентов для определения активности АлАт	иссл.	129 000
1.11.	Набор реагентов для определения активности ЛДГ	иссл.	18 000
1.12.	Набор реагентов для определения активности общей креатинкиназы	иссл.	8 000
1.13.	Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы	иссл.	19 000
1.14.	Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтранспептидазы	иссл.	13 500
1.15.	Набор реагентов для определения активности амилазы	иссл.	31 800
1.16.	Набор реагентов для определения активности панкреатической амилазы	иссл.	500
1.17.	Набор реагентов для определения активности липазы	иссл.	550
1.18.	Набор реагентов для определения активности холинэстеразы	иссл.	500
1.19.	Набор реагентов для определения концентрации холестерина	иссл.	110 000
1.20.	Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов	иссл.	48 000
1.21.	Набор реагентов для определения концентрации HDL- холестерина	иссл.	18 400
1.22.	Набор реагентов для определения концентрации железа	иссл.	10 000
1.23.	Набор реагентов для определения ненасыщенной железосвязывающей способности сыворотки	иссл.	2 250
1.24.	Набор реагентов для определения концентрации кальция (арсеназо III)	иссл.	22 000
1.25.	Набор реагентов для определения концентрации неорганического фосфора	иссл.	3 680
1.26.	Набор реагентов для определения концентрации магния	иссл.	5 000
1.27.	Набор реагентов для определения активности креатинкиназы-МВ	иссл.	5500
1.28.	Набор реагентов для определения концентрации С-реактивного белка	иссл.	26 000
1.29.	Набор реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора	иссл.	9 000

1.30.	Набор реагентов для определения концентрации антистрептолизина-О	иссл.	5 500
1.31.	Набор реагентов для определения ферритина	иссл.	12 500
1.32.	Набор реагентов для определения трансферрина	иссл.	500
1.33.	Набор реагентов для определения иммуноглобулинов класс А	иссл.	4 000
1.34.	Набор реагентов для определения иммуноглобулинов класс М	иссл.	4 000
1.35.	Набор реагентов для определения иммуноглобулинов класс G	иссл.	4 000
1.36.	Набор реагентов для определения концентрации С3 компонента комплемента	иссл.	250
1.37.	Набор реагентов для определения концентрации С4 компонента комплемента	иссл.	250
1.38.	Набор реагентов для определения микроальбумина	иссл.	6 000
1.39.	Набор реагентов для определения белка в моче	иссл.	37 100
2. Контрольные материалы и калибраторы для проведения биохимических исследований**			
2.1	Многопараметровый биохимический калибратор **предназначен для применения к следующим параметрам**: ЩФ, АЛАТ, АСАТ, амилаза, амилаза панкреатическая, холинэстераза, общая кретинкиназа, ГГТП, ЛДГ, липаза, общий белок, альбумин, мочевина, мочевая кислота, креатинин, глюкоза, холестерин, холестерин HDL, триглицериды, билирубин общий и прямой, кальций, неорганический фосфор, железо, ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки, магний, натрий,калий,хлор.	мл	225
2.2	Контрольная биохимическая сыворотка, уровень норма **предназначена для контроля качества тестов по следующим параметрам**: общий билирубин, прямой билирубин, холинэстераза, щелочная фосфатаза, АЛАТ, амилаза, амилаза панкреатическая, АСАТ, общая кретинкиназа, ГГТ, ЛДГ, липаза, неорганический фосфор, триглицериды, альбумин, кальций, хлор, холестерин, холестерин HDL, креатинин, глюкоза, калий, железо, магний, калий, натрий, общий белок, ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки, мочевина, мочевая кислота	мл	1 000
2.3	Контрольная биохимическая сыворотка, уровень патология **предназначена для контроля качества тестов по следующим параметрам**: общий билирубин, прямой билирубин, холинэстераза, щелочная фосфатаза, АЛАТ, амилаза, амилаза панкреатическая, АСАТ, общая кретинкиназа, ГГТ, ЛДГ, липаза, неорганический фосфор, триглицериды, альбумин, кальций, хлор, холестерин, холестерин HDL, креатинин, глюкоза, калий, железо, магний, калий, натрий, общий белок, ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки, мочевина, мочевая кислота	мл	1 000
2.4	Калибратор для креатинкиназы-МВ	мл	15
2.5	Сыворотка контрольная для креатинкиназы-МВ, уровень норма	мл	93
2.6	Сыворотка контрольная для креатинкиназы-МВ, уровень патология	мл	93
2.7	Калибратор для С-реактивного белка стандартной чувствительности	мл	12
2.8	Калибратор для ревматоидного фактора	мл	39
2.9	Калибратор для антистрептолизина-О	мл	7
2.10	Ревматоидная контрольная сыворотка для определения С-реактивного белка, ревматоидного фактора, антистрептолизина-О, уровень норма	мл	102
2.11	Ревматоидная контрольная сыворотка для определения С-реактивного белка, ревматоидного фактора, антистрептолизина-О, уровень патология	мл	102
2.12	Калибратор для ферритина	мл	48

2.13	Калибратор специфических белков (трансферрин, иммуноглобулины класс A, M, G, компонент комплента C3 и C4)	мл	20
2.14	Контрольная сыворотка для определения специфических белков (ферритин, трансферрин, имуноглобулины класс A, M, G, компонент комплемента C3 и C4), уровень норма	мл	165
2.15	Контрольная сыворотка для определения специфических белков (ферритин, трансферрин, имуноглобулины класс A, M, G, компонент комплемента C3 и C4), уровень патология	мл	165
2.16	Калибратор для микроальбумина	мл	10
2.17	Контроль для определения микроальбумина, уровень норма	мл	35
2.18	Контроль для определения микроальбумина, уровень патология	мл	35
2.19	Калибратор для белка в моче	мл	35
2.20	Контрольная моча для белка, уровень норма	мл	145
2.21	Контрольная моча для белка, уровень патология	мл	145
3. Расходные материалы для проведения биохимических исследований**			
3.1.	Электрод Na	шт.	3
3.2.	Электрод K	шт.	3
3.3.	Электрод Cl	шт.	3
3.4.	Референсный электрод	шт.	3
3.5.	Кассета с реагентом	шт.	22
3.6.	Набор промывающий для ISE модуля	шт.	6
3.7.	Концентрированный моющий раствор	л	20,5
3.8.	Кислотный промывочный раствор	мл	320
3.9.	Щелочной промывочный раствор	мл	180
3.10.	Ротор реакционный	шт	170
3.11.	Ячейки (кюветы) для образцов	шт	73 000

Примечание: * - Реагенты (п.1) должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора серии BA 400 производства BioSystems S.A., (Испания) без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций. Флаконы должны содержать штрих(бар)-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования. В случае предложения анализатора другого производителя, поставляемого по договору безвозмездного пользования, допускается предложения соответствующих реагентов с фасовкой и сроком стабильности реагентов в соответствии документам от производителя предлагаемого оборудования.

Примечание: ** - в случае предложения анализатора другого производителя, поставляемого по договору безвозмездного пользования, допускается предложение перечня и объемов (мл, л, шт.) контрольных материалов, калибраторов и расходных материалов (п. 2, 3) на период работы 365 дней, в соответствии с установленным расходом для конкретного анализатора.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1.*** Реагенты, контрольные материалы и калибраторы, расходные материалы (п. 1-3) должны быть оригинального производства и предназначены для работы на автоматическом биохимическом анализаторе BA 400 производства BioSystems S.A., (Испания), что должно подтверждаться

документально, либо могут быть предложены аналогичные реагенты, контрольные материалы и калибраторы, расходные материалы (по пунктам 1,2,3 – с учетом примечаний к таблице 1, обозначенных * и **), с предоставлением анализатора другого производителя, поставляемого по договору безвозмездного пользования (аренды) **в количестве 4-х единиц.**

2.2. Требования, предъявляемые к оборудованию, поставляемому по договору безвозмездного пользования:	
2.2.1	Полностью автоматизированный цикл биохимических исследований от момента подачи проб до распечатки результатов
2.2.2	Поддержка протокола информационного взаимодействия с Централизованной информационной системой здравоохранения (ЦИСЗ), размещаемого на сайте оператора ЦИСЗ (ГУ «РНПЦ МТ»)
2.2.3	Типы исследуемых образцов: сыворотка, плазма, цельная кровь, моча, ликвор
2.2.4	Система охлаждения реагентов на борту
2.2.5	Функция детекции препятствий и уровня жидкости
2.2.6	Функция автоматического флагирования патологических результатов
2.2.7	Функция автоматического оповещения пользователя о состоянии реагентов и расходных материалов
2.2.8	Возможность установки на борт первичных пробирок
2.2.9	Визуализация полученных результатов на экране и на бумажном носителе
2.2.10	Возможность интеграции в медицинскую/лабораторную информационную систему
2.2.11	Функция считывания штрих-кодов образцов и реагентов
2.2.12	Встроенная программа внутреннего контроля качества исследований
2.2.13	Встроенная память с целью хранения результатов выполненных исследований (возможность создания архива результатов)
2.2.14	Интерфейс на русском языке
2.2.15****	Производительность: не менее 400 фотометрических тестов в час, либо не менее 600 тестов в час вместе с ISE
2.2.16	Единовременное размещение на борту реагентов: не менее 80
2.2.17	Единовременное размещение на борту проб биоматериала: не менее 120
2.2.18	Режим «срочный анализ»
2.2.19	Дозагрузка образцов в процессе работы без необходимости остановки анализатора

Примечание: не выполнение пунктов со знаком «***,****» ведет к отклонению предложения

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.