Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Индикаторы для воздушной стерилизации с липким слоем 180°С/30 мин	шт.	5 105

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Предназначены для контроль соблюдения критических переменных воздушной стерилизации (температуры и времени выдержки) снаружи (в камере) и внутри упаковок/изделий.

2.2 Представляют собой прямоугольные бумажные полоски с нанесенными цветовыми метками, эталоном сравнения цвета и липким слоем на обратной стороне.

2.3 Контролируемый режим: 180 °С в течение 30 минут.

2.4 Липкий слой позволяет легко фиксировать полоску на место контроля или в качестве документа архива.

2.5 При соблюдении требуемых значений критических переменных индикаторная метка изменяет цвет.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 2
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Индикаторы для паровой стерилизации универсальные многопеременные типа ТВП-У 120/12	шт.	6 000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Индикаторы контроля стерилизации химические многопеременные одноразовые для контроля критических переменных паровой стерилизации (типа ТВП-У), универсальные и относятся к классу 4.

2.2 Индикаторы изготавливаются с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой и поставляются в листах с перфорацией между индикаторами.

2.3 Принцип действия индикаторов основан на необратимом контрастном изменении термоиндикаторной метки индикаторов, размещенных в камере стерилизатора снаружи и внутри стерилизационных пакетов (упаковок) со стерилизуемыми изделиями и подвергшимися циклу паровой стерилизации, при котором все параметры режимов и условий стерилизации пакетов (упаковок) соответствовали типу индикатора ТВП-У 120/12.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 3
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Индикаторы для паровой стерилизации универсальные многопеременные типа ТВП-У 120/45	шт.	7 035

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Индикаторы контроля стерилизации химические многопеременные одноразовые для контроля критических переменных паровой стерилизации (типа ТВП-У), универсальные и относятся к классу 4.

2.2 Индикаторы изготавливаются с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой и поставляются в листах с перфорацией между индикаторами.

2.3 Принцип действия индикаторов основан на необратимом контрастном изменении термоиндикаторной метки индикаторов, размещенных в камере стерилизатора снаружи и внутри стерилизационных пакетов (упаковок) со стерилизуемыми изделиями и подвергшимися циклу паровой стерилизации, при котором все параметры режимов и условий стерилизации пакетов (упаковок) соответствовали типу индикатора ТВП-У 120/45.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 4
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Индикаторы для паровой стерилизации универсальные многопеременные типа ТВП-У 120/8	шт.	2 000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Индикаторы контроля стерилизации химические многопеременные одноразовые для контроля критических переменных паровой стерилизации (типа ТВП-У), универсальные и относятся к классу 4.

2.2 Индикаторы изготавливаются с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой и поставляются в листах с перфорацией между индикаторами.

2.3 Принцип действия индикаторов основан на необратимом контрастном изменении термоиндикаторной метки индикаторов, размещенных в камере стерилизатора снаружи и внутри стерилизационных пакетов (упаковок) со стерилизуемыми изделиями и подвергшимися циклу паровой стерилизации, при котором все параметры режимов и условий стерилизации пакетов (упаковок) соответствовали типу индикатора ТВП-У 120/8.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 5
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Многорежимные индикаторы плазменной стерилизации внутренние для контроля стерилизации парами перекиси водорода 4 и 5 класс В	шт.	172 000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Предназначены для контроля условий внутри изделий и упаковок во всех режимах стерилизации парами перекиси водорода при температуре 27-60^{0}С.

2.2 Индикаторы представляют собой прямоугольные пластины с нанесенными на них индикаторными метками, эталоном сравнения, изготовлены на бумажной основе с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой.

2.3 При соблюдении условий стерилизации исходный цвет индикаторных меток изменяется на конечный цвет, соответствующий цвету эталона сравнения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 6
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Многорежимные индикаторы плазменной стерилизации наружные для контроля стерилизации парами перекиси водорода 4 и 5 класс В	шт.	114 000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Предназначены для контроля условий в камере стерилизатора во всех режимах стерилизации парами перекиси водорода при температуре 27-60^{0}С.

2.2 Индикаторы представляют собой прямоугольные пластины с нанесенными на них индикаторными метками, эталоном сравнения, изготовлены на бумажной основе с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой.

2.3 При соблюдении условий стерилизации исходный цвет индикаторных меток изменяется на конечный цвет, соответствующий цвету эталона сравнения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 7
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Индикаторы обнаружения наличия следов крови в каналах эндоскопа	шт.	1 030

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Предназначены для контроля предстерилизационной очистки медицинских изделий путем обнаружения следов крови в каналах эндоскопов.

2.2 В стандартный комплект входит пробирка с индикаторным составом, пробирка с 3% перекисью водорода, щеточка одноразовая для отбора проб, штатив картонный, инструкция по применению и упаковка.

2.3 При обнаружении следов крови поверхность щеточки приобретает характерный цвет, соответствующий инструкции производителя.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 8
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Индикаторы для обнаружения наличия белковых загрязнений в каналах эндоскопов	шт.	2 410

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Предназначены для контроля предстерилизационной очистки медицинских изделий путем обнаружения наличия белковых загрязнений в каналах эндоскопов.

2.2 В стандартный комплект входит пробирка с индикаторным составом, штатив картонный, щеточка одноразовая для отбора проб, инструкция по применению и упаковка.

2.3 При обнаружении белковых соединений поверхность щеточки приобретает характерный цвет, соответствующий инструкции производителя.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 9
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Индикаторы для контроля плазменной стерилизации внутренние к плазменному стерилизатору марки SHINVA модель PS-100XP (Китай)	шт.	96 050

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Предназначены для контроля параметров стерилизации парами перекиси водорода внутри упаковок стерилизуемых изделий в низкотемпературных плазменных стерилизаторах марки SHINVA модель PS-100XP (Китай).
2.2 Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров стерилизации.
2.3 Изменение и достижение контрастного эталонного цвета только в атмосфере стерилизующего агента (перекиси водорода) при воздействии определенной температуры в течении определенного времени.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 10
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Индикаторы для контроля плазменной стерилизации наружные к плазменному стерилизатору марки SHINVA модель PS-100XP (Китай)	шт.	52 050

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Предназначены для контроля параметров стерилизации парами перекиси водорода в камере низкотемпературных плазменных стерилизаторах марки SHINVA модель PS-100XP (Китай).

2.2 Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров стерилизации.

2.3 Изменение и достижение контрастного эталонного цвета только в атмосфере стерилизующего агента (перекиси водорода) при воздействии определенной температуры в течении определенного времени.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 11
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Биоиндикаторы к плазменному стерилизатору марки SHINVA модель PS-100XP (Китай)	шт.	1 560

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Используется для проведения бактериологического контроля эффективности работы стерилизатора путём оценки воздействия перекиси водорода на живых спорах бактерий.

2.2 Содержат определенное количество споровых культур, помещенных внутрь специальной пробирки с ампулой питательной среды, что исключает случайное попадание сторонних микроорганизмов;

2.3 Возможность использования и применения в низкотемпературном плазменном стерилизаторе SHINVA модель PS-100XP (Китай).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 12
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Химические индикаторы контроля стерилизации к плазменному стерилизатору марки SHINVA модель PS-100XP (Китай)	шт.	47 125

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Индикаторы химические для контроля качества процесса стерилизации парами перекиси водорода в низкотемпературной системе - универсальные (контроль условий стерилизации снаружи и внутри упаковок во всех режимах плазменной стерилизации).

2.2 Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров стерилизации.

2.3 Изменение и достижение контрастного эталонного цвета только в атмосфере стерилизующего агента (перекиси водорода) при воздействии определенной температуры в течении определенного времени.

2.4 Возможность использования и применения в низкотемпературном плазменном стерилизаторе SHINVA модель PS-100XP (Китай).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 13
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Картридж с перекисью водорода к плазменному стерилизатору марки SHINVA модель PS-100XP (Китай)	шт.	2 941

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Картридж со стерилизующим агентом для низкотемпературного плазменного стерилизатора SHINVA модель PS-100XP (Китай).

2.2 Картридж содержит 56-60% перекиси водорода.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 14
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Индикаторная бумага для принтера к плазменному стерилизатору марки SHINVA модель PS-100XP (Китай)	шт.	754

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Предназначена для использования в принтере плазменного стерилизатора марки SHINVA модель PS-100XP (Китай).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Разработчик:

Главный внештатный специалист
по эпидемиологии
главного управления по здравоохранению
Брестского областного исполнительного комитета
Г.В.Садовникова