Приложение 1

Технические характеристики (описание)
Катетеры урологические Фолея для УЗ Гомельской области

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер и наименование ЛОТа	*Размер / состав*	*Количество*
ЛОТ №1 Катетер Фолея для дренирования мочевого пузыря (двухходовые, Ch-6)	Ch-6 двухходовой	160 штук
ЛОТ №2 Катетер Фолея для дренирования мочевого пузыря (двухходовые, Ch-8)	Ch-8 двухходовой	310 штук
ЛОТ №3 Катетер Фолея для дренирования мочевого пузыря (двухходовые, Ch-10)	Ch-10 двухходовой	380 штук
ЛОТ №4 Катетер Фолея для дренирования мочевого пузыря (двухходовые)	Ch-12 двухходовой	1200 штук
	Ch-14 двухходовой	12 860 штук
	Ch-16 двухходовой	40 030 штук
	Ch-18 двухходовой	38 620 штук
	Ch-20 двухходовой	11 970 штук
	Ch-22 двухходовой	4 240 штук
	Ch-24 двухходовой	800 штук
	Ch-26 двухходовой	270 штук
	Ch-28 двухходовой	80 штук
ЛОТ №5 Катетер Фолея для дренирования мочевого пузыря (двухходовые, Ch-30)	Ch-30 двухходовой	80 штук
ЛОТ №6 Катетер Фолея для дренирования мочевого пузыря (трехходовые)	Ch-16 трехходовой, с дополнительным портом	1 440 штук
	Ch-18 трехходовой, с дополнительным портом	440 штук
	Ch-20 трехходовой, с дополнительным портом	1 110 штук
ЛОТ №7 Катетер Фолея для дренирования мочевого пузыря (трехходовые, Ch-22)	Ch-22 трехходовой, с дополнительным портом	1 090 штук
ЛОТ №8 Катетер Фолея для дренирования мочевого пузыря (трехходовые, Ch-24)	Ch-24 трехходовой, с дополнительным портом	210 штук
ЛОТ №9 Катетер Фолея для дренирования мочевого пузыря (двухходовые, силиконовые)	Ch-12 двухходовой	20 штук
	Ch-14 двухходовой	680 штук
	Ch-16 двухходовой	2 580 штук
	Ch-18 двухходовой	2 640 штук
	Ch-20 двухходовой	260 штук
	Ch-22 двухходовой	60 штук
	Ch-24 двухходовой	40 штук

2. Технические требования:

ЛОТ №1-ЛОТ №3 **Катетер Фолея для дренирования мочевого пузыря (двухходовые Ch-6, Ch-8, Ch-10)**
2.1. Катетер должен быть изготовлен из латекса, покрытого силиконом и иметь гладкую поверхность; 2.2. Катетер должен иметь закрытый конец и не менее 2-х боковых отверстий; 2.3. Наличие баллона объемом от 3 до 5мл;

2.4. Длина катетера должна быть 250-400мм;
2.5. Наличие антивозвратного клапана (*для заполнения баллона шприцем без иглы*);
2.6. Наличие международной цветовой маркировки (*для быстрого определения размера катетера*);
2.7. Каждое изделие должно быть стерильным и упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности и позволяющую вводить катетер прямо из пакета, не прикасаясь к нему.

ЛОТ №4

Катетер Фолея для дренирования мочевого пузыря (двухходовые)

ЛОТ №5

Катетер Фолея для дренирования мочевого пузыря (двухходовые, Ch-30)

2.1. Катетер должен быть изготовлен из латекса, покрытого силиконом и иметь гладкую поверхность;
2.2. Катетер должен иметь закрытый конец и не менее 2-х боковых отверстий;
2.3. Наличие баллона объемом от 5 до 30мл;
2.4. Длина катетера не менее 360мм;
2.5. Наличие антивозвратного клапана (*для заполнения баллона шприцем без иглы*);
2.6. Наличие международной цветовой маркировки (*для быстрого определения размера катетера*);
2.7. Каждое изделие должно быть стерильным и упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности и позволяющую вводить катетер прямо из пакета, не прикасаясь к нему.

ЛОТ №6

Катетер Фолея для дренирования мочевого пузыря (трехходовые, Ch-16, Ch-18, Ch-20)

2.1. Катетер должен быть изготовлен из латекса, покрытого силиконом и иметь гладкую поверхность;
2.2. Катетер должен иметь закрытый конец и не менее 2-х боковых отверстий;
2.3. Наличие баллона объемом от 5 до 30мл;
2.4. Длина катетера не менее 360мм;
2.5. Наличие клапана
2.6. Наличие международной цветовой маркировки (*для быстрого определения размера катетера*);
2.7. Каждое изделие должно быть стерильным и упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности и позволяющую вводить катетер прямо из пакета, не прикасаясь к нему.

ЛОТ №7-8

Катетер Фолея для дренирования мочевого пузыря (трехходовые, Ch-22, Ch-24)

2.1. Катетер должен быть изготовлен из латекса, покрытого силиконом, либо изготовлен из силикона, и иметь гладкую поверхность;
2.2. Катетер должен иметь закрытый конец и не менее 2-х боковых отверстий;
2.3. Наличие баллона объемом от 5 до 30мл;
2.4. Длина катетера не менее 360мм;
2.5. Наличие клапана
2.6. Наличие международной цветовой маркировки (*для быстрого определения размера катетера*);
2.7. Каждое изделие должно быть стерильным и упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности и позволяющую вводить катетер прямо из пакета, не прикасаясь к нему.

ЛОТ №9

Катетер Фолея для дренирования мочевого пузыря (двухходовые, силиконовый)

2.1. Катетер должен быть изготовлен из 100% силикона;
2.2. Наличие баллона объемом от 5 до 30мл (Ch-12 и Ch-14), от 30 до 50мл (Ch-16 и Ch-24);
2.3. Длина катетера 300-400мм;
2.4. Наличие международной цветовой маркировки (*для быстрого определения размера катетера*);

2.5. Каждое изделие должно быть стерильным и упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности и позволяющую вводить катетер прямо из пакета, не прикасаясь к нему.