Приложение 1
к объединенной заявке
на закупку медицинских изделий

ОПИСАНИЕ

потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
Термометры медицинские электронные для УЗ Гомельской области

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер и наименование ЛОТа	***Состав***	***Количество***
~~ЛОТ №1: Термометр электронный~~	1. Термометр медицинский электронный 2. Элемент питания 3. Футляр	3 560 штук
ЛОТ №2: Термометр инфракрасный цифровой бесконтактный электронный		170 штук

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

~~ЛОТ №1: Термометр электронный~~
2.1. Диапазон измерений температуры тела: - минимальная температура от +32 °С до +35 °С, - максимальная температура от +41 °С до 43 °С. 2.2. Дискретность показания температуры 0,1 °С. 2.3. Абсолютная погрешность измерения ±0,1 °С. 2.4. Автоматическое выключение. 2.5. Автоматическое сохранение последнего показания измеренной температуры. 2.6. Показания измеренной температуры отображаются на дисплее в цифровом виде. 2.7. Наружная поверхность термометра должна быть устойчива к дезинфекции.
ЛОТ №2: Термометр инфракрасный цифровой бесконтактный электронный
2.1. Способ измерения: бесконтактный, т.е. должен позволять измерить температуру без прикосновения. 2.2. Наличие дисплея с подсветкой. 2.3. Расстояние измерения не менее 20 мм. 2.4. Диапазон измерений режима температуры тела: - минимальная температура от +32,0°С до +35,0°С - максимальная температура от +41,0°С до +43,0°С. 2.5. Дискретность показания температуры 0,1°С. 2.6. Погрешность измерения должна быть не более 0,3°С.