ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г. Минск 05.11.2026

Комиссия в составе представителей ЗАКАЗЧИКА
УЗ «Брестская центральная поликлиника»

_____

и представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ ООО "Экстрамед": Гарбар В. В.

провела обследование видеогастроскопа PENTAX EG27-i10 Q110700

_____

Обследованием установлено:
Негерметичен биопсийный канал. Износ вводимой трубки.

Для восстановления работоспособности данного прибора требуется замена следующих комплектующих, запасных частей и расходных материалов:

№	Наименование запасной части	Кол-во
1	Оболочка изгибаемой части	1
2	Вводимая трубка	1
3	Биопсийный канал	1
4	Трубка подачи воды/воздуха	2

Ориентировочная стоимость ремонта составит, бел.руб.:

Срок выполнения работ - 30 календарных дней.

В процессе проведения ремонта возможно возникновение необходимости в замене дополнительных запасных частей.

В случае наличия в эндоскопе негерметичности, влаги, коррозии возможен непредвиденный выход из строя видеокамеры, электронных плат, коннекторов с потерей изображения либо его искажениями даже при восстановлении изображения после просушки прибора.

Представители Представитель

УЗ «Брестская центральная поликлиника» ООО "Экстрамед"

_____

_____

_____

Гарбар В. В.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Экстрамед» РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ г. МИНСК