ЛОТ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Измеритель концентрации глюкозы в крови «Сателлит экспресс» (ООО «Компания Элта», РФ) – закрытая система

1. Состав (комплектация) оборудования.

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.	Единицы измерения	Количество
1.1.	Глюкометр	1 штука	шт.	3 095
1.2.	Футляр (чехол) для прибора	1 штука		
1.3	Элементы питания (сменный) в количестве, предусмотренном для автономной работы глюкометра	1комплект		

2. Технические требования к измерителю концентрации глюкозы в крови.

2.1 Принцип измерения - электрохимический

2.2 Исследуемый образец - капиллярная кровь

2.3 Объем проб крови для измерения – не более 1 мкл

2.4 Единицы измерения - ммоль/л

2.5 Диапазон измерений концентрации глюкозы - от 0,6 до 35,0 ммоль/л

2.6 Время измерения уровня глюкозы – не более 7 секунд

2.7 Объем памяти прибора – 60 измерений

2.8 Отображения даты и времени проведения анализа - есть

2.9 Автоматическое включение/выключение - есть

2.10 Включение при вставлении тест-полоски - есть

2.11 Отображение значка высокого и низкого уровня гликемии - есть

2.12 Тип тест-полоски – капиллярная, возможность забора крови из альтернативных мест (предплечье, рука, кисть).

2.13 Каждый комплект системы контроля уровня глюкозы в крови должен содержать руководство пользователя на русском языке.

2.14 Требование к системе автономного питания: необходимое количество элементов питания, предусмотренных для автономной работы глюкометра.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

3.1 Гарантийный срок системы контроля уровня глюкозы в крови - не менее 1 года;

3.2 Срок эксплуатации системы контроля уровня глюкозы в крови - не менее 5 лет.

ЛОТ 2

Система контроля уровня глюкозы в крови «Finetest Auto-coding™ premium» (Infopia Co., Ltd., Корея) – закрытая система

1. Состав (комплектация) оборудования.

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.	Единицы измерения	Количество
1.1.	Глюкометр	1 штука	шт.	3 562
1.2.	Футляр (чехол) для прибора	1 штука		
1.3	Элементы питания (сменный) в количестве, предусмотренном для автономной работы глюкометра	1комплект		

2. Технические требования системе контроля уровня глюкозы в крови.

2.1. Автоматическое включение и выключение (сразу при вставлении тест - полоски и через некоторое время после извлечения тест-полоски);

2.2. Вес глюкометра должен быть не более 100 грамм;

2.3. Диапазон гематокрита при определении гликемии - 30-55 %;

2.4. Температура окружающей среды при определении гликемии от+10 до +35°С;

2.5. Технология измерения: биосенсорная (электрохимическая);

2.6. Единицы измерения: ммоль/л;

2.7. Диапазон измерений 0,5-33,3 ммоль/л;

2.8. Время проведения анализа - не более 9 секунд;

2.9. Отображение на экране значка высокого и низкого уровня гликемии при получении соответствующего результата;

2.10. Объём крови при исследовании на содержание глюкозы - не более 1,5 мкл;

2.11. Электронная память глюкометра должна иметь возможность хранения не менее 350 результатов с датой и временем проведения анализа;

2.12. Каждый комплект системы контроля уровня глюкозы в крови должен содержать руководство пользователя на русском языке;

2.13 Возможность проведения анализа из альтернативных мест (плечо, предплечье, кисть).

2.14 Требование к системе автономного питания: необходимое количество элементов питания, предусмотренных для автономной работы глюкометра.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

3.1 Гарантийный срок системы контроля уровня глюкозы в крови - не менее 1 года;

3.2 Срок эксплуатации системы контроля уровня глюкозы в крови - не менее 5 лет.

ЛОТ 3

Система контроля уровня глюкозы в крови «Prolife PM200» (Bionime Corporation, Тайвань, Китай) – закрытая система

1. Состав (комплектация) оборудования.

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.	Единицы измерения	Количество
1.1.	Глюкометр	1 штука	шт.	5 547
1.2.	Футляр (чехол) для прибора	1 штука		
1.3	Элементы питания (сменный) в количестве, предусмотренном для автономной работы глюкометра	1комплект		

2. Технические требования системе контроля уровня глюкозы в крови.

2.1. Автоматическое включение и выключение (сразу при вставлении тест-полоски и через некоторое время после извлечения тест-полоски);

2.2. Не требующий специальных условий хранения

2.3. Небольшие размеры и вес не более 100 грамм;

2.4. Минимальная капля крови не менее 0,75 мкл;

2.5. Диапазон гематокрита – от 30 до57%;

2.6. Температура окружающей среды при определении гликемии +10 до +40°С;

2.7. Технология измерения: биосенсорная или электрохимическая;

2.8. Калибровка по плазменному эквиваленту;

2.9. Единицы измерения: ммоль/л;

2.10. Диапазон измерений 0,6 до 33,3 ммоль/л;

2.11. Короткое время проведения анализа - не более 20 секунд;

2.12. Отображение на экране значка высокого и низкого уровня гликемии при получении соответствующего результата;

2.13. Электронная память для хранения не менее 50 результатов с датой и временем проведения анализа;

2.14. Наличие бескодовой технологии;

2.15. Каждый комплект системы контроля уровня глюкозы в крови должен содержать руководство пользователя на русском языке;

2.16. Возможность проведения анализа из альтернативных мест (плечо, предплечье, кисть).

2.17. Требование к системе автономного питания: необходимое количество элементов питания, предусмотренных для автономной работы глюкометра.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

3.1 Гарантийный срок системы контроля уровня глюкозы в крови - не менее 1 года;

3.2 Срок эксплуатации системы контроля уровня глюкозы в крови - не менее 5 лет.