Приложение 1

1. Состав одного комплекта оборудования.

1.1.	Термодилюционный катетер 5P для установки в бедренную артерию.	30 шт.
1.2.	Дилятатор и трансдьюсерная система PV8215 CVP или аналог.	30 шт.

2. Основные технические характеристики

2.2. Диаметр 1,7 мм, (±0,1мм)

2.3. рабочая длина 20 см, (±1см)

2.4. J-образный проводник,

2.5. канюли 18G и 20G.

3. Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 60% от срока установленного изготовителем.