БелМТ №973/26 Приложение 1

лот 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
Канюли аортальные:			
1.1.	размер 8 Fr 1/4 (2,7мм)	штука	40
1.2.	размер 10 Fr 1/4 (3,3 мм)	штука	60
1.3.	размер 12 Fr 1/4 (4 мм)	штука	60
1.4.	размер 14 Fr 1/4 (4,7 мм)	штука	60
1.5.	размер 16 Fr 1/4 (5,3 мм)	штука	100
1.6.	размер 18 Fr 3/8 (6,0 мм)	штука	80
1.7.	размер 20 Fr 3/8 (6,7 мм)	штука	30
1.8.	размер 22 Fr 3/8 (7,3 мм)	штука	30
1.9.	размер 24 Fr 3/8 (8,0мм)	штука	20
	всего подлежит закупке:	штука	480

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1 Армированная стенка, прозрачная на всем протяжении, удлиненный, цельнотянутый, устойчивый к перегибам корпус.

2.2 Коннектор на 1/4 дюйма для артериальной канюли типа DLP (или аналога) размеров 8 Fr, 10 Fr, 12 Fr, 14 Fr, 16 Fr с дополнительным портом типа «люер».

2.3 Коннектор на 3/8 дюйма для артериальной канюли типа EOPA (или аналога) 18 Fr, 20 Fr, 22 Fr, 24 Fr с дополнительным портом типа «люер».

2.4 Прямой тонкостенный неметаллический скошенный наконечник, одновременно являющийся щадящим дилататором.

2.5 Наличие шкалы глубины введения.

2.6 Стерильно, индивидуальная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №973/26

лот 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
Венозные канюли однопросветные			
1.1.	размер 12 Fr (4,0 mm)	штука	20
1.2.	размер 14 Fr (4,7 mm)	штука	80
1.3.	размер 16 Fr (5,3 mm)	штука	100
1.4.	размер 18 Fr (6,0 mm)	штука	100
1.5.	размер 20 Fr (6,7 mm)	штука	50
1.6.	размер 22 Fr (7,3 mm)	штука	80
1.7.	размер 24 Fr (8,0 mm)	штука	30
1.8.	размер 26 Fr (8,7 mm)	штука	30
1.9.	размер 28 Fr (9,3 mm)	штука	30
1.10.	размер 30 Fr (10,0 mm)	штука	30
1.11.	размер 32 Fr (10,7 mm)	штука	60
1.12.	размер 34 Fr (11,3 mm)	штука	40
1.13.	размер 36 Fr (12,0 mm)	штука	30
1.14.	размер 40 Fr (13,3 mm)	штука	20
	всего подлежит закупке:	штука	700

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1 Канюля прямая моделируемая с коннектором на 1/4 дюйма для размеров 12 Fr, 14 Fr, 16 Fr с памятью формы

2.2 Канюля прямая моделируемая со ступенчатым коннектором на 1/4 и 3/8 дюйма для размеров 18 Fr, 20 Fr, 22 Fr, 24 Fr, с памятью формы.

2.3 Канюля прямая моделируемая с коннектором на 3/8 дюйма для размеров 26 Fr, 28 Fr, 30 Fr, 32 Fr, 34 Fr с памятью формы.

2.4 Канюля прямая моделируемая с коннектором на 1/2 дюйма для размеров 36 Fr, 40 Fr.

2.5 Армированная стенка, отметки глубины введения, корпус цельнолитой.

2.6 Конический наконечник типа «корзинка» с множественными отверстиями.

2.7. Стерильно, индивидуальная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №973/26

лот 3

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1	Венозные канюли двуступенчатые размер 28/36 Fr (9,3/12,0 мм)	штука	10
1.2	Венозных канюль двуступенчатые размер 32/40 Fr (10,7/13,3 мм)	штука	10
1.3	Венозных канюль двуступенчатые размер 36/46 Fr (12,0/15,3 мм)	штука	10
	всего подлежит закупке:	штука	30

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1 Канюля прямая для коннектора на 3/8 дюйма для размера 28/36 Fr

2.2 Канюля прямая для коннектора на 1/2 дюйма для размеров 32/40 Fr, 36/46 Fr.

2.3 Армированный корпус с множественными отверстиями на конце и предсердной части типа «корзинка», с отметками глубины введения.

2.4 Овальная форма корпуса канюли.

2.5 Стерильно, индивидуальная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №973/26

лот 4

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
Венозные канюли с угловым металлическим наконечником 90^0			
1.1.	размер 12 Fr (4,0 mm)	штук	10
1.2.	размер 14 Fr (4,7 mm)	штук	20
1.3.	размер 16 Fr (5,3 mm)	штук	40
1.4.	размер 18 Fr (6,0 mm)	штук	10
1.5.	размер 20 Fr (6,7 mm)	штук	10
1.6.	размер 22 Fr (7,3mm)	штук	20
1.7.	размер 24 Fr (8,0 mm)	штук	10
1.8.	размер 28 Fr (9,3 mm)	штук	10
	всего подлежит закупке:	штук	130

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1 Канюля со скошенным металлическим наконечником с множественными отверстиями для коннектора на 1/4 дюйма для размеров 12 Fr, 14 Fr, 16 Fr, 18 Fr

2.2 Канюля со скошенным металлическим наконечником с множественными отверстиями для коннектора на 3/8 дюйма для размеров 20 Fr, 22 Fr, 24 Fr, 28 Fr

2.3 Армированный корпус

2.4 Стерильно, индивидуальная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №973/26

лот 5

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Катетеры для дренажа левого желудочка размер 13 Fr (4,3 mm)	штука	200
1.2.	Катетеры для дренажа левого желудочка размер 15 Fr (5,0 mm)	штука	160
1.3.	Катетеры для дренажа левого желудочка размер 18 Fr (6,0 mm)	штука	100
	всего подлежит закупке:	штука	460

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Отверстия в дистальной части наконечника должны быть расположены на расстоянии не более 1,5 см.

2.2. Формуемое тело с памятью формы и гладкостенным коннектором на 1/4 дюйма.

2.3. Стерильно, индивидуальная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №973/26

лот 6

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Перикардиальный сборник жидкости 20 Fr (6,7 мм)	штука	60

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Отверстия в дистальной части наконечника должны быть расположены внутри утяжеленной металлической пружины (материал пружины нержавеющие металлы и сплавы).

2.2. Гибкое тело с гладкостенным коннектором на 1/4 дюйма.

2.3. Стерильно, индивидуальная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №973/26

лот 7

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Кардиоплегические канюли в корень аорты (педиатрические) размер 5 Fr длина 14 (±1) см	штука	100
1.2.	Кардиоплегические канюли в корень аорты (педиатрические) размер 7 Fr длина 14 (±1) см	штука	40
1.3.	Кардиоплегические канюли в корень аорты (педиатрические) размер 9 Fr длина 14 (±1) см	штука	20
	всего подлежит закупке:	штука	160

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Атравматичный стандартный наконечник с несколькими отверстиями.

2.2. Циркулярное крепление с вырезками для ниток.

2.3. Вход «Luer-female», металлический проводник – перфоратор.

2.4. Стерильно, индивидуальная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №973/26

лот 8

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Кардиоплегические канюли ретроградные размер 13 Fr (4,3 mm)	штук	20
1.2.	Кардиоплегические канюли ретроградные размер 15 Fr (5,0 mm)	штук	10
	всего подлежит закупке:	штук	30

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Материал канюли и баллона - силикон, нетермолабильный. Коническая верхушка, выход Luer-female.

2.2. Направляющий атравматичный стилет.

2.3. Гладкая манжета.

2.4. Шприц для накачки баллона.

2.5. Стерильно, индивидуальная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №973/26
лот 9

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Кардиоплегическая канюля в устья коронарных артерий для новорожденных (артериотомная канюля) с размером наконечника 2 мм в диаметре.	штука	10
1.2.	Кардиоплегическая канюля в устья коронарных артерий для новорожденных (артериотомная канюля) с размером наконечника 3 мм в диаметре.	штука	40
1.3.	Кардиоплегическая канюля в устья коронарных артерий 10Fr (3,3 мм)	штука	20
1.4.	Кардиоплегическая канюля в устья коронарных артерий 12 Fr (4,0 мм)	штука	20
1.5.	Кардиоплегическая канюля в устья коронарных артерий 14 Fr (4,7 мм)	штука	40
	всего подлежит закупке:	штука	130

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Канюля для новорожденных должна иметь полиуретановый стержень с утолщённым овальным наконечником. Длина 3,3+-0,1 см.

2.2. Канюли размером 10 Fr, 12 Fr, 14 Fr должны иметь жесткую рукоятку и наконечник загнутый под 90^0

2.3. Порт «Luer-female».

2.4. Стерильно, индивидуальная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №973/26

лот 10

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Кардиоплегическая канюля в устья коронарных артерий 10Fr	штука	20
1.2.	Кардиоплегическая канюля в устья коронарных артерий 12 Fr	штука	20
1.3.	Кардиоплегическая канюля в устья коронарных артерий 14 Fr	штука	40
	всего подлежит закупке:	штука	80

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Канюли размером 10 Fr, 12 Fr, 14 Fr должны иметь жесткую рукоятку и наконечник «корзина» загнутый под 45^0

2.2. Порт «Female luer lock».

2.3. Стерильно, индивидуальная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №973/26

лот 11

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
«Y»–образный адаптер для коронарной перфузии			
1.1.	«Y»–образный адаптер для коронарной перфузии размер 3,5 " (8,9см) и 10 " (25,4см)	штука	200

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Жесткий «Y» - образный переходник заканчивается двумя трубками с зажимами и разъемами «Luer-male».

2.2. Порт «Luer-female» на одиночной трубке.

2.3. Стерильно, индивидуальная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №973/26

лот 12

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Двухпросветная канюля размер 22 Fr (7.3 mm)	штука	5
1.2.	Двухпросветная канюля размер 24 Fr (8,0 mm)	штука	5
1.3.	Комплект для чрескожной пункционной постановки	штука	10

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1.* Наличие двух просветов внутри корпуса канюли с возможностью изолированного подключения к каждому их них. Заборное (находится дистальнее) и возвратные (находится проксимально) отверстия на теле канюли должны открываться на удалении друг от друга.

2.2.* Армированная стенка, прозрачная на всем протяжении, удлиненный, цельнотянутый, устойчивый к перегибам корпус.

2.3. Артериальный и венозный коннекторы на 3/8 дюйма для канюли размера 22 Fr, 24 Fr.

2.4. Прямой тонкостенный неметаллический наконечник, одновременно являющийся щадящим дилататором.

2.5. Нанесенные отметки глубины введения.

2.6.* Набор с дилататорами для возможности чрескожной пункционной постановки, соответствующий размеру канюли.

2.7. Стерильно, индивидуальная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

*Пункты, отмеченные астериксом *, являются квалификационными, обязательными к исполнению. При несоответствии предложения данным пунктам предложение будет отклонено.*

БелМТ №973/26

лот 13

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Двухпросветная канюля размер 13 Fr (4,3 mm)	штука	5
1.2.	Двухпросветная канюля размер 16 Fr (5,3 mm)	штука	5
1.3.	Двухпросветная канюля размер 19 Fr (6,4 mm)	штука	5
1.4.	Двухпросветная канюля размер 26 Fr (8,7 mm)	штука	5
1.5.	Комплект для чрескожной пункционной постановки	штука	20

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1.* Наличие двух просветов внутри корпуса канюли с возможностью изолированного подключения к каждому их них. Два заборных отверстия находятся дистально и проксимально (проксимальное – забор крови из верхней полой вены, дистальное - забор крови из нижней полой вены), а возвратное (находится срединно) – возврат оксигенированной крови в правое предсердие.

2.2.* Армированная стенка, прозрачная на всем протяжении, удлиненный, цельнотянутый, устойчивый к перегибам корпус.

2.3. Артериальный и венозный коннекторы на 1/4 дюйма для канюли размера 13 Fr, 16 Fr, 19 Fr, на 3/8 дюйма для канюли размера 26 Fr.

2.4. Прямой тонкостенный неметаллический наконечник, одновременно являющийся щадящим дилататором.

2.5. Нанесенные отметки глубины введения.

2.6.* Набор с дилататорами для возможности чрескожной пункционной постановки, соответствующий размеру канюли.

2.7. Стерильно, индивидуальная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

*Пункты, отмеченные астериксом *, являются квалификационными, обязательными к исполнению. При несоответствии предложения данным пунктам предложение будет отклонено.*

БелМТ №973/26

лот 14

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
Комплекты чрескожные бедренные венозные: размер канюли, входящей в состав комплекта			
1.1.	размер 15 Fr (5,0 mm)	штука	5
1.2.	размер 17 Fr (5,7 mm)	штука	5
1.3.	размер 19 Fr (6,3 mm)	штука	5
1.4.	размер 21 Fr (7,0 mm)	штука	5
1.5.	размер 23 Fr (7,7 mm)	штука	10
1.6.	размер 25 Fr (8,3 mm)	штука	10
1.7.	размер 27 Fr (9,0 mm)	штука	5
1.8	размер 29 Fr (9,7 mm)	штука	5
	всего подлежит закупке:	штука	50

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Армированный корпус.

2.2. Наличие наконечника с множественными отверстиями.

2.3. Коннектор на 3/8 дюйма для размеров 15 Fr, 17 Fr, 19 Fr, 21 Fr.

2.4. Коннектор с переходником от 1/2 до 3/8 для размеров 23 Fr, 25 Fr, 27 Fr, 29 Fr.

2.5. Наличие интубатора канюли, гемостатического колпачка, регулируемого рентгеноконтрастнго шовного кольца.

2.6. Наличие проводника.

2.7.* Наличие комплекта для чрескожного пункционного введения с расширителями сосудов, скальпелем, иглой в индивидуальной стерильной упаковке, соответствующий размеру канюли.

2.8. Наличие биосовместимого покрытия.

2.9 Стерильно, индивидуальная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

*Пункты, отмеченные астериксом *, являются квалификационными, обязательными к исполнению. При несоответствии предложения данным пунктам предложение будет отклонено.*

БелМТ №973/26

лот 15

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
Комплекты чрескожные бедренные артериальные: размер канюли, входящей в состав комплекта			
1.1.	размер 15 Fr (5,0 mm)	штука	5
1.2.	размер 17 Fr (5,7 mm)	штука	5
1.3.	размер 19 Fr (6,3 mm)	штука	5
1.4.	размер 21 Fr (7,0 mm)	штука	5
1.5.	размер 23 Fr (7,7 mm)	штука	5
1.6.	размер 25 Fr (8,3 mm)	штука	5
	всего подлежит закупке:	штука	30

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Армированный корпус.

2.2. Наличие наконечника с множественными отверстиями.

2.3. Коннектор на 3/8 дюйма для размеров 15 Fr, 17 Fr, 19 Fr, 21 Fr.

2.4. Коннектор с переходником от 1/2 до 3/8 для размеров 23 Fr, 25 Fr.

2.5. Наличие интубатора канюли, гемостатического колпачка, регулируемого рентгеноконтрастнго шовного кольца.

2.6. Наличие проводника.

2.7.* Наличие комплекта для чрескожного пункционного введения с расширителями сосудов, скальпелем, иглой в индивидуальной стерильной упаковке, соответствующий размеру канюли.

2.8. Наличие биосовместимого покрытия.

2.9. Стерильно, индивидуальная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

*Пункты, отмеченные астериксом *, являются квалификационными, обязательными к исполнению. При несоответствии предложения данным пунктам предложение будет отклонено.*

БелМТ №973/26

лот 16

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
Бедренные артериальные канюли для долгосрочного использования:			
1.1.	размер 9 Fr (3,0 mm)	штука	10
1.2.	размер 11 Fr (3,7 mm)	штука	10
1.3.	размер 13 Fr (4,3 mm)	штука	15
1.4.	размер 15 Fr (5,0 mm), длина не более 18 см	штука	5
1.5.	размер 15 Fr (5,0 mm), длина не менее 50 см	штука	5
1.6.	размер 17 Fr (5,7 mm), длина не менее 50 см	штука	5
1.7.	размер 19 Fr (6,3 mm), длина не менее 50 см	штука	5
1.8.	размер 21 Fr (7,0 mm), длина не менее 50 см	штука	5
1.9.	размер 23 Fr (7,7 mm), длина не менее 50 см	штука	5
1.10.	размер 25 Fr (8,3 mm), длина не менее 50 см	штука	5
	всего подлежит закупке:	штука	70

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Армированный корпус.

2.2. Коннектор на 1/4 дюйма для размеров 9 Fr, 11 Fr, 13 Fr.

2.3 Коннектор на 3/8 дюйма для размеров 15 Fr, 17 Fr, 19 Fr, 21 Fr, 23 Fr. 25 Fr.

2.4. Наличие проводника, нанесенных отметок глубины введения.

2.5. Наличие долгосрочного биосовместимого покрытия.

2.6. Возможности использования не менее 20 дней.

2.7. Стерильно, индивидуальная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №973/26

лот 17

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
Бедренные венозные канюли для долгосрочного использования:			
1.1.	размер 9 Fr (3,0 mm)	штук	10
1.2.	размер 11 Fr (3,7 mm)	штук	10
1.3.	размер 13 Fr (4,3 mm)	штук	15
1.4.	размер 15 Fr (5,0 mm) длина не более 18 см	штук	5
1.5.	размер 15 Fr (5,0 mm) длина не менее 50 см	штук	5
1.6.	размер 17 Fr (5,7 mm) длина не менее 50 см	штук	5
1.7.	размер 19 Fr (6,3 mm) длина не менее 50 см	штук	5
1.8.	размер 21 Fr (7,0 mm) длина не менее 50 см	штук	5
1.9.	размер 23 Fr (7,7 mm) длина не менее 50 см	штук	5
1.10.	размер 25 Fr (8,3 mm) длина не менее 50 см	штук	5
	всего подлежит закупке:	штук	70

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Армированный корпус.

2.2. Наличие наконечника с множественными отверстиями.

2.3. Коннектор на 1/4 дюйма для размеров 9 Fr, 11 Fr, 13 Fr.

2.4. Коннектор на 3/8 дюйма для размеров 15Fr, 17Fr, 19Fr, 21Fr, 23Fr, 25 Fr.

2.5. Наличие проводника, нанесенных отметок глубины введения.

2.6. Наличие долгосрочного биосовместимого покрытия

2.7. Возможности использования не менее 20 дней.

2.8. Стерильно, индивидуальная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №973/26

лот 18

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
Канюли аортальные с металлическим наконечником под 90°:			
1.1.	размер 6 Fr	штука	20
1.2.	размер 7,5 Fr	штука	20
1.3.	размер 9 Fr	штука	20
1.4	размер 10,5 Fr	штука	20
	всего подлежит закупке:	штука	80

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1 Армированная стенка, прозрачная на всем протяжении, удлиненный, цельнотянутый, устойчивый к перегибам корпус.

2.2 Ступенчатый коннектор на 3/16-1/4 дюйма для артериальной канюли размеров 6 Fr, 7.5 Fr, 9 Fr, 10,5 Fr.

2.4 Канюня должна иметь металлический наконечник с тонкой стенкой под углом 90°.

2.5. Стерильно, индивидуальная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.