БелМТ №952/25
лот 1

Приложение №1 к заявке
на закупку медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1	Зонд биполярный для эндодиатермии 25 Ga	120

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Дизайн рабочей части – конусообразный, калибра 25 Ga;

2.2. *Полная совместимость с системой офтальмологической микрохирургической комбинированной Stellaris Vision Enhanced System;

2.3. Упаковка – стерильная.

3. **Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):** согласно аукционным документам организатора.

Примечание: пункты заявки, отмеченные «*», являются определяющими; при невыполнении указанного требования предложение снимается с рассмотрения.

БелМТ №952/25
лот 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1	Канюля субретинальная 25 Ga для витреоретинальных вмешательств в офтальмологии	30

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Калибр 25 Ga, калибр кончика канюли 41 Ga

2.2. Назначение - для аспирации при витреоретинальных вмешательствах в офтальмологии

2.3. Упаковка – стерильная.

3. **Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):** согласно аукционным документам организатора.

Примечание: пункты заявки, отмеченные «*», являются определяющими; при невыполнении указанного требования предложение снимается с рассмотрения.

БелМТ №952/25
лот 3

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1	Мембранный скраппер выдвижной с алмазным напылением 25 Ga	60

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Дизайн – рукоятка с выдвижным силиконовым наконечником с алмазным напылением, калибра 25 Ga;

2.2. Предназначен для атравматичного удаления пигментных клеток, гиалоида, мембран от сетчатки;

2.3. Одноразовый, стерильная упаковка.

3. **Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):** согласно аукционным документам организатора.

Примечание: пункты заявки, отмеченные «*», являются определяющими; при невыполнении указанного требования предложение снимается с рассмотрения.

БелМТ №952/25
лот 4

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1	Набор рукояток для ирригации/аспирации бимануальный одноразовый стерильный	600

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Набор должен включать (у одной упаковке либо в раздельных упаковках):
- рукоятка для аспирации изогнутая, калибр 21 Ga;
- рукоятка для ирригации изогнутая, калибр 21 Ga.

2.2 *Полная совместимость с системой офтальмологической микрохирургической комбинированной Stellaris Vision Enhanced System

2.3. Упаковка – стерильная.

3. **Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):** согласно аукционным документам организатора.

Примечание: пункты заявки, отмеченные «*», являются определяющими; при невыполнении указанного требования предложение снимается с рассмотрения.

БелМТ №952/25
лот 5

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1	Провод для подключения инструментов для диатермической биполярной коагуляции	10

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Многоразовый.

2.2 *Полная совместимость с системой офтальмологической микрохирургической комбинированной Stellaris Vision Enhanced System

3. **Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):** согласно аукционным документам организатора.

Примечание: пункты заявки, отмеченные «*», являются определяющими; при невыполнении указанного требования предложение снимается с рассмотрения.

БелМТ №952/25
лот 6

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1	Рукоятка рефлюксная типа Backflush для пассивной аспирации при витреоретинальных вмешательствах с силиконовым кончиком 25 Ga	60

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Калибр 25 Ga.

2.2. Силиконовый кончик у канюли.

2.3. Назначение – для пассивной аспирации при витреоретинальных вмешательствах в офтальмологии

2.4. Упаковка – стерильная.

3. **Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):** согласно аукционным документам организатора.

Примечание: пункты заявки, отмеченные «*», являются определяющими; при невыполнении указанного требования предложение снимается с рассмотрения.

БелМТ №952/25
лот 7

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1	Канюля для аспирации при витреоретинальных вмешательствах с силиконовым кончиком 25 Ga	300

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Калибр 25 Ga.
2.2. Силиконовый кончик у канюли.
2.3. Назначение - для аспирации при витреоретинальных вмешательствах в офтальмологии
2.4. Упаковка – стерильная.

3. **Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)**: согласно аукционным документам организатора.

Примечание: пункты заявки, отмеченные «*», являются определяющими; при невыполнении указанного требования предложение снимается с рассмотрения.

БелМТ №952/25
лот 8

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1	Нож пневматический для передней витрэктомии калибра 20 Ga с ирригационной линией	60

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. *Полная совместимость с системой офтальмологической микрохирургической Stellaris Elite Anterior.

2.2. Упаковка – стерильная.

3. **Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):** согласно аукционным документам организатора.

Примечание: пункты заявки, отмеченные «*», являются определяющими; при невыполнении указанного требования предложение снимается с рассмотрения.

БелМТ №952/25
лот 9

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1	Масло силиконовое для внутриглазной тампонады в шприце с вязкостью 1000-1500 мПс	500

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Вязкость в допустимом диапазоне 1000-1500 мПа

2.2. Индекс рефракции – 1,40;

2.3. Фасовка: шприц объёмом не менее 10 мл.

2.4. Стерильная упаковка.

3. **Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):** согласно аукционным документам организатора.

Примечание: пункты заявки, отмеченные «*», являются определяющими: при невыполнении указанного требования предложение снимается с рассмотрения.

БелМТ №952/25
лот 10

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Количество. шт.
1	Масло силиконовое для внутриглазной тампонады в шприце с вязкостью 5000-5700 мПс	300

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Вязкость в допустимом диапазоне 5000-5700 мПа

2.2. Индекс рефракции – 1,40;

2.3. Фасовка: шприц объёмом не менее 10 мл.

2.4. Стерильная упаковка.

3. **Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):** согласно аукционным документам организатора.

Примечание: пункты заявки, отмеченные «*», являются определяющими; при невыполнении указанного требования предложение снимается с рассмотрения.

БелМТ №952/25
лот 11

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1	Соединение перфторорганическое для интраоперационного использования в витреоретинальной хирургии перфтордекалин во флаконе	1000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Перфтордекалин
2.2 Удельная плотность не менее 1,93 г/см3;
2.3 Фасовка – стеклянный флакон,
2.4 Объём не менее 5 мл.
2.5 Стерильная упаковка.

3. **Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):** согласно аукционным документам организатора.

Примечание: пункты заявки, отмеченные «*», являются определяющими; при невыполнении указанного требования предложение снимается с рассмотрения.

БелМТ №952/25
лот 12

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1	Газ сульфагексафторид для интраокулярного введения в баллоне объёмом 75 мл с принадлежностями для введения	100

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Сульфагексафторид (SF6)

2.2 Фасовка – баллон с газом;

2.3 Объём не менее 75 мл.;

2.4 Принадлежности для введения: шприц для введения объёмом 50/60 мл, антибактериальный фильтр, игла для введения (канюля).

3. **Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):** согласно аукционным документам организатора.

Примечание: пункты заявки, отмеченные «*», являются определяющими; при невыполнении указанного требования предложение снимается с рассмотрения.

БелМТ №952/25
лот 13

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1	Раствор офтальмологический для окрашивания различных типов мембран в витреальной хирургии	300

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Основные компоненты раствора:
- бриллиантовый синий в концентрации не ниже 0.03% (0,3 мг/мл).
- трипановый синий в концентрации не ниже 0.18% (1,8 мг/мл).

2.2 Плотность раствора – 1,01 г/мл;
2.3 Назначение – окрашивание внутренней пограничной мембраны (ВПМ), эпиретинальной мембраны (ЭРМ), пролиферативной витреоретинопатии (ПВР) в витреальной хирургии;
2.4 Фасовка – стеклянный шприц;
2.5 Объём не менее 0,7 мл.

3. **Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):** согласно аукционным документам организатора.

Примечание: пункты заявки, отмеченные «*», являются определяющими; при невыполнении указанного требования предложение снимается с рассмотрения.

БелМТ №952/25
лот 14

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1	Набор принадлежностей для введения и фильтрации интраокулярных газов.	10

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Упаковка включает:
- антибактериальный фильтр 0,2 мкм – 25 шт.;
- игла (канюля) калибром 30 Ga – 25 шт.;
- браслет для пациента – 25 шт.

2.2. Назначение - для введения и фильтрации интраокулярных газов.

2.3. Упаковка – стерильная.

4. **Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):** согласно аукционным документам организатора.

Примечание: пункты заявки, отмеченные «*», являются определяющими; при невыполнении указанного требования предложение снимается с рассмотрения.

БелМТ №952/25
лот 15

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1	Корнеопротектор гелевый для защиты и увлажнения роговицы во время витреоретинальной хирургии	50

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Основные компоненты:
- 2,3% гидроксипропилметилцеллюлоза,
- 0,1% ксантановая камедь
- 0,05% каррагенан.

2.2 Назначение - для применения в офтальмохирургии с целью защиты и увлажнения роговицы глаза;

2.3 Фасовка – тюбик-капельница объёмом не менее 2 мл;

2.4.Упаковка должна включать тюбик-капельницы с раствором – 10 шт.

2.5 Стерильная упаковка.

3. **Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):** согласно аукционным документам организатора.

Примечание: пункты заявки, отмеченные «*», являются определяющими; при невыполнении указанного требования предложение снимается с рассмотрения.