Общество с ограниченной ответственностью
«МультиДент»

220025, г. Минск, ул. Космонавтов, д. 4, пом.109
р/с BY89 UNBS 3012 1821 1000 2000 0933 (BYN), в ЗАО «БСБ Банк»
220004, г. Минск, пр. Победителей 23, корп. 4, БИК UNBSBY2X,
факс +375 17 370 49 19, +375 29 603 83 83, +375 29 613 83 83,
e-mail: multidentminsk@yandex.by, www.MultiDent.by
УНП192699006

№ 372/26 от 29.10.2026г.

АКТ
О ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТАХ

Наименование учреждения-владельца медицинской техники:

Государственное учреждение "Республиканский клинический медицинский центр" Управления делами Президента Республики Беларусь

Представителем ООО «МультиДент», была произведена плановая проверка технического состояния медицинской техники в рамках договора № ТО-224/25 от 11.06.2025г.

Наименование ИМТ	Марка	Зав. №	Год выпуска
Стерилизатор медицинский серии	Vacuklav 24 B+	Учетный номер: зав. № 201724-B1029	2017 Год ввода в эксплуатацию: 2018

Выявленные дефекты: Течь воды из стерилизатора.
Заключение: Необходима замена клапана электромагнитного– 1 шт, клапана кавитационного– 1шт.

Ведущий инженер ООО «МультиДент» **А.А. Воробей**

Директор ООО «МультиДент» **М.П. Шех**

Представитель Заказчика _____