Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

Лот № 1

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Аппарат сшивающий циркулярный изогнутый одноразовый, 32 мм (+/- 1 мм)*	шт.	40
*диаметр головки			

Лот № 2

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Кожный степлер	шт.	1 000
2	Экстрактор для снятия скоб	шт.	1 000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

Лот № 1

№ п/п	Характеристики
2.1.	Аппарат должен поставляться стерильным, заряженным кассетой.
2.2.	Длина ствола 270-300 мм.
2.3.	Аппарат должен быть изогнутым по форме повторяющей анатомический изгиб прямой кишки.
2.4.	Аппарат должен обеспечивать наложение двух рядов титановых скоб, расположенных в шахматном порядке.
2.5.	Автоматически обеспечиваемое «В-образное» закрытие скобок.
2.6.	Наличие тактильного сигнала при прошивании тканей.
2.7.	Высота скобы – 5,0-5,3 мм.

Лот № 2

№ п/п	Характеристики
2.1.	Аппарат должен поставляться стерильным, заряженным скобами.
2.2.	Количество скоб в аппарате – 35 (+/-2)
2.3.	Высота открытой скобки 4,0 мм (+/- 0,3), ширина коронки скобки 7,0 мм (+/-0,1)
2.4.	Скобы должны быть изготовлены из нержавеющей стали.

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Лот №3

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Циркулярный хирургический степлер, диаметром 26 мм	штук	20
1.2	Циркулярный хирургический степлер, диаметром 29 мм	штук	10
1.3	Циркулярный хирургический степлер диаметром 31 мм	штук	10

2. Технические требования:
2.1. Циркулярный хирургический степлер для анастомоза желудочно-кишечного тракта. Циркулярный степлер используется для наложения анастомоза конец-в-конец, конец-в-бок и бок-в-бок при гастроинтентинальных, колоректальных и бариатрических операциях.
2.2. Одноразовый, режущий.
2.3. Степлер должен быть стерильным, упакован в индивидуальную герметичную упаковку.
2.4. Высота скоб от 3,5 мм до 5 мм.
2.5. Количество скоб от 18 до 32 шт.

Приложение 2
к заявке на закупку
медицинских изделий

Лот №4

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Кассеты для линейного хирургического степлера	Шт.	20
1.2.	Кассеты для линейного хирургического степлера	Шт.	20
1.3.	Кассеты для линейного хирургического степлера	Шт.	20

2. Технические требования:

2.1.	Кассеты для линейного хирургического степлера	
2.1.1	Высота открытой скобы	2.5 мм (± 0,2 мм)
2.1.2.	Длинна кассеты	60мм (± 2,0 мм)
2.1.3.	Совместим с линейным аппаратом, сшивающим для эндоскопических операций JQ II L.	
2.2.	Кассеты для линейного хирургического степлера, длинна кассеты	
2.2.1	Высота открытой скобы	3.5 мм (± 0,2 мм)

2.2.2.	Длинна кассеты	60мм (± 2,0 мм)
2.2.3.	Совместим с линейным аппаратом, сшивающим для эндоскопических операций JQ II L.	
2.3.	Кассеты для линейного хирургического степлера	
2.3.1	Высота открытой скобы	2.5 мм (± 0,2 мм)
2.3.2.	Длинна кассеты	45 мм (± 2,0 мм)
2.3.3	Совместим с линейным аппаратом, сшивающим для эндоскопических операций JQ II L.	

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Срок годности товара на момент поставки на склад покупателя должен составлять не менее 60% общего срока годности, установленного производителем.

Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки.

5

Лот №1: Клиппаппликатор

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Клиппаппликатор	штук	1
2	Клипсы титановые средне-большие	штук	Не менее 1000

2. Технические требования.

2.1. Используется для лапароскопических операций;

2.2. Длина инструмента не более 50см;

2.3. Длина рабочей части 33-36см;

2.4. Диаметр рабочего канала троакара – 10мм;

2.5. Вращение оси клипаппликатора на 360°;

2.6. Наличие промывочного канала.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора

Приложение
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот № 1 6

1. Состав (спецификация) закупаемых изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Одноразовый пакет для экстракции органов 1200 мл	шт.	100
2	Одноразовый пакет для экстракции органов 800 мл	шт.	100
3	Одноразовый пакет для экстракции органов 200 мл	шт.	100

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Характеристики
2.1.	Совместим с троакаром 10-12 мм.
2.2.	Пакет помещен во втулку с толкателем.
2.3.	Извлекаемый проводник
2.4	Индивидуальная стерильная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): срок годности на момент поставки не менее 60% от общего срока годности.