В комиссию
по закупкам
Главный врач
В.В.Сиренко
____.____.20___

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
учреждения здравоохранения
«4-я городская клиническая больница
им. Н.Е. Савченко»
_____ В. В. Сиренко
«__» _____ 2026 г.
13.11.2026 г.

Технические характеристики аппарата искусственной вентиляции легких ручного (мешка Амбу).

1. Комплектность мешков Амбу.

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт
2	Мешок Амбу одноразового использования	400 комплектов

2. Технические требования мешков Амбу.

2. Назначение: Аппарат искусственной вентиляции легких ручной (мешок «Амбу») предназначен для проведения искусственной вентиляции легких (ИВЛ) ручным способом;

3.1. Общие требования:

3.2. Мешок Амбу выполнен из медицинского ПВХ;

3.3. Объем мешка Амбу 1500 – 2000 мл, объем резервного мешка 600 – 2500 мл;

3.4. Мешок Амбу комплектуется клапаном ограничения давления (600 мм водного столба ± 50 мм водного столба);

3.5. Мешок Амбу должен иметь возможность подключения к внешнему источнику кислорода при помощи кислородной трубки;

3.6. Все расходные материалы – предназначены для одноразового применения;

3.7. Поставляется в собранной конфигурации;

3.8. Стерильные изделия упакованы в индивидуальную стерильную упаковку.

4. **Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара -** гарантийный срок не менее 12 месяцев.

5. **Требования, предъявляемые к сервисному обслуживанию -** нет.

6. **Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации -** нет.

Разработано:

Врач анестезиолог-реаниматолог (заведующий) отделения анестезиологии и реанимации (для пациентов урологического профиля)

_____
подпись

А. М. Самсонов