Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Высокочастотный радиоволновой хирургический генератор (типа Surgitron, «радиоволновой нож») для лечения предопухолевых патологий шейки матки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

1. Состав комплекта оборудования (1 комплект)		
№ п/п	**Наименование**	**Количество (шт.)**
1.1	Аппарат радиохирургический	1
1.2	Ножной переключатель для активации режимов	1
1.3	Нейтральный электрод многоразовый	8
1.4	Держатель нейтрального электрода	4
1.5	Держатель монополярных инструментов (электродов). Инструментальная часть - подключение к электродам со штекером 4 мм.	30
1.6	Кабель для подключения биполярного инструмента (подключение к пинцету «Евростандарт»)	2
1.7	Электрод-петля-круглая 1. Диаметр сечения 9-10 мм. 2. Диаметр проволоки 0,26-0,3 мм. 3. Длина рабочей части 90-120 мм. 4. Многоразового использования. 5. Установочный разъем 4 мм.	8
1.8	Электрод-петля-круглая 1. Диаметр сечения 9-10 мм. 2. Диаметр проволоки 0,2-0,25 мм. 3. Длина рабочей части 90-120 мм. 4. Многоразового использования.	15

	5. Установочный разъем 4 мм.	
1.9	Электрод-петля-круглая 1. Диаметр сечения 4-5 мм. 2. Диаметр проволоки 0,2-0,25 мм. 3. Длина рабочей части 90-120 мм. 4. Многоразового использования. 5. Установочный разъем 4 мм.	15
1.10	Электрод-петля-круглая 1. Диаметр сечения 4-5 мм. 2. Диаметр проволоки 0,26-0,3 мм. 3.Длина рабочей части 90-120 мм. 4. Многоразового использования. 5. Установочный разъем 4 мм.	8
1.11	Электрод-петля, ромб 1. Размер ромба 7-8 мм х 9-10 мм. 2. Диаметр проволоки 0,2-0,25 мм. 3. Длина рабочей части 90-120 мм. 4. Многоразового использования. 5. Установочный разъем 4 мм.	5
1.12	Электрод-петля, ромб 1. Размер ромба 7-8 мм х 9-10 мм. 2. Диаметр проволоки 0,26-0,3 мм. 3. Длина рабочей части 90-120 мм. 4. Многоразового использования. 5. Установочный разъем 4 мм.	5
1.13	Электрод-петля, полукруг 1. Диаметр сечения 14-15 мм. 2. Диаметр проволоки 0,26-0,3 мм. 3. Длина рабочей части 90-120 мм. 4. Многоразового использования. 5. Установочный разъем 4 мм.	10
1.14	Электрод-петля, полукруг 1. Диаметр сечения 14-15 мм. 2. Диаметр проволоки 0,2-0,25 мм. 3. Длина рабочей части 90-120 мм. 4. Многоразового использования. 5. Установочный разъем 4 мм.	15
1.15	Электрод-петля, полукруг 1. Диаметр сечения 19-20 мм. 2. Диаметр проволоки 0,26-0,3 мм. 3. Длина рабочей части 90-120 мм. 4. Многоразового использования. 5. Установочный разъем 4 мм.	10

1.16	Электрод-петля, полукруг 1. Диаметр сечения 19-20 мм. 2. Диаметр проволоки 0,2-0,25 мм. 3. Длина рабочей части 90-120 мм. 4. Многоразового использования. 5. Установочный разъем 4 мм.	15
1.17	Электрод-петля, полукруг 1. Диаметр сечения 24-25 мм. 2. Диаметр проволоки 0,26-0,3 мм. 3. Длина рабочей части 90-120 мм. 4. Многоразового использования. 5. Установочный разъем 4 мм.	10
1.18	Электрод-петля, полукруг 1. Диаметр сечения 24-25 мм. 2. Диаметр проволоки 0,2-0,25 мм. 3. Длина рабочей части 90-120 мм. 4. Многоразового использования. 5. Установочный разъем 4 мм.	15
1.19	Электрод-петля, полукруг 1. Радиус сечения 14-16 мм. 2. Диаметр проволоки 0,26-0,3 мм. 3. Длина рабочей части 90-120 мм. 4. Многоразового использования. 5. Установочный разъем 4 мм.	5
1.20	Электрод-петля, полукруг 1. Радиус сечения 14-16 мм. 2. Диаметр проволоки 0,2-0,25 мм. 3. Длина рабочей части 90-120 мм. 4. Многоразового использования. 5. Установочный разъем 4 мм.	10
1.21	Электрод-петля, полукруг 1. Радиус сечения 20-22 мм. 2. Диаметр проволоки 0,26-0,3 мм. 3. Длина рабочей части 90-120 мм. 4. Многоразового использования. 5. Установочный разъем 4 мм.	5
1.22	Электрод-петля, полукруг 1. Радиус сечения 20-22 мм. 2. Диаметр проволоки 0,2-0,25 мм. 3. Длина рабочей части 90-120 мм. 4. Многоразового использования. 5. Установочный разъем 4 мм.	10
1.23	Электрод-парус для конизации	20

	1. Размер паруса 25-28 х 8-10 мм. 2. Диаметр проволоки 0,15-0,2 мм. 3.Длинна рабочей части 90-120 мм. 4. Многоразового использования. 5. Установочный разъем 4 мм.	
1.24	Электрод-парус для конизации 1. Размер паруса 25-28 х 8-10 мм. 2. Диаметр проволоки 0,25-0,3 мм. 3. Длина рабочей части 90-120 мм. 4. Многоразового использования. 5. Установочный разъем 4 мм.	10
1.25	Электрод-парус для конизации 1. Размер паруса 25-28 х 13-15 мм. 2. Диаметр проволоки 0,15-0,2 мм. 3. Длина рабочей части 90-120 мм. 4. Многоразового использования. 5. Установочный разъем 4 мм.	20
1.26	Электрод-парус для конизации 1. Размер паруса 25-28 х 13-15 мм. 2. Диаметр проволоки 0,25-0,3 мм. 3.Длинна рабочей части 90-120 мм. 4. Многоразового использования. 5. Установочный разъем 4 мм.	10
1.27	Электрод-парус для конизации 1. Размер паруса 25-28 х 18-20 мм. 2. Диаметр проволоки 0,15-0,2 мм. 3. Длина рабочей части 90-120 мм. 4. Многоразового использования. 5. Установочный разъем 4 мм.	20
1.28	Электрод-парус для конизации 1. Размер паруса 25-28 х 18-20 мм. 2. Диаметр проволоки 0,25-0,3 мм. 3.Длинна рабочей части 90-120 мм. 4. Многоразового использования. 5. Установочный разъем 4 мм.	10
1.29	Электрод-шарик 1. Диаметр сечения 2-3 мм. 2. Антипригарный. 3. Длина рабочей части 90-120 мм 4. Многоразового использования. 5. Установочный разъем 4 мм.	5
1.30	Электрод-шарик 1. Диаметр сечения 4-5 мм.	5

	2. Антипригарный. 3. Длина рабочей части 90-120 мм 4. Многоразового использования. 5. Установочный разъем 4 мм.	
1.31	Электрод-шарик 1. Диаметр сечения 6-7 мм. 2. Антипригарный. 3.Длинна рабочей части 90-120мм 4. Многоразового использования. 5. Установочный разъем 4 мм.	3
1.32	Электрод-шарик 1. Диаметр сечения 2-2,5 мм. 2. Антипригарный. 3. Длина рабочей части 20-50 мм. 4. Многоразового использования. 5. Установочный разъем 4 мм.	5
1.33	Электрод-шарик 1. Диаметр сечения 3-3,5 мм. 2. Антипригарный. 3. Длина рабочей части 20-50 мм. 4. Многоразового использования. 5. Установочный разъем 4 мм.	5
1.34	Электрод-шарик 1. Диаметр сечения 4-4,5 мм. 2. Антипригарный. 3. Длина рабочей части 20-50 мм. 4. Многоразового использования. 5. Установочный разъем 4 мм.	2
1.35	Электрод-игла 1.Диаметр сечения 0,7-0,9 мм. 2. Длина рабочей части 90-120 мм. 3. Многоразового использования. 4. Установочный разъем 4 мм.	5
1.36	Электрод-игла микродиссекционный 1. Длина рабочей части не более 50 мм. 2. Многоразового использования. 3. Установочный разъем 4 мм.	5
1.37	Электрод-игла 1. Диаметр сечения 0,12-0,15 мм. 2. Длина рабочей части 20-50 мм. 3. Многоразового использования. 4. Установочный разъем 4 мм.	5
1.38	Электрод-игла	5

	1. Диаметр сечения 0,2-0,25 мм. 2. Длина рабочей части 20-50 мм. 3. Многоразового использования. 4. Установочный разъем 4 мм.	
1.39	Электрод-нож 1. Сечение 2,5-3 мм х 0,7-0,9 мм. 2. Длина рабочей части 20-50 мм. 3. Многоразового использования. 4. Установочный разъем 4 мм.	3
1.40	Электрод-нож 1. Сечение 2,5-3 мм х 0,7-0,9 мм. 2. Длина рабочей части 90-120 мм. 3. Многоразового использования. 4. Установочный разъем 4 мм.	2
1.41	Электрод-петля-круглая 1. Диаметр сечения 9-10 мм. 2. Диаметр проволоки 0,26-0,3 мм. 3. Длина рабочей части 20-50 мм. 4. Многоразового использования. 5. Установочный разъем 4 мм.	8
1.42	Электрод-петля-круглая 1. Диаметр сечения 9-10 мм. 2. Диаметр проволоки 0,2-0,25 мм. 3. Длина рабочей части 20-50 мм. 4. Многоразового использования. 5. Установочный разъем 4 мм.	15
1.43	Электрод-петля-круглая 1. Диаметр сечения 4-5 мм. 2. Диаметр проволоки 0,2-0,25 мм. 3. Длина рабочей части 20-50 мм. 4. Многоразового использования. 5. Установочный разъем 4 мм.	15
1.44	Электрод-петля-круглая 1. Диаметр сечения 4-5 мм. 2. Диаметр проволоки 0,26-0,3 мм. 3. Длина рабочей части 20-50 мм. 4. Многоразового использования. 5. Установочный разъем 4 мм.	8
1.45	Электрод-петля, ромб 1. Размер ромба 7-8 мм х 9-10 мм. 2. Диаметр проволоки 0,2-0,25 мм. 3. Длина рабочей части 20-50 мм. 4. Многоразового использования.	5

	5. Установочный разъем 4 мм.	
1.46	Электрод-петля, ромб 1. Размер ромба 7-8 мм х 9-10 мм. 2. Диаметр проволоки 0,26-0,3 мм. 3. Длина рабочей части 20-50 мм. 4. Многоразового использования. 5. Установочный разъем 4 мм.	5
1.47	Пинцет биполярный прямой антипригарный. Многоразового использования. Длина не менее 190 мм.	2
1.48	Пинцет байонетный прямой антипригарный пинцет. Многоразового использования. Длина не менее 190 мм.	2
1.49	Паспорт	1
1.50	Инструкция по применению	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".

2.1 Аппарат радиохирургический должен быть универсальным моно-биполярным прибором.

2.2 Аппарат радиохирургический должен обеспечивать надежное резание и коагуляцию тканей.

2.3 Аппарат радиохирургический должен автоматически поддерживать и сохранять рабочие параметры и иметь автоматический контроль за безопасностью работы и индикаторы качества наложения нейтрального электрода и перегрузки.

2.4 Аппарат радиохирургический должен иметь выходную частоту волны не менее 0,4 МГц и не более 10 МГц.

2.5 Аппарат радиохирургический должен иметь не менее 6 режимов монополярного резания и не менее 2 режимов биполярной коагуляции тканей.

2.6 Посадочный разъем электродов должен иметь диаметр 4 мм.

2.7 Установка выходной мощности для каждого режима: «индивидуальная». Сохранение в памяти последних установленных режимов и выходных мощностей.

2.8 Кабели, наконечники, электроды, пинцеты должны стерилизоваться автоклавированием.

2.9 Параметры питания аппарата переменный ток напряжением 220-230 В и частота 50 Гц.

2.10 Потребляемая электрическая мощность не более 250 Вт.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Согласно аукционным документам организатора.