Приложение № 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Наборы реагентов для исследования эякулята (спермы)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	*Наименование*	*Состав/размер*	*Ед. измер.*	*Коли-чество*
ЛОТ №1 Наборы реагентов для исследования эякулята (спермы)				
1.	Набор реагентов для определения антиспермальных антител класса Ig A	- количество тестов в наборе – не более 50	тест	300
2.	Набор реагентов для определения антиспермальных антител класса Ig G	- количество тестов в наборе – не более 50	тест	300
3.	Набор реагентов для определения морфологии сперматозоидов	В состав набора должны входить: - реагент для окрашивания: 3 вида красителя, флаконы не менее чем по 50 мл каждого; - реагент для фиксации, флакон не менее 50 мл.	набор	4
4.	Набор реагентов для определения жизнеспособности сперматозоидов	1. В состав набора должны входить реагенты: раствор 1% Эозина Y и раствор 5% Нигрозина, 2. объем - не менее чем по 20 мл каждого раствора.	набор	4

2. Технические характеристики.

ЛОТ №1 Наборы реагентов для исследования эякулята (спермы)		
1.	Набор реагентов для определения антиспермальных антител класса Ig A	1. принцип метода – латекс агглютинация 2. предназначен для определения антиспермальных антител класса Ig A в сперме человека 3. реагенты жидкие, готовые к применению
2.	Набор реагентов для определения антиспермальных антител класса Ig G	1. принцип метода – латекс агглютинация 2. предназначен для определения антиспермальных антител класса Ig G в сперме или сыворотке человека. 3. реагенты жидкие, готовые к применению
3.	Набор реагентов для определения морфологии сперматозоидов	1. Набор предназначен для оценки морфологии сперматозоидов путем окрашивания. 2. Реагенты жидкие, готовые к применению.
4.	Набор реагентов для определения жизнеспособности сперматозоидов	1. Набор предназначен для определения живых сперматозоидов методом окрашивания эозином-нигрозином. 2. Реагенты жидкие, готовые к применению.

3.Требования, предъявляемые к сроку годности и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

3.1 Срок годности и/или стерильности товара с момента поставки должен составлять не менее 60% от срока годности, установленного производителем, в случае если изготовителем (производителем) установлен срок годности и/или стерильность 12 месяцев или менее 12 месяцев, и не менее 11 месяцев, если установленный изготовителем (производителем) срок годности и/или стерильности более 12 месяцев.