МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Вытворча-гандлёвае рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства «Белмедтэхніка»
Рэспубліканскае даччынае гандлевае ўнітарнае прадпрыемства «Медтэхніка» г.Гомель

вул. Чангарскай дывізіі, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71;
прыёмная: тел.: (0232) 35-98-87;
аддзел гандлю: 35-68-80;
маркетынг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, mdt.by, СМДО Org13719
р/р BY92BLBB30120400052327001001
Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»
па Гомельскай вобласці,
БІК BLBBBY2X УНП 400052327

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Производственно-торговое республиканское унитарное предприятие «Белмедтехника»
Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель

ул. Чонгарской дивизии, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71;
приемная: тел.: (0232) 35-98-87;
отдел торговли: 35-68-80;
маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, mdt.by, СМДО Org13719
р/счет BY92BLBB30120400052327001001
Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по Гомельской области,
БИК BLBBBY2X УНП 400052327

16.11.26 № 4-24/405

Руководителю предприятия

ЗАПРОС
информации о ценах на медицинские изделия

Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на **«Электроды баллонные с интродьюсером для проведения временной кардиостимуляции для УЗ Гомельской области»,** согласно Приложения №1.

**в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).*

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (*Закон, Указ, прейскурант и т.д.*) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту 203@mdt.by в срок не позднее **18.11.2026.**

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком.

Ведущий специалист по маркетингу М.В.Саварина

Бессонова +375 232 35-67-14

Приложение №1

Технические характеристики (описание)

Электроды баллонные с интродьюсером для проведения временной кардиостимуляции для УЗ Гомельской области

1. Состав (комплектация) оборудования:

Номер и наименование ЛОТа	***Размер***	***Количество***
ЛОТ №1 Электрод для временной электрокардиостимуляции	В набор должны входить: 1) шприц для раздутия баллона, 2) ЭКГ адаптер для подключения к наружному кардиостимулятору.	480 штук
ЛОТ №2 Интродьюсер 7F для центрального венозного доступа	В набор должны входить: 1) игла 18G; 2) боковая инфузионная линия; 3) дилататор, 4) проводник 0,035 " - 0,038 " «J»-тип	710 штук

2. Технические требования:

ЛОТ №1 **Электрод для временной электрокардиостимуляции**
1. Длина электрода не менее 100 мм; 2. Диаметр электрода не более 6F; 3. Наличие биполярной стимуляции; 4. Наличие раздуваемого баллона на дистальном конце электрода; 5. Наличие индивидуальной стерильной упаковки.
ЛОТ №2 **Интродьюсер 7F для центрального венозного доступа**
1. Интродьюсер 7F, длина 10-15см; 2. Боковая инфузионная линия должна давать возможность вводить лекарственные вещества и осуществлять забор крови, омывать катетер. 3. Наличие индивидуальной стерильной упаковки.