ЛОТ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Игла BD Micro-Fine™ Plus 32G x 4 мм x 0,23мм или аналог совместимая с автоматическими шприц-ручками

1. Состав (комплектация) оборудования.

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество
1.1	Игла BD Micro-Fine™ Plus 32G x 4 мм x 0,23мм совместимая с автоматическими шприц-ручками или аналог	штук	128 416

2. Технические требования к игле:

2.1. Трёхгранная, сверхострая, угловая лазерная заточка острия иглы;

2.2. Игла отшлифована микробусинами стекла,

2.3. Игла отполирована электронным способом для обеспечения гладкости поверхности;

2.4. Игла имеет специальное силиконовое покрытие, которое практически устраняет трение и делает инъекцию безболезненной.

2.3. Толщина стенки иглы - тонкостенная;

2.4. Игла имеет универсальную винтовую резьбу, которая гарантирует совместимость со всеми шприц – ручками;

2.5. Длина иглы 4 мм, сводит к минимуму возможность внутримышечного введения;

2.6. Внешний (наружный) диаметр иглы выше полировки не менее 0,23 мм и не более 0,25 мм;

2.7. Увеличенный внутренний диаметр иглы не менее 0,145 мм и не более 0,146 мм

2.8. Игла предназначена для подкожного введения;

2.9. Игла стерильна, нетоксична, апирогенна;

2.10. Защитная наклейка иглы не повреждена;

2.11. Игла для одноразового использования;

2.12. Игла имеет прочный внешний колпачок, защищающий от случайного укола иглой;

2.13. Игла снабжена защитным фланцем на внутреннем колпачке, защищающем от случайных травм при обращении с иглой.

2.14. Игла без мандрена;

2.15. Иглы, расфасованные в количестве не менее 100 шт. в идивидуальные упаковки;

2.16. Игла должна быть совместима с инъекционными системами (автоматическими шприц-ручками) производства компании Ново Нордиск А/С Дания или аналог.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

3.1 Игла BD Micro-FineTM Plus 32G x 4 мм x 0,23 мм или аналог совместимая с автоматическими шприц-ручками – срок годности (на момент поставки) должен составлять не менее 60% от заявленного изготовителем

ЛОТ 2

Игла BD Micro-Fine™ Plus 31G x 5 мм x 0,25 мм или аналог совместимая с автоматическими шприц-ручками

1. Состав (комплектация) оборудования.

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество
1.1.	Игла BD Micro-Fine™ Plus 31G x 5 мм x 0,25 мм совместимая с автоматическими шприц-ручками или аналог	штук	256 000

2. Технические требования к игле:

2.1. Трёхгранная, сверхострая, угловая лазерная заточка острия иглы;

2.2. Игла отшлифована микробусинами стекла,

2.3. Игла отполирована электронным способом для обеспечения гладкости поверхности;

2.4. Игла имеет специальное силиконовое покрытие, которое практически устраняет трение и делает инъекцию безболезненной.

2.3. Толщина стенки иглы - тонкостенная;

2.4. Игла имеет универсальную винтовую резьбу, которая гарантирует совместимость со всеми шприц – ручками;

2.5. Длина иглы 5 мм, сводит к минимуму возможность внутримышечного введения;

2.6. Внешний (наружный) диаметр иглы не менее 0,25 мм и не более 0,27мм;

2.7. Увеличенный внутренний диаметр иглы не менее 0,146 мм и не более 0,160 мм

2.8. Игла предназначена для подкожного введения;

2.9. Игла стерильна, нетоксична, апирогенна;

2.10. Защитная наклейка иглы не повреждена;

2.11. Игла для одноразового использования;

2.12. Игла имеет прочный внешний колпачок, защищающий от случайного укола иглой;

2.13. Игла снабжена защитным фланцем на внутреннем колпачке, защищающем от случайных травм при обращении с иглой.

2.14. Игла без мандрена;

2.15. Иглы, расфасованные в количестве не менее 100 шт. в идивидуальные упаковки;

2.16. Игла должна быть совместима с инъекционными системами (автоматическими шприц-ручками) производства компании Ново Нордиск А/С Дания или аналог.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

3.1 Игла BD Micro-FineTM Plus 31G x 5 мм x 0,25 мм или аналог совместимая с автоматическими шприц-ручками – срок годности (на момент поставки) должен составлять не менее 60% от заявленного изготовителем

ЛОТ 3

Игла BD Micro-Fine™ Plus 31G x 6 мм x 0,25 мм или аналог совместимая с автоматическими шприц-ручками

1. Состав (комплектация) оборудования.

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество
1.1.	Игла BD Micro-Fine™ Plus 31G x 6 мм x 0,25 мм совместимая с автоматическими шприц-ручками или аналог	штук	1 987 000

2. Технические требования к игле:

2.1. Трёхгранная, сверхострая, угловая лазерная заточка острия иглы;

2.2. Игла отшлифована микробусинами стекла,

2.3. Игла отполирована электронным способом для обеспечения гладкости поверхности;

2.4. Игла имеет специальное силиконовое покрытие, которое практически устраняет трение и делает инъекцию безболезненной.

2.3. Толщина стенки иглы - тонкостенная;

2.4. Игла имеет универсальную винтовую резьбу, которая гарантирует совместимость со всеми шприц – ручками;

2.5. Длина иглы 6 мм, сводит к минимуму возможность внутримышечного введения;

2.6. Внешний (наружный) диаметр иглы не менее 0,25 мм и не более 0,27мм;

2.7. Увеличенный внутренний диаметр иглы не менее 0,145 мм и не более 0,160 мм

2.8. Игла предназначена для подкожного введения;

2.9. Игла стерильна, нетоксична, апирогенна;

2.10. Защитная наклейка иглы не повреждена;

2.11. Игла для одноразового использования;

2.12. Игла имеет прочный внешний колпачок, защищающий от случайного укола иглой;

2.13. Игла снабжена защитным фланцем на внутреннем колпачке, защищающем от случайных травм при обращении с иглой.

2.14. Игла без мандрена;

2.15. Иглы, расфасованные в количестве не менее 100 шт. в идивидуальные упаковки;

2.16. Игла должна быть совместима с инъекционными системами (автоматическими шприц-ручками) производства компании Ново Нордиск А/С Дания или аналог.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

3.1 Игла BD Micro-FineTM Plus 31G x 6 мм x 0,25 мм или аналог совместимая с автоматическими шприц-ручками – срок годности (на момент поставки) должен составлять не менее 60% от заявленного изготовителем

ЛОТ 4

Игла BD Micro-Fine™ Plus 30G x 8 мм x 0,3 мм или аналог совместимая с автоматическими шприц-ручками

1. Состав (комплектация) оборудования.

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество
1.1.	Игла BD Micro-Fine™ Plus 30G x 8 мм x 0,3 мм совместимая с автоматическими шприц-ручками или аналог	штук	2 526 020

2. Технические требования к игле:

2.1. Трёхгранная, сверхострая, угловая лазерная заточка острия иглы;

2.2. Игла отшлифована микробусинами стекла,

2.3. Игла отполирована электронным способом для обеспечения гладкости поверхности;

2.4. Игла имеет специальное силиконовое покрытие, которое практически устраняет трение и делает инъекцию безболезненной.

2.3. Толщина стенки иглы - тонкостенная;

2.4. Игла имеет универсальную винтовую резьбу, которая гарантирует совместимость со всеми шприц – ручками;

2.5. Длина иглы 8 мм, сводит к минимуму возможность внутримышечного введения;

2.6. Внешний (наружный) диаметр иглы не менее 0,30 мм и не более 0,32 мм;

2.7. Увеличенный внутренний диаметр иглы не менее 0,165 мм и не более 0,185 мм

2.8. Игла предназначена для подкожного введения;

2.9. Игла стерильна, нетоксична, апирогенна;

2.10. Защитная наклейка иглы не повреждена;

2.11. Игла для одноразового использования;

2.12. Игла имеет прочный внешний колпачок, защищающий от случайного укола иглой;

2.13. Игла снабжена защитным фланцем на внутреннем колпачке, защищающем от случайных травм при обращении с иглой.

2.14. Игла без мандрена;

2.15. Иглы, расфасованные в количестве не менее 100 шт. в идивидуальные упаковки;

2.16. Игла должна быть совместима с инъекционными системами (автоматическими шприц-ручками) производства компании Ново Нордиск А/С Дания или аналог.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

3.1 Игла BD Micro-FineTM Plus 30G x 8 мм x 0,3 мм или аналог совместимая с автоматическими шприц-ручками – срок годности (на момент поставки) должен составлять не менее 60% от заявленного изготовителем

ЛОТ 5

Игла BD Micro-Fine™ Plus 29G x 12 мм x 0,3 мм или аналог совместимая с автоматическими шприц-ручками

1. Состав (комплектация) оборудования.

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество
1.1.	Игла BD Micro-Fine™ Plus 29G x 12 мм x 0,3 мм совместимая с автоматическими шприц-ручками или аналог	штук	146 600

2. Технические требования к игле:

2.1. Трёхгранная, сверхострая, угловая лазерная заточка острия иглы;

2.2. Игла отшлифована микробусинами стекла,

2.3. Игла отполирована электронным способом для обеспечения гладкости поверхности;

2.4. Игла имеет специальное силиконовое покрытие, которое практически устраняет трение и делает инъекцию безболезненной.

2.3. Толщина стенки иглы - тонкостенная;

2.4. Игла имеет универсальную винтовую резьбу, которая гарантирует совместимость со всеми шприц – ручками;

2.5. Длина иглы 12 мм;

2.6. Внешний (наружный) диаметр иглы не менее 0,3 мм и не более 0,33 мм;

2.7. Увеличенный внутренний диаметр иглы не менее 0,18 мм и не более 0,20 мм

2.8. Игла предназначена для подкожного введения;

2.9. Игла стерильна, нетоксична, апирогенна;

2.10. Защитная наклейка иглы не повреждена;

2.11. Игла для одноразового использования;

2.12. Игла имеет прочный внешний колпачок, защищающий от случайного укола иглой;

2.13. Игла снабжена защитным фланцем на внутреннем колпачке, защищающем от случайных травм при обращении с иглой.

2.14. Игла без мандрена;

2.15. Иглы, расфасованные в количестве не менее 100 шт. в идивидуальные упаковки;

2.16. Игла должна быть совместима с инъекционными системами (автоматическими шприц-ручками) производства компании Ново Нордиск А/С Дания или аналог.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

3.1 Игла BD Micro-FineTM Plus 29G x 12 мм x 0,3 мм или аналог совместимая с автоматическими шприц-ручками – срок годности (на момент поставки) должен составлять не менее 60% от заявленного изготовителем