Утверждаю:
Главный врач
УЗ Минская ЦКРБ
Г.Т. Барсамян
«30» 10 2026г

Техническое задание

Предмет закупки: Глазной протез индивидуальный
(при отсутствии или дефектах век и/или надбровных дуг).

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1. Состав (комплектация за 1 услугу) услуги:

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1.	Оказание услуги по изготовлению индивидуального глазного протеза	1 шт.

2. Технические требования:

2.1 Радужка круглой формы, естественной окраски и структуры, с максимальным соответствием цвету и особенностям строения здоровой радужки глаза;
2.2 Зрачок черного цвета, расположен в центре радужки с максимальным соответствием размеров зрачка здорового глаза размеру зрачка протеза;
2.3 Склера естественной окраски и структуры, с максимальным соответствием цвета и особенностей строения здоровой склеры глаза;
2.4 Слезное мясцо естественной окраски и структуры, с максимальным соответствием цвета и особенностей строения, а также размеру здорового слезного мясца глаза;
2.3 Полнотелый глазной протез;
2.4 Материал изготовления протеза глазного яблока - акриловая пластмасса, разрешенная к применению в медицинской практике;
2.5 Материал изготовления придаточного аппарата глаза - силиконовая резина, разрешенная для применения в медицинской практике;
2.6 Материал изготовления верхнего и нижнего ресничного ряда - косметические накладные ресницы, с максимальным соответствием структуры и размера ресничного ряда здорового глаза;
2.7 На протезе придаточного аппарата глаза учитываются, в индивидуальном порядке, расположение естественных складок с целью предупреждения конфликта с мимической мускулатурой, а также наносятся, по необходимости, морщины и рельеф кожи, а также рисунок бровей по необходимости;
2.8 Цвет придаточного аппарата глаза эктопротеза с максимальным соответствием цвету придаточного аппарата здорового глаза;
2.9 Протезы должны быть гладкими без шероховатостей и микротрещин;

и 1854

2.10 Устойчивость изделия к дезинфекции в соответствии с действующими в Республики Беларусь санитарными нормами и правилами.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам по эксплуатации товара.

3.1. Срок годности согласно проекта договора

Разработчик:

Врач-офтальмолог О.Г. Кадем