БелМТ №875/26

лот 1

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество к закупке
1	Антитела к кардиолипину IgG/ IgM	тест	576
2	Антитела к β2-гликопротеину-I IgG/IgM	тест	576

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Предлагаемые реагенты должны быть совместимы с иммуноферментной системой EL-800 производства BioTek (США).

2.2. Используются для количественного определения.

2.3. Реагенты должны быть одного производителя.

2.4. Возможность определения IgG и IgM антител против кардиолипина в одном наборе.

2.5. Возможность определения IgG и IgM антител против β2-гликопротеина в одном наборе.

2.6. Наборы должны поставляться с разборными (стрипированными) 96-луночными плашками с достаточным количеством реагентов, контрольных и стандартных материалов для проведения дробных постановок реакций.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.