Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

ЛОТ 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Медицинский холодильник вертикальный	шт.	3

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Тип: Фармацевтический холодильник (медицинский).
2.2. Температурный режим: от +2 °C до +8 °C.
2.3. Полезный объём: не менее 400 л.
2.4. Тип охлаждения: принудительная циркуляция воздуха.
2.5. Контроллер: Микропроцессорный.
2.6. Тип управления: электронное, с цифровой индикацией.
2.7. Дисплей: светодиодный/ЖК, отображение текущей и заданной температуры.
2.8. Равномерность: вентилятор обеспечивает одинаковую температуру на всех полках, устраняя «теплые зоны».
2.9. Точность поддержания температуры: ±1 °C (или согласно паспорту производителя).
2.10. Сигнализация: звуковая и визуальная: отклонение температуры, открытая дверь, неисправность.
2.11. Дверь: глухая с замком и ключом.
2.12. Полки: не менее 4 шт.
2.13. Режим разморозки: автоматический.
2.14. Ширина не более 705 мм.
2.15. Материал корпуса: сталь, окрашенная краской, допускающая обработку дезинфицирующими средствами, зарегистрированными в Республике Беларусь.
2.16. Защита от перепадов напряжения в электросети- наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РБ;
3.2. Наличие паспорта, руководства по эксплуатации на русском языке;
3.3. Поставляемые товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства);
3.4. Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев.

Разработчики:
Врач-трансфузиолог (заведующий отделением)_____Е.Т. Харитонюк
Врач-трансфузиолог _____О.В. Соколюк
Согласовано:
Главный врач ГУ «Брестская областная
станция переливания крови» _____М.В. Осоприлко

Приложение 2
к заявке на закупку
медицинских изделий

ЛОТ 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

3. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Медицинский холодильник вертикальный)	шт.	2

4. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.17. Тип: Фармацевтический холодильник (медицинский).
2.18. Температурный режим: от +2 °С до +8 °С.
2.19. Полезный объём: не менее 250 л.
2.20. Тип охлаждения: принудительная циркуляция воздуха.
2.21. Контроллер: Микропроцессорный.
2.22. Тип управления: электронное, с цифровой индикацией.
2.23. Дисплей: светодиодный/ЖК, отображение текущей и заданной температуры.
2.24. Равномерность: вентилятор обеспечивает одинаковую температуру на всех полках, устраняя «теплые зоны».
2.25. Точность поддержания температуры: ±1 °С (или согласно паспорту производителя).
2.26. Сигнализация: звуковая и визуальная: отклонение температуры, открытая дверь, неисправность.
2.27. Дверь: глухая с замком и ключом.
2.28. Полки: не менее 4 шт.
2.29. Режим разморозки: автоматический.
2.30. Ширина не более 605 мм.
2.31. Материал корпуса: сталь, окрашенная краской, допускающая обработку дезинфицирующими средствами, зарегистрированными в Республике Беларусь.
2.32. Защита от перепадов напряжения в электросети- наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РБ;
3.2. Наличие паспорта, руководства по эксплуатации на русском языке;
3.3. Поставляемые товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства);
3.4. Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев.

Разработчики:
Врач-трансфузиолог (заведующий отделением)_____Е.Т. Харитонюк
Врач-трансфузиолог _____О.В. Соколюк
Согласовано:
Главный врач ГУ «Брестская областная
станция переливания крови» _____М.В. Осоприлко

Врач-трансфузиолог Т.В. Савостеенко
ОБСК