БелМТ №828/26
лот 1

Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.Состав (комплектация) медицинских изделий

№	Наименование	Ед.изм.	Количество
1	Дозатор одноканальный переменного объёма 100-1000мкл	шт.	10
2	Дозатор одноканальный переменного объёма 20-200мкл	шт.	10
3	Дозатор одноканальный переменного объёма 5-50мкл	шт.	5
4	Дозатор одноканальный фиксированного объёма 1000 мкл	шт.	10
5	Дозатор одноканальный фиксированного объёма 100мкл	шт.	10

2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

1.Дозаторы пипеточные должны быть предназначены для формирования объемов доз биологических жидкостей и жидких реагентов, применяемых при проведении анализа в лабораториях медицинских учреждений.
2. Максимальные габаритные размеры дозаторов, мм (с наконечниками) – до 300мм
3. Масса дозаторов не более 300 г
4. Дискретность установки дозаторов не более 1,0 мкл
5.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).
3.1. Согласно аукционных документов организатора.