УТВЕРЖДАЮ
Директор ГУ «РНПЦ
пульмонологии и фтизиатрии»
Е.Н. Кроткова
«07» 10 2026г.

Заявка на закупку центрифуг медицинских лабораторных для клинико-диагностической лаборатории.

Заказчик: клинико-диагностическая лаборатория ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» поручает ОМТС провести процедуру государственной закупки медицинских изделий в соответствии требованиями к медицинским изделиям, предусмотренными в настоящей заявке на закупку медицинских изделий.

Заявка направляется на электронный почтовый ящик kovshik.tanya@mail.ru и полностью соответствует настоящей заявке, представленной на бумажном носителе.

Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии»
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	220053, г. Минск, Долгиновский тракт, 157
УНП	600052478
Адрес электронной почты	niipulm@rnpcpf.by
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	http://rnpcpf.by

1. Область применения: клиническая лабораторная диагностика.
2. Сведения о государственной закупке.

Лот	
Предмет государственной закупки (наименование товара)	Центрифуга медицинская лабораторная
Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно приложению
Код по ОКРБ (9 знаков) *	29.24.31.300
Объем (количество)	1 шт.
Предельная стоимость государственной закупки по лоту**	7800 рублей

Источник финансирования государственной закупки	Республиканский бюджет
Требования к участникам	

3. Перечень изготовителей (для медицинской техники – с указанием моделей), продукция которых, по результатам изучения конъюнктуры рынка заказчиком, может быть предложена (допущена к торгам) в процедуре государственной закупки, проводимой по данной заявке: центрифуга лабораторная FENOX, РБ, центрифуга лабораторная ЦЛМН-Р10-01 РБ, центрифуга лабораторная ЦР-02Л, РБ.

4. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором: Будник Ольга Анатольевна – врач клинической лабораторной диагностики (заведующий) клинико-диагностической лаборатории ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии»; Латыш Ирина Ивановна - фельдшер-лаборант (старший) клинико-диагностической лаборатории ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии»; Путрик Татьяна Владимировна – врач клинической лабораторной диагностики клинико-диагностической лаборатории ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии».

5. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных в качестве кандидатур специалистов в области предмета государственной закупки в состав экспертной комиссии организатора: Жук Елена Николаевна – врач-патологоанатом (заведующий) патологоанатомическим отделением ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии»; Бахтина Антонина Дмитриевна – врач клинической лабораторной диагностики клинико-диагностической лаборатории ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии»; Рабец Ольга Игоревна - врач клинической лабораторной диагностики клинико-диагностической лаборатории ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии».

Приложение

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

1. Состав (комплектация) оборудования.

№ п/п	Наименование	Базовые параметры	Кол-во
1.1.	Центрифуга медицинская настольная Сетевой провод Адаптеры	Соответственно техническим требованиям	1 шт. 1 шт. 1 комплект.
1.2.	Руководство по эксплуатации, паспорт	На русском языке	1 шт.

2. Технические требования.

2.1. Максимальная частота вращения не менее 5000 об/мин.

2.2. Максимальное центробежное ускорение (RCF) не менее 5300 g.

2.3. Центрифуга должна иметь современную систему программирования частоты вращения.

2.4. Центрифуга должна обеспечивать установку времени для центрифугирования от 1 до 99 минут с дискретностью 1 минута, пределы допускаемого отклонения времени центрифугирования от заданного значения не более ±1%.

2.5. На дисплее должны отображаться такие параметры как частота вращения, ускорение и время.

2.6. Центрифуга должна обеспечивать автоматическое отключение двигателя через заданный интервал времени.

2.7. Центрифуга должна обеспечивать повторяемость установленного режима работы после полной остановки вращения ротора при следующем пуске центрифуги.

2.8. Центрифуга должна иметь электронное устройство плавного торможения ротора по окончании процесса центрифугирования.

2.9. Время торможения ротора до полной остановки не более 2 мин.

2.10. Центрифуга должна обеспечивать блокировку включения двигателя при открытой крышке и блокировку крышки при работающем двигателе.

2.11. Центрифуга должна обеспечивать работу с двумя типами пробирок: вакуумные системы 13х75 мм (объем 2–4 мл); вакуумные системы 16х100 мм (объем 7–10 мл).

2.12. Центрифуга должна быть укомплектована ротором и комплектом съемных адаптеров (вкладышей), обеспечивающих надежную фиксацию, центрифугирование и защиту от разрушения как пробирок размера 13х75 мм, так и пробирок размера 16х100 мм.

2.13. Центрифуга должна быть оснащена бакет-ротором или угловым ротором, обеспечивающим одновременную установку и центрифугирование не менее 32 пробирок размера 16х100 мм за один рабочий цикл.
2.14. Глубина гнезд (стаканов) ротора и адаптеров под пробирки 16х100 мм должна исключать контакт крышек пробирок с элементами корпуса или верхней крышки центрифуги при максимальном отклонении стаканов.
2.15. Время достижения заданного режима работы центрифуги – не более 2 минут.
2.16. Центрифуга должна обеспечивать возможность центрифугирования жидких систем с неуравновешенностью масс диаметрально противоположных гильзах до 2 г.
2.17. Центрифуга должна иметь систему идентификации ошибок;
2.18. Крышка центрифуги должна быть укреплена на металлических осях завесов, а спереди должна закрываться электромагнитным замком, блокирующим возможность ее открытия во время работы.
2.19. Все настройки центрифуги должны реализовываться с помощью панели управления. На панели должны быть кнопки управления, дисплей и сигнальные диоды. Показатели должны легко считываться, должны информировать о выполняющихся операциях, а также о состоянии устройства.
2.20. Наличие звукового сигнала для подтверждения записи функции и определения состояния центрифуги.
2.21. Центрифуга должна иметь инертное покрытие, устойчивое к средствам дезинфекции.
2.22. Оборудование должно соответствовать требованиям международных стандартов электробезопасности, прибор должен быть рассчитан на подключение к сети 220 V/ 50Hz.
2.23. Предлагаемый прибор должен быть внесён в реестр средств измерений.
3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: гарантия не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.