ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г. а.г.Ждановичи г.

Комиссия в составе представителей ЗАКАЗЧИКА ГУ "Республиканский клинический медицинский центр" УД Президента Республики Беларусь:

и представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ ОДО "БЕЛМЕДСЕРВИС": Инженер-электроник 1 категории, Н. С. Скроцкий провела обследование Интегрированная операционная система управления,обмена, передачи и архивации данных KARL STORZ OR NEO (1300ER, 1300EQ, 1300EP; инв. № 01378337, 01378338, 01378339).
Для восстановления работоспособности Интегрированная операционная система управления,обмена, передачи и архивации данных KARL STORZ OR NEO (1300ER, 1300EQ, 1300EP; инв. № 01378337, 01378338, 01378339) требуется замена следующих комплектующих, запасных частей и расходных материалов:

Катал. номер	Наименование запасной части	Кол-во	Наименование оборудования	Зав №№
WD23PURZ	Жесткий диск WD Purple 2TB	3	Интегрированная операционная система управления,обмена, передачи и архивации данных KARL STORZ OR NEO	1300ER, 1300EQ, 1300EP; инв. № 01378337, 01378338, 01378339

Представители

ГУ "Республиканский клинический медицинский центр" УД Президента Республики Беларусь

_____

_____

_____

Представитель

ОДО "БЕЛМЕДСЕРВИС"

_____ Н. С. Скроцкий
Инженер-электроник 1 категории

Начальник ООТО Пятуц Д.К.