Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) 1комплекта медицинских изделий:

№ п/п	Наименование параметра	Кол-во
1	Состав (комплектация)	
1.2	Каталка медицинская	5 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".

2.1. Каталка медицинская с гидроприводом

2.2. 4 колёса диаметром 150 мм, не менее двух колес имеют систему блокировки, срабатывающую при нажатии на педали, нагрузка не менее 100 кг

2.3 Ложе металлический лист с матрасом.

2.4 Высота ложа 630-950мм, угол наклона спинной секции от 0° до 45°±3 °.

2.5. Габариты: длина 2100±20 мм Ширина 630 ±20мм

Каталка должна иметь:

2.6. два боковых откидных ограждения,

2.7. отбойники для предотвращения ударов о стены при перемещениях и при случайных столкновениях

2.8. штатив для длительных вливаний.

2.9. Наружные поверхности каталки (в том числе матрас) должны быть устойчивы к воздействию дезинфекционных средств.

2.10. Грузоподъёмность каталки не менее 120 кг

3.Общие требования:

3.1. Товар должен быть новый, не восстановленный и не бывший в эксплуатации.

3.2. Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию оборудования не менее 12 месяцев.