Приложение № 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Реагенты, растворы и контрольные материалы для автоматического анализатора мочи «LAURA XL» (Erba Lachema, Чешская Республика)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ лот	*Наименование ЛОТа*	*Требования, предъявляемые к товару состав / размер*	*Ед. изм*	*Коли-чество*
1.	Реагенты, растворы для автоматического анализатора мочи «LAURA XL» (Erba Lachema, Чешская Республика)	1.Тест-полоски на 10 параметров: глюкоза, белок, билирубин, уробилиноген, pH, относительная плотность (удельный вес), эритроциты (кровь), кетоны, нитриты, лейкоциты, для анализатора мочи «LAURA XL».	шт	80 000
		1.Раствор для очистки/промывки - Оптисол (XL 1500) или аналог. 2. Раствор должен быть концентрированным. 3. Объем флакона не менее 50 мл, флакон для приготовления не менее 10л рабочего раствора	фл	55
		1.Раствор для очистки/промывки - Оптисол (XL 750) или аналог. 2. Раствор должен быть концентрированным. 3. Объем флакона не менее 50 мл, флакон для приготовления не менее 10л рабочего раствора. 4. В 1 упаковке – не менее 6 флаконов.	упак.	90
2.	Контрольный материал для мочи	1. Контрольный материал для мочи, не менее двух уровней, поровну каждого уровня. 2. Должен отражать значения следующих параметров в диапазонах не менее двух уровней: эритроциты (кровь), кетоны, глюкоза, белок, pH, биллирубин, уробиллиноген, нитриты, удельный вес (относительная плотность), лейкоциты. 3. Должен отражать значения параметров осадка мочи в диапазонах не менее двух уровней: эритроциты, лейкоциты, кристаллы.	мл	720 мл (360/360)
3.	Контрольный материал для автоматического анализатора мочи «LAURA XL» (Erba Lachema, Чешская Республика)	1. Контрольный материал для мочи (URINORM или аналог), не менее двух уровней (N, P). 2. Аттестованные параметры: эритроциты (кровь), кетоны, глюкоза, белок, pH, биллирубин, уробиллиноген, нитриты, удельный вес (относительная плотность), лейкоциты.	мл	180 мл поровну каждого уровня (90/90)

2. Технические характеристики.

2.1. ЛОТ№1 Тест-полоски, растворы должны быть предназначены для применения на автоматическом анализаторе мочи «LAURA XL» (Erba Lachema, Чешская Республика), что должно подтверждаться инструкцией или иными документами от производителя.

2.2. ЛОТ№2, ЛОТ№3 Контрольный материал должен быть аттестован для применения на автоматическом анализаторе мочи «LAURA XL» (Erba Lachema, Чешская Республика), что должно подтверждаться паспортом и/или инструкцией контрольного материала или иными документами от производителя.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности и/или стерильности товара с момента поставки должен составлять не менее 60% от срока годности, установленного производителем, в случае если изготовителем (производителем) установлен срок годности и/или стерильность 12 месяцев или менее 12 месяцев, и не менее 11 месяцев, если установленный изготовителем (производителем) срок годности и/или стерильности более 12 месяцев.