Приложение 1

Лот 1
Видеоколоноскопы
(для дооснащения видеосистемы HD-500 SonoScape Medical Corp)

1.Состав оборудования (комплект)

№ п/п	Наименование	Количество
1	Видеоколоноскоп	1

2. Технические характеристики оборудования

2.1.Видеоколоноскоп

№	Наименование характеристики	Базовые параметры
1	Тип наблюдения	Прямой
2	Угол поля зрения	140° ± 10°
3	Рабочий канал	Не менее 3,8 мм и не более 4мм
4	Диаметр дистального конца	13,0 ± 0,5 мм
5	Общая длина	Не менее 1900 мм
6	Рабочая длина	Не менее 1600 мм
7*	Совместимость и интеграция с имеющимся видеопроцессором видеосистемы HD-500 SonoScape Medical Corp	наличие

*- обязательное требование, несоответствие приведет к отклонению предложения

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему представления, гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Поставка всего комплекта оборудования должна осуществляться единовременно;

3.2. В стоимость предложения должны быть включены:

3.2.1. Сборка/монтаж/запуск на объекте (ввод оборудования в эксплуатацию);

3.2.2. Обучение медицинского и технического персонала при инсталляции правилам эксплуатации оборудования;

3.2.2. Гарантийное обслуживание на объекте не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию и не менее 12 месяцев для оптики.

Лот 2
Видеогастроскопы
(для дооснащения видеосистемы HD-500 SonoScape Medical Corp)

1.Состав оборудования (комплект)

№ п/п	Наименование	Количество
1	Видеогастроскоп	1

2. Технические характеристики оборудования

2.1. Видеогастроскоп

№	Наименование характеристики	Базовые параметры
1	Тип наблюдения	Прямой
2	Угол поля зрения	140° ± 10°
3	Рабочий канал	Не менее 2,8 мм и не более 3 мм
4	Диаметр вводимой и дистальной части	9,5 ± 0,5 мм
5	Общая длина	Не менее 1300 мм
6	Рабочая длина	Не менее 1000 мм
7*	Совместимость и интеграция с имеющимся видеопроцессором видеосистемы HD-500 SonoScape Medical Corp	наличие

*- обязательное требование, несоответствие приведет к отклонению предложения

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему представления, гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Поставка всего комплекта оборудования должна осуществляться единовременно;

3.2. В стоимость предложения должны быть включены:

3.2.1. Сборка/монтаж/запуск на объекте (ввод оборудования в эксплуатацию);

3.2.2. Обучение медицинского и технического персонала при инсталляции правилам эксплуатации оборудования;

3.2.2. Гарантийное обслуживание на объекте не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию и не менее 12 месяцев для оптики.

Лот 3
Видеодуоденоскоп
(для дооснащения видеосистемы HD-550 SonoScape Medical Corp)

1.Состав оборудования (комплект)

№ п/п	Наименование	Количество
1	Видеодуоденоскоп	1

2. Технические характеристики оборудования

2.1. Видеодуоденоскоп

№	Наименование характеристики	Базовые параметры
1	Направление обзора:	105°± 10°
2	Угол обзора	100° ± 10 °
3	Рабочий канал	Не менее 4,2 мм
	Углы изгиба:	В-120°± 10°, Н-90°± 10°, Л-90± 10°, П-110± 10°
4	Диаметр дистальной части	13,5 ± 0,5 мм
5	Диаметр вводимой части	13,5 ± 0,5 мм
6	Рабочая длина	Не менее 1100 мм
7*	Совместимость и интеграция с имеющимся видеопроцессором видеосистемы HD-550 SonoScape Medical Corp	наличие

*- обязательное требование, несоответствие приведет к отклонению предложения

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему представления, гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Поставка всего комплекта оборудования должна осуществляться единовременно;

3.2. В стоимость предложения должны быть включены:

3.2.1. Сборка/монтаж/запуск на объекте (ввод оборудования в эксплуатацию);

3.2.2. Обучение медицинского и технического персонала при инсталляции правилам эксплуатации оборудования;

3.2.2. Гарантийное обслуживание на объекте не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию и не менее 12 месяцев для оптики.

Лот 4
Видеобронхоскоп
(для дооснащения видеосистемы HD-500 SonoScape Medical Corp)

1.Состав оборудования (комплект)

№ п/п	Наименование	Количество
1	Видеобронхоскоп	1

2. Технические характеристики оборудования

2.1.Видеобронхоскоп

№	Наименование характеристики	Базовые параметры
1	Угол обзора	120° ± 10°
2	Углы изгиба	В-180°±10°, Н-130°±10°
3	Рабочий канал	Не менее 2 мм
4	Диаметр дистального конца	5 ± 0,5 мм
5	Рабочая длина	Не менее 600 мм
6*	Совместимость и интеграция с имеющимся видеопроцессором видеосистемы HD-500 SonoScape Medical Corp*	наличие

*- обязательное требование, несоответствие приведет к отклонению предложения

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему представления, гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Поставка всего комплекта оборудования должна осуществляться единовременно;

3.2. В стоимость предложения должны быть включены:

3.2.1. Сборка/монтаж/запуск на объекте (ввод оборудования в эксплуатацию);

3.2.2. Обучение медицинского и технического персонала при инсталляции правилам эксплуатации оборудования;

3.2.2. Гарантийное обслуживание на объекте не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию и не менее 12 месяцев для оптики.

Лот 5
Видеогастроскоп
(для дооснащения видеосистемы HD-550 SonoScape Medical Corp)

1.Состав оборудования (комплект)

№ п/п	Наименование	Количество
1	Видеогастроскоп	1

2. Технические характеристики оборудования

2.1.

2.1.	Видеогастроскоп высокого разрешения с тестером герметичности	
2.1.1	Матрица	Технология CMOS не менее 1,8 миллиона пикселей
2.1.2	Тип наблюдения	Прямой
2.1.3	Дополнительный порт подачи воды	Наличие
2.1.4	Угол поля зрения	140° допуск: +10%
2.1.5	Дистальный конец	Ø9,3 мм допуск: +5%
2.1.6	Глубина просмотра	Минимальное значение не более 3мм
2.1.7	Углы изгибаемой части	Угол вверх 210°, вниз 90°, влево 100°, вправо 100°
2.1.8	Вводимая часть	1050мм, допуск: ±10%
2.1.9	Кнопки удаленного управления	Не менее 4шт.
2.1.10	Разрешение	Не менее 10 п.л./мм (рабочее расстояние: 10мм)
2.1.11	Тестер герметичности в комплекте	Наличие
2.1.12	Инструментальный канал	Не менее Ø2,8мм
2.1.13	Технология передачи света	По световоду от источника света
2.1.14.*	Совместимость и интеграция с имеющимся видеопроцессором видеосистемы HD-550 SonoScape Medical Corp	наличие

*- обязательное требование, несоответствие приведет к отклонению предложения

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему представления, гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Поставка всего комплекта оборудования должна осуществляться единовременно;
3.2. В стоимость предложения должны быть включены:
3.2.1. Сборка/монтаж/запуск на объекте (ввод оборудования в эксплуатацию);
3.2.2. Обучение медицинского и технического персонала при инсталляции правилам эксплуатации оборудования;
3.2.2. Гарантийное обслуживание на объекте не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию и не менее 12 месяцев для оптики.

Лот 6
Видеобронхоскоп
(для дооснащения видеосистемы HD-550 SonoScape Medical Corp)

1.Состав оборудования (комплект)

№ п/п	Наименование	Количество
1	Видеобронхоскоп	1

2. Технические характеристики оборудования

2.1. **Видеобронхоскоп**

№	Наименование характеристики	Базовые параметры
1	Угол поля зрения	120 градусов
2	Углы изгиба	В-180°±10°, Н-130°±10°
3	Внешний диаметр дистального конца	5,0 ± 0,5 мм
4	Длина вводимой трубки	600 ± 20 мм
5	Диаметр инструментального канала	Не менее 2 мм
6*	Совместимость и интеграция с имеющимся видеопроцессором видеосистемы HD-550 SonoScape Medical Corp*	наличие

*- обязательное требование, несоответствие приведет к отклонению предложения

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему представления, гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Поставка всего комплекта оборудования должна осуществляться единовременно;

3.2. В стоимость предложения должны быть включены:

3.2.1. Сборка/монтаж/запуск на объекте (ввод оборудования в эксплуатацию);

3.2.2. Обучение медицинского и технического персонала при инсталляции правилам эксплуатации оборудования;

3.2.2. Гарантийное обслуживание на объекте не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию и не менее 12 месяцев для оптики.

Лот 7
Видеоколоноскопы
(для дооснащения видеосистемы HD-550 SonoScape Medical Corp)

1.Состав оборудования (комплект)

№ п/п	Наименование	Количество
1	Видеоколоноскоп	1

2. Технические характеристики оборудования

2.1*	Матрица	Технология CMOS не менее 1,8 миллиона пикселей
2.2	Тип наблюдения	Прямой
2.3*	Дополнительный порт подачи воды	Наличие
2.4	Угол поля зрения	140° допуск: ±10%
2.5	Дистальный конец	Ø12 мм допуск: +5%
2.6	Глубина просмотра	Минимальное значение не более 3мм
2.7	Углы изгибаемой части	Угол вверх 180°, вниз 180°, влево 160°, вправо 160°
2.8	Вводимая часть	1700мм, допуск: ±10%
2.9.	Кнопки удаленного управления	Не менее 4шт.
2.10*	Тестер герметичности в комплекте	Наличие
2.11	Наружный диаметр вводимой трубки	Ø10,5 мм допуск: +10%
2.12	Инструментальный канал	Не менее Ø3,8мм
2.13*	Технология передачи света	По световоду от источника света
2.14.*	Совместимость и интеграция с имеющимся видеопроцессором видеосистемы HD-550 SonoScape Medical Corp*	наличие

*- обязательное требование, несоответствие приведет к отклонению предложения

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему представления, гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Поставка всего комплекта оборудования должна осуществляться единовременно;
3.2. В стоимость предложения должны быть включены:
3.2.1. Сборка/монтаж/запуск на объекте (ввод оборудования в эксплуатацию);
3.2.2. Обучение медицинского и технического персонала при инсталляции правилам эксплуатации оборудования;
3.2.2. Гарантийное обслуживание на объекте не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию и не менее 12 месяцев для оптики.

Главный внештатный специалист
по эндоскопическим методам диагностики _____ И.И.Гросу