MEDISPHERA
МЕДИСФЕРА
Иностранное торгово-сервисное унитарное предприятие
220068, г. Минск, ул. Некрасова, д. 114, пом. 40, тел. 287-83-81, факс 287-80-03

ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь	Отправитель: Телефоны: + 375 17 287 83 81 Факс: + 375 17 287 80 03 E-Mail:
Телефон: + 375 17 Факс: + 375 17	Дата: 14.09.2026 Наш исх. №: Страница 1/1

Заключение о техническом состоянии

Представитель Иностранного унитарного предприятия «МЕДИСФЕРА» инженер-контролер Привада Р.С. провел обследование:

Назначение аппарата	Тип		серийный номер
Ангиографический комплекс	Siemens Artis Zeego		161239 инв 01377038
Наименование учреждения	Отделение	Кабинет	Ответственное лицо
ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь			

Обследование показало:

1. Блок охлаждения рентгеновского излучателя вышел из строя.

Выводы:

1. Необходим ремонт блока охлаждения рентгеновского излучателя с заменой трансформатора тороидального, 2х12В, 3.7А\Торэл ТТП100.

Главный инженер Ушатик Ю.Э.

Инженер-контролер Привада Р.С.

Начальник ООО Привада Д.Р.