Приложение №1
к заявке на закупку

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Наборы для подачи кислорода

Лот № 1

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	*Наименование*	*Ед. изм.*	*Кол-во*
1	Набор для подачи кислорода (с маской) в составе: - Адаптер эластичный – 1 шт. - Адаптер прямой (переходник) 15М-15М – 1 шт. - Адаптер прямой (переходник) 22М/15F – 1 шт. - Маска кислородная с трубкой – 1 шт.	набор	300

2.Технические требования:

№ п/п	Параметр	Базовый параметр
2.1	**Адаптер эластичный**	
2.1.1	Размер выхода	10F/9-15 мм
3.1	**Маска кислородная с трубкой**	
3.1.1	Длина трубки (мм)	Не более 2000
3.1.2	Размер (по заявке покупателя)	№ 4; 5
4	Однократного применения	Наличие
5	В стерильном исполнении	Наличие

Лот № 2

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	*Наименование*	*Ед. изм.*	*Кол-во*
2	Набор для подачи кислорода (с катетером) в составе: -Адаптер прямой (переходник) 22М-22М - 1шт. -Адаптер прямой (переходник) 22F/15M - 1шт. -Адаптер прямой (переходник) 22М/15F-8мм- 1 шт. -Катетер кислородный - 1 шт.	набор	300

2.Технические требования:

№ п/п	Параметр	Базовый параметр
2.1	**Катетер кислородный**	
2.1.1	Длина трубки (мм)	Не более 1800
2.1.2.	Размер	Для взрослых
3	Однократного применения	Наличие
4	В стерильном исполнении	Наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Лот № 3

Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Сотав (комплектация) ИМН

Номер и наименование ЛОТа	*Количество*
ЛОТ №‡ 3 Кардиоплегическая канюля в корень аорты с линией дренажа 9 Fr (12G)	300 штук

2. Показатели (характеристики)предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

Лот №‡ 3 **Кардиоплегическая канюля в корень аорты с линией дренажа 9 Fr (12G)**
1. Атравматичный наконечник с несколькими отверстиями. Центральное крепление с вырезами для ниток. 2. Вход luer-female. Металлический проводник-перфоратор. 3. Наличие линии для дренажа (коннектор ¼'') с пластиковым зажимом. 4. Стерильные, в индивидуальной упаковке.

3. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации:

3.1. Согласно аукционным документам организатора.