Приложение
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1.1	Автоматический гематологический анализатор с дифференцировкой лейкоцитарной формулы по 5-ти субпопуляциям лейкоцитов	комплект	1
1.2	Контрольный материал (не менее 3-х уровней) на IV квартал 2026года	комплект	1
1.3.	Комплект реагентов и расходных материалов (один комплект должен обеспечить 1500 исследований в режиме анализа клеток крови и полной дифференцировки лейкоцитарной формулы). Предлагаемые реагенты, контрольные материалы и другие расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе, поставляемом по договору безвозмездного пользования.	комплект	1
1.4	Источник бесперебойного питания, соответствующий эксплуатационным требованиям оборудования пункта 1.1.	комплект	1
1.5	Принтер, соответствующий эксплуатационным требованиям оборудования пункта 1.1.	комплект	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)"

2.1	К реагентам должен быть поставлен контрольный материал, в количестве, обеспечивающий ежедневное проведение контроля качества по всем перечисленным в составе заявки на закупку параметрам.
2.2	К реагентам должны быть поставлены необходимые калибраторы, в количестве, обеспечивающем проведение калибровки по всем перечисленным в составе заявки на закупку параметров.

2.4	Предлагаемые реагенты, калибраторы, контрольные материалы и другие расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе, поставляемом по договору безвозмездного пользования совместно с реагентами и расходными материалами, указанными в п.1.1
2.5. Требования, предъявляемые к оборудованию, поставляемому по договору безвозмездного пользования:	
2.5.1*	Дифференцировка лейкоцитов: 5Diff.
2.5.2	Функция считывания штрих-кодов образцов и реагентов.
2.5.3	Производительность анализатора 60 проб в час.
2.5.4	Анализатор должен работать как с венозной, так и с капиллярной кровью.
2.5.5	Количество реагентов, необходимых для работы анализатора во всех режимах анализа – не более 4-х
2.5.6	Встроенная память с целью хранения результатов выполненных исследований, включая графики, флаги, коды и сообщения
2.5.7	Интерфейс на русском языке.
2.5.8	Встроенная программа внутреннего контроля качества исследований с возможностью использования данных ежедневного внутреннего контроля качества для участия в международных программах межлабораторного сличения без необходимости приобретения дополнительных контрольных материалов
2.5.9	Возможность интеграции в медицинскую/лабораторную информационную систему любого производителя, в т.ч. поддержка протокола информационного взаимодействия с Централизованной информационной системой здравоохранения (ЦИСЗ), размещаемого на сайте оператора ЦИСЗ (ГУ «РНПЦ МТ»)

Примечание: не выполнение пункта со знаком «*» ведет к отклонению предложения

3.0Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1	Остаточный срок годности поставляемого комплекта реагентов, контрольных материалов на день поставки – не менее 80%.
3.2	Гарантийный срок оборудования, предоставляемого в безвозмездное пользование — не менее 12 месяцев.

Разработчики технических требований:
Врач клинической лабораторной диагностики _____ О.С.Воробьев
Врач клинической лабораторной диагностики _____ Л.В.Сорокина
Согласовано:
Врач-специалист по профилю медицинской специальности, связанный с применением медицинского изделия
Главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике главного управления по здравоохранению _____ А.В. Маркевич