Приложение
к заявке на закупку
медицинских изделий

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

**Лот № 1**

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Гибкий зонд для аргоноплазменной коагуляции | шт. | 15 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

| Характеристики |
|---|
| 2.1. Длина не менее 2000 мм |
| 2.2. Для рабочего канала – 2,8 мм |
| 2.3. Совместимость с аппаратом Bowa-Argon-Flex и/или ONYX-A |

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): срок годности на момент поставки не менее 60% от общего срока годности.

Разработчики: