БелМТ №974/26

Приложение № 1

лот 1

Лот № 1
Технические характеристики
Запасные части к цифровым линейным ускорителям
Elekta

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Нить катода в сборе к ускорителю линейному (кат. № 1537211), или аналог	шт.	4
2	Манометр давления газа SF-6 к ускорителю линейному (кат. № 45133302231), или аналог	шт.	1
3	Потенциометр 20 кОм, однооборотный, к ускорителю линейному (кат. №4513316441202U), или аналог	шт.	3
4	Мотор в сборе к ускорителю линейному (кат. № 1541718), или аналог	шт.	2
5	Плата управления камерой в Agility к ускорителю линейному (кат. №1565768), или аналог	шт.	1
6	Дрейфовая трубка в сборе к ускорителю линейному (кат. №1541653), или аналог	шт.	1

2. Технические требования.

2.1 изделие должно быть оригинальным, аналогичным и восстановленным на заводе-изготовителе, при условиях сохранения гарантийных и эксплуатационных сроков аналогичных новым оригинальным комплектующим и наличия сопроводительных документов от производителя, подтверждающих качество товара;

2.2 полная совместимость с цифровыми линейными ускорителями Elekta (производства Elekta AB, Швеция).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Гарантийный период: не менее 6 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.