БелМТ №879/26
лот 1

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Инструменты лапароскопические биполярные

1. Состав (комплектация) закупаемых изделий:

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1.	Щипцы для диссекции, биполярные, комплект	5
1.2.	Захватывающие щипцы, биполярные, комплект	5
1.3.	Вставка рабочая для биполярных щипцов	10
1.4.	Вставка рабочая для биполярных щипцов	10
1.5.	ВЧ-шнур биполярный	5

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформулированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Наименование/ Технические требования
2.1.	Щипцы для диссекции, биполярные, комплект
2.1.1.	Комплект состоит из: - эргономичная пластиковая рукоятка, - изолирующий тубус, - рабочая вставка;
2.1.2.	тип – Maryland или аналог;
2.1.3.	керамическая изоляция подвижных соединений инструментов;
2.1.4.	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);
2.1.5.	две подвижные бранши;
2.1.6.	длина захвата не менее 15 мм;
2.1.7.	рабочая длина 33-36 см;
2.1.8.	диаметр 5 мм;
2.2.	Захватывающие щипцы, биполярные, комплект
2.2.1.	Комплект состоит из: - эргономичная пластиковая рукоятка, - изолирующий тубус, - рабочая вставка;
2.2.2.	тип – Johann или аналог;
2.2.3.	керамическая изоляция подвижных соединений инструментов;
2.2.4.	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);
2.2.5.	две подвижные бранши;
2.2.6.	длина захвата не менее 15 мм;

2.2.7.	рабочая длина 33-36 см;
2.2.8.	диаметр 5 мм;
2.3.	Вставка рабочая для биполярных щипцов
2.3.1.	тип – Maryland или аналог;
2.3.2.	керамическая изоляция подвижных соединений инструментов;
2.3.3.	две подвижные бранши;
2.3.4.	длина захвата не менее 15 мм;
2.3.5.	рабочая длина 33-36 см;
2.3.6.	диаметр 5 мм;
2.4.	Вставка рабочая для биполярных щипцов
2.4.1.	тип – Johann или аналог;
2.4.2.	керамическая изоляция подвижных соединений инструментов;
2.4.3.	две подвижные бранши;
2.4.4.	длина захвата не менее 15 мм;
2.4.5.	рабочая длина 33-36 см;
2.4.6.	диаметр 5 мм;
2.5.	ВЧ-шнур биполярный
2.5.1.	длина. не менее 3х м;
2.5.2.	стандарт со стороны генератора Valleylab ;
2.5.3.	количество пинов 2

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам.

БелМТ №879/26
лот 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Световод волоконно-оптический

1. Состав (комплектация) закупаемых изделий:

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1.	Световод волоконно-оптический	4

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформулированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Наименование/ Технические требования
2.1.	Световод волоконно-оптический
2.1.1.	длина не менее 3 м;
2.1.2.	диаметр не менее 4.0-4.5 мм;
2.1.3.	термостойкий;
2.1.4.	возможность стерилизации в автоклаве.
2.1.5.	к источнику света «Olympus».

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).
3.1. Согласно аукционным документам.

БелМТ №879/26
лот 3

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Ножницы лапароскопические

1. Состав (комплектация) закупаемых изделий:

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1.	Ножницы, комплект	3
1.2.	Рабочая вставка к ножницам	10

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформулированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Наименование/ Технические требования
2.1.	Ножницы, комплект
2.1.1.	Комплект состоит из: - эргономичная пластиковая рукоятка, - изолирующий тубус, - рабочая вставка;
2.1.2.	тип – Metzenbaum (изогнутые);
2.1.3.	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);
2.1.4.	две подвижные бранши;
2.1.5.	длина захвата 15-17 мм;
2.1.6.	рабочая длина 33-36 см;
2.1.7.	диаметр 5 мм;
2.1.8.	рукоятка монополярная;
2.2.	Рабочая вставка к ножницам
2.2.1.	тип – Metzenbaum (изогнутые);
2.2.2.	две подвижные бранши;
2.2.3.	длина захвата 15-17 мм;
2.2.4.	рабочая длина 33-36 см;
2.2.5.	диаметр 5 мм;

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам.

БелМТ №879/26
лот 4

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Захватывающие щипцы

1. Состав (комплектация) закупаемых изделий:

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1.	Захватывающие щипцы, комплект	5

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформулированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Наименование/ Технические требования
2.1.	Захватывающие щипцы, комплект
2.1.1.	Комплект состоит из: - эргономичная пластиковая рукоятка, - изолирующий тубус, - рабочая вставка;
2.1.2.	тип – 3х4 зуба;
2.1.3.	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);
2.1.4.	две подвижные бранши;
2.1.5.	длина захвата не менее 16 мм;
2.1.6.	рабочая длина 33-36 см;
2.1.7.	диаметр 5 мм;
2.1.8.	рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам.

БелМТ №879/26

лот 5

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Захватывающие щипцы

1. Состав (спецификация) закупаемых изделий:

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1.	Захватывающие щипцы, комплект	5

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформулированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Наименование/ Технические требования
2.1.	Захватывающие щипцы, комплект
2.1.1.	Комплект состоит из: - эргономичная пластиковая рукоятка, - изолирующий тубус, - рабочая вставка;
2.1.2.	для всех видов лапароскопических операций;
2.1.3.	атравматичные, плоские;
2.1.4.	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);
2.1.5.	две подвижные браншн;
2.1.6.	длина захвата не менее 17 мм;
2.1.7.	рабочая длина 33-36 см;
2.1.8.	диаметр 5 мм;

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам.

БелМТ №879/26
лот 6

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Захватывающие щипцы

1. Состав (комплектация) закупаемых изделий:

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1.	Захватывающие щипцы, комплект	5

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформулированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Наименование/ Технические требования
2.1.	Захватывающие щипцы, комплект
2.1.1.	Комплект состоит из: - эргономичная пластиковая рукоятка, - изолирующий тубус, - рабочая вставка;
2.1.2.	тип - CrocheOlmi; для точной фиксации чувствительных тканей;
2.1.3.	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);
2.1.4.	одна подвижная бранша;
2.1.5.	длина захвата не менее 25 мм;
2.1.6.	рабочая длина 33-36 см;
2.1.7.	диаметр 5 мм;
2.1.8.	рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам.

БелМТ №879/26
лот 7

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Шнур монополярный

1. Состав (комплектация) закупаемых изделий:

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1.	Шнур монополярный	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформулированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Наименование/ Технические требования
2.1.	Шнур монополярный
2.1.1.	длина, не менее 300 см
2.1.2.	для монополярных лапароскопических инструментов
2.1.3.	совместимость с ВЧ-генератором «Emed» или аналог

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам.

БелМТ №879/26
лот 8

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Иглодержатель

1. Состав (комплектация) закупаемых изделий:

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1.	Иглодержатель	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформулированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Наименование/ Технические требования
2.1.	Иглодержатель
2.1.1.	титановый;
2.1.2.	прямой;
2.1.3.	диаметр 5 мм;
2.1.4.	рабочая длина 33-36 см;
2.1.5.	«V»-образная рукоятка

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам.

БелМТ №879/26
лот 9

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Троакары

1. Состав (комплектация) закупаемых изделий:

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1.	Троакар	5
1.2.	Троакар	6
1.3.	Колпачки уплотнительные	100
1.4.	Колпачки уплотнительные	100

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформулированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Наименование/ Технические требования
2.1.	Троакар
2.1.1.	рабочая длина 100-120 мм
2.1.2.	диаметр 10-11 мм
2.1.3.	запорный кран – наличие
2.1.4.	стилет – наличие
2.1.5.	тип наконечника стилета – пирамидальный
2.2.	Троакар
2.2.1.	рабочая длина 100-120 мм
2.2.2.	диаметр 5,0-5,5 мм
2.2.3.	запорный кран – наличие
2.2.4.	стилет – наличие
2.2.5.	тип наконечника стилета – пирамидальный
2.3.	Колпачки уплотнительные
2.3.1.	тип – многоразовые
2.3.2.	для троакара диаметром 10-11 мм
2.4.	Колпачки уплотнительные
2.4.1.	тип – многоразовые
2.4.2.	для троакара диаметром 5,0-5,5 мм

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам.

БелМТ №879/26
лот 10

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Узлопроталкиватель

1. Состав (комплектация) закупаемых изделий:

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1.	Узлопроталкиватель	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформулированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Наименование/ Технические требования
2.1.	Узлопроталкиватель
2.1.1.	диаметр 5 мм;
2.1.2.	рабочая длина 33-36 см;
2.1.3.	тип «полукольцо»;

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам.

БелМТ №879/26
лот 11

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Маточный манипулятор

1. Состав (комплектация) закупаемых изделий:

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1.	Маточный манипулятор	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформулированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Наименование/ Технические требования
2.1.	Маточный манипулятор
2.1.1.	эргономичная пластиковая ручка;
2.1.2.	маточный зонд градуированный;
2.1.3.	насадка для фиксации / герметизации щейки матки;
2.1.4.	вакуумная фиксация;

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам.