БелМТ №899/26 Приложение 1

лот 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п\п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Пинцет для ВПМ (внутренней пограничной мембраны) 25Ga	штука	84

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1.специальная конфигурация браншей с загнутыми вовнутрь дистальными концами для захвата тонких мембран

2.2. Калибр 25 Ga или 25+Ga

2.3. Повышенная жесткость стержня инструмента

2.4.Для одноразового использования.

2.5. Стерильная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

БелМТ №899/26

лот 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п\п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Пинцет ассиметричный 25Ga	штука	42

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1..специальная конфигурация браншей: загнутые вовнутрь и под углом дистальные концы , дизайн наконечника соответсвует радиусу кривизны сетчатки

2.2. Калибр 25 Ga или 25+Ga

2.3. Повышенная жесткость стержня инструмента

2.4.Для одноразового использования.

2.5. Стерильная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

БелМТ №899/26

лот 3

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п\п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Пинцет концезахватывающий 25Ga	штука	42

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1..специальная конфигурация браншей: увеличенная площадь захвата дистальных концов браншей обеспечивает более надежный захват тканей

2.2. Калибр 25 Ga или 25+Ga

2.3. Повышенная жесткость стержня инструмента

2.4.Для одноразового использования.

2.5. Стерильная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

БелМТ №899/26

лот 4

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п\п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Ножницы изогнутые 25Ga	штука	42

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. лезвия ножниц тонкие должны быть изогнуты на 35-40° для аккуратного реза тканей

2.2. Калибр 25 Ga или 25+Ga

2.3. Повышенная жесткость стержня инструмента

2.4.Для одноразового использования.

2.5. Стерильная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

БелМТ №899/26

лот 5

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п\п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Набор бимануальный для ирригации-аспирации	штука	24

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1.рукоятка пластик, наконечник-хирургическая сталь или титан.

2.2. аспирационный наконечник должен быть диаметром 0,3 мм

2.3. наконечник аспирационной рукоятки должен быть изогнутым для удобства работы в труднодоступных отделах переднего отрезка глаза

2.4. наконечник аспирационной рукоятки должен иметь шероховатую поверхность для полировки задней капсулы хрусталика

2.5. совместимость с системой CONSTELLATION

2.6.Для одноразового использования.

2.7. Стерильная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

БелМТ №899/26

лот 6

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п\п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Лазерный эндозонд с гибким окончанием 25Ga	штука	78

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1.эндолазерный наконечник с гибким окончанием для манипуляций в труднодоступных участках сетчатки глаза

2.2. Калибр 25 Ga или 25+Ga

2.3. полная совместимость с системой CONSTELLATION (с встроенным в эндозонд устройством автоопределения и автонастройки параметров наконечника RFID) подтвержденная производителем CONSTELLATION

2.4.Для одноразового использования.

2.5. Стерильная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

БелМТ №899/26

лот 7

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п\п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Зонд для эндодиатермии 25Ga	штука	96

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1.зонд для эндодиатермии

2.2. Калибр 25 Ga или 25+Ga

2.3. полная совместимость с системой CONSTELLATION , ее портами и диатермическим кабелем без дополнительных переходников/адаптеров, подтвержденная производителем CONSTELLATION

2.4.Для одноразового использования.

2.5. Стерильная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

БелМТ №899/26

лот 8

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п\п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Витректор для работы на заднем отрезке глаза 25Ga	штука	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1.витректор со скошенным дистальным концом рабочей части в индивидуальной упаковке

2.2. Калибр 25 Ga или 25+Ga

2.3. скорость резов не менее 10000 резов в минуту

2.4. полная совместимость с системой CONSTELLATION

2.5.Для одноразового использования.

2.6. Стерильная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

БелМТ №899/26

лот 9

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п\п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Осветитель прямой 25Ga	штука	174

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. оптоволоконный прямой осветитель в индивидуальной упаковке

2.2. Калибр 25 Ga или 25+Ga

2.3. полная совместимость с системой CONSTELLATION (наконечник RFID)

2.5.Для одноразового использования.

2.6. Стерильная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

БелМТ №899/26

лот 10

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п\п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Масло силиконовое 1000	штука	115

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1.масло силиконовое высокоочищенное 1000 для интравитреального введения в качестве тампонады

2.2. флакон или шприц аналогичного объема

2.3. индекс рефракции 1,46

2.4.Для одноразового использования.

2.5. Стерильная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

БелМТ №899/26

лот 11

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п\п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Масло силиконовое 5000	штука	95

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1.масло силиконовое высокоочищенное 5000 для интравитреального введения в качестве тампонады

2.2. флакон или шприц аналогичного объема

2.3.индекс рефракции 1,40

2.4. Для одноразового использования.

2.5. Стерильная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов