БелМТ №904/26

лот 1

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки**

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Пробирки центрифужные объемом 50 мл без юбки устойчивости | Штука | 6 300 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 С коническим дном без юбки устойчивости;
2.2 С завинчивающейся крышкой;
2.3 Стерильные;
2.4 С полем для нанесения маркировки;
2.5 Подходят для клеточных культур.

3. Требования, предъявляемые качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №904/26

лот 2

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки**

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Пробирки центрифужные объемом 50 мл без юбки устойчивости | Штука | 700 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 С коническим дном без юбки устойчивости;
2.2 С завинчивающейся крышкой;
2.3 Стерильные;
2.4 С полем для нанесения маркировки;
2.5 Подходят для клеточных культур.

3. Требования, предъявляемые качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №904/26

лот 3

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки**

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Пробирки центрифужные объемом 15 мл | Штука | 1 800 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 С коническим дном;
2.2 С завинчивающейся крышкой;
2.3 Стерильные;
2.4 С полем для нанесения маркировки;
2.5 Подходят для клеточных культур.

3. Требования, предъявляемые качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №904/26

лот 4

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки**

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Пробирки центрифужные объемом 15 мл | Штука | 200 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 С коническим дном;
2.2 С завинчивающейся крышкой;
2.3 Стерильные;
2.4 С полем для нанесения маркировки;
2.5 Подходят для клеточных культур.

3. Требования, предъявляемые качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №904/26

лот 5

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки**

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Пробирки для проточной цитометрии | Штука | 9 000 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Круглодонные;
2.2 Объем – 5 мл;
2.3 Размеры – 75х12 мм;
2.4 Совместимы с проточным цитофлуориметром модели DxFLEX (Beckman Coulter).

3. Требования, предъявляемые качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №904/26

лот 6

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки**

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Пробирки для проточной цитометрии | Штука | 1 000 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Круглодонные;
2.2 Объем – 5 мл;
2.3 Размеры – 75х12 мм;
2.4 Совместимы с проточным цитофлуориметром модели DxFLEX (Beckman Coulter).

3. Требования, предъявляемые качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №904/26

лот 7

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки**

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Криопробирки объемом 2 мл | Штука | 450 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Предназначены для хранения клеточных культур;

2.2 Подходят для использования при сверхнизких температурах жидкого азота;

2.3 С завинчивающейся крышкой (с внешней резьбой);

2.4 Стерильные;

2.5 С градуировкой;

2.6 С полем для нанесения маркировки;

2.7 С юбкой устойчивости.

3. Требования, предъявляемые качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №904/26

лот 8

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки**

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Криопробирки объемом 2 мл | Штука | 50 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Предназначены для хранения клеточных культур;
2.2 Подходят для использования при сверхнизких температурах жидкого азота;
2.3 С завинчивающейся крышкой (с внешней резьбой);
2.4 Стерильные;
2.5 С градуировкой;
2.6 С полем для нанесения маркировки;
2.7 С юбкой устойчивости.

3. Требования, предъявляемые качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №904/26

лот 9

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки**

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование позиции, параметры | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Криопробирки объемом 1,5 мл | Штука | 450 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Предназначены для хранения клеточных культур;
2.2 Подходят для использования при сверхнизких температурах жидкого азота;
2.3 С завинчивающейся крышкой (с внешней резьбой);
2.4 Стерильные;
2.5 С градуировкой;
2.6 С полем для нанесения маркировки;
2.7 С юбкой устойчивости.

3. Требования, предъявляемые качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №904/26

лот 10

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки**

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование позиции, параметры | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Криопробирки объемом 1,5 мл | Штука | 50 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Предназначены для хранения клеточных культур;
2.2 Подходят для использования при сверхнизких температурах жидкого азота;
2.3 С завинчивающейся крышкой (с внешней резьбой);
2.4 Стерильные;
2.5 С градуировкой;
2.6 С полем для нанесения маркировки;
2.7 С юбкой устойчивости.

3. Требования, предъявляемые качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №904/26

лот 11

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки**

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Микропробирки объемом 2 мл | Штука | 18 000 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Представляют собой прозрачные пробирки типа эппендорф;
2.2 С градуировкой;
2.3 С матовым полем для маркировки;
2.4 С круглым дном;
2.5 С защелкивающейся крышкой;
2.6 Нестерильные;
2.7 Автоклавируемые;
2.8 Тестированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз, пирогенов;
2.9 Фасованы россыпью.

3. Требования, предъявляемые качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №904/26

лот 12

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки**

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Микропробирки объемом 2 мл | Штука | 2 000 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Представляют собой прозрачные пробирки типа эппендорф;
2.2 С градуировкой;
2.3 С матовым полем для маркировки;
2.4 С круглым дном;
2.5 С защелкивающейся крышкой;
2.6 Нестерильные;
2.7 Автоклавируемые;
2.8 Тестированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз, пирогенов;
2.9 Фасованы россыпью.

3. Требования, предъявляемые качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №904/26

лот 13

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки**

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Микропробирки цветные с плоской крышкой объемом 0,2 мл | Штука | 18 000 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Выполнены из цветного полипропилена;
2.2 Совместимы с программируемыми термоциклерами Verity (Life Technologies), T1000 (Bio Rad);
2.3 Тестированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз;
2.4 Фасованы россыпью, сгруппированы по цвету.

3. Требования, предъявляемые качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №904/26

лот 14

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки**

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Микропробирки цветные с плоской крышкой объемом 0,2 мл | Штука | 2 000 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Выполнены из цветного полипропилена;
2.2 Совместимы с программируемыми термоциклерами Verity (Life Technologies), T1000 (Bio Rad);
2.3 Тестированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз;
2.4 Фасованы россыпью, сгруппированы по цвету.

3. Требования, предъявляемые качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.