МТ №912/26

Приложение 1

лот 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) двухкомпонентной уростомийной системы

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество
1.1	Пластины с двойным адгезивом (диаметр фланца 40мм, вырезаемое отверстие диаметром не уже 10-35мм)	штука	9 530
1.2.	Уростомный мешок (диаметр фланца 40мм)	штука	19 060
1.3.	Пластины с двойным адгезивом (диаметр фланца 50мм, вырезаемое отверстие диаметром не уже 10-45мм)	штука	24 515
1.4.	Уростомный мешок (диаметр фланца 50мм)	штука	49 030
1.5.	Пластины с двойным адгезивом (диаметр фланца 60мм, вырезаемое отверстие диаметром не уже 10-55мм)	штука	4 550
1.6.	Уростомный мешок (диаметр фланца 60мм)	штука	9 100

2. Показатели (характеристики):

2.1. Система должна иметь ушки для крепления пояса и быть двухкомпонентной:

- клеящаяся пластина, изготовленная из гипоаллергенных материалов
- съемный прозрачный мешок, крепящийся к пластине изготовленный из материала обеспечивающего изоляцию от запахов в течение не менее 2-3 суток;

2.2. Пластина на коже взрослого пациента должна удерживаться не менее 5-ти суток;

2.3. Мешок для уростом должен быть оснащен антирефлюксным клапаном, предотвращающим обратный заброс мочи в уростому, а также сливным клапаном.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.