БелМТ №902/26

Приложение 1

лот 1

Стент периферический плетеный двухслойный									
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
59.1.	Стенты периферические плетеные двухслойные	5.0 x 50 мм	0	5	5	5	3	0	18
59.2.	-"-	5.0 x 70 мм	0	5	5	5	3	0	18
59.3.	-"-	5.0 x 90 мм	0	5	5	5	3	0	18
59.4.	-"-	5.0 x 110 мм	0	3	10	5	5	0	23
59.5.	-"-	5.0 x 125 мм	0	3	5	5	5	0	18
59.6.	-"-	5.0 x 155 мм	0	3	5	5	3	0	16
59.7.	-"-	6.0 x 50 мм	0	20	5	5	3	0	33
59.8.	-"-	6.0 x 70 мм	0	20	5	5	3	0	33
59.9.	-"-	6.0 x 90 мм	0	20	5	5	3	0	33
59.10.	-"-	6.0 x 110 мм	0	20	5	5	5	0	35
59.11.	-"-	6.0 x 125 мм	0	10	10	5	5	0	30
59.12.	-"-	6.0 x 155 мм	0	10	10	5	3	0	28
59.13.	-"-	7.0 x 50 мм	0	25	5	5	3	0	38

59.14.	--"--	7.0 x 70 мм	0	25	5	5	3	0	38
59.15.	--"--	7.0 x 90 мм	0	25	5	5	3	0	38
59.16.	--"--	7.0 x 110 мм	0	20	10	5	5	0	40
59.17.	--"--	7.0 x 135 мм	0	20	10	5	5	0	40
59.18.	--"--	7.0 x 165 мм	0	15	10	5	3	0	33
59.19.	--"--	8.0 x 50 мм	0	10	5	3	3	0	21
59.20.	--"--	8.0 x 70 мм	0	10	5	3	3	0	21
59.21.	--"--	8.0 x 90 мм	0	10	5	3	3	0	21
59.22.	--"--	8.0 x 125 мм	0	5	5	3	5	0	18
59.23.	--"--	8.0 x 135 мм	0	5	5	3	5	0	18
59.24.	--"--	8.0 x 175 мм	0	5	5	3	3	0	16
			0	**299**	**150**	**108**	**88**	**0**	**645**

Технические требования:

1. Конструкция стента: стент должен иметь двуслойную плетеную структуру из нитиноловых волокон с ячейкой не более 700мкм, на системе доставки.
2. Наличие конических расширений по краям для надежной фиксации стента в сосуде.
3. Наличие маркеров на краях стента и на краях внутреннего второго слоя микросетки.

1. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам.