Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".

№ лота	Наименование	Технические характеристики	Единица измерения	Кол-во
1.	Зонд маточный с делениями изогнутый	Предназначен для определения глубины полости матки. 2.1. Общая длина инструмента должна быть не менее 290мм; 2.2. форма: изогнутый. Инструмент должен быть изготовлен из нержавеющей стали для использования в медицинской практике.	шт.	24
2.	Зонд маточный с делениями прямой	Предназначен для определения глубины полости матки. 2.1. Общая длина инструмента должна быть 29,5±0,5 см; 2.2. форма: прямой. Инструмент должен быть изготовлен из нержавеющей стали для использования в медицинской практике.	шт.	69
3.	Зеркало влагалищное по Куско многократного применения №1	Предназначено для расширения влагалища и обнажения шейки матки при исследованиях, операциях и других манипуляциях. 2.1. Общая длина инструмента 106±4 мм; 2.2.ширина -97±2 мм 2.3. ширина створок– 25±0,3мм. Инструмент должен быть изготовлен из нержавеющей стали для использования в медицинской практике.	шт.	140
4.	Зеркало влагалищное по Куско многократного применения №2	предназначено для осмотра шейки матки. 2.1. Общая длина инструмента 114±6 мм; 2.2. ширина –102±2мм. 2.3. ширина створок –33±1мм Инструмент должен быть изготовлен из нержавеющей стали для использования в медицинской практике	шт.	285
5.	Зеркало влагалищное по Куско многократного применения №3	предназначено для осмотра шейки матки. 2.1. Общая длина инструмента 125±5 мм; 2.2. ширина –103±2мм 2.3. ширина створок–37±1мм. Инструмент должен быть изготовлен из нержавеющей стали для использования в медицинской практике.	шт.	71
6.	Зеркало влагалищное по Симсу №1	предназначено для оттягивания задней стенки влагалища. 2.1. Общая длина инструмента 190±10 мм; 2.2. Размеры рабочей части - длина - 85±3 мм, ширина –21±2 мм. Инструмент должен быть изготовлен из нержавеющей стали для использования в медицинской практике.	шт.	30
7.	Зеркало гинекологическое по Симсу №2	предназначено для оттягивания задней стенки влагалища. 2.1. Общая длина инструмента 190±10 мм; 2.2. Размеры рабочей части - длина - 90±5 мм, ширина –	шт.	143

		26±4 мм. Инструмент должен быть изготовлен из нержавеющей стали для использования в медицинской практике.		
8.	Зеркало-подъемник влагалищное по Отто № 1 (25*85*250)	Применяется при гинекологических исследованиях, оперативных вмешательствах и лечебных процедурах. 2.1. Длина инструмента не более 255 мм. 2.2. Длина рабочей части – не более 85 мм Инструмент должен быть изготовлен из нержавеющей стали для использования в медицинской практике.	шт.	29
9.	Зеркало-подъемник влагалищное по Отто № 2(30*100*250)	Применяется при гинекологических исследованиях, оперативных вмешательствах и лечебных процедурах. 2.1. Длина инструмента 250±3 мм. 2.2. Длина рабочей части 100±3 мм 2.3. Ширина рабочей части30±2 мм Инструмент должен быть изготовлен из нержавеющей стали для использования в медицинской практике.	шт.	58
10.	Зеркало-подъемник влагалищное по Отто № 3 (38*115*250)	Применяется при гинекологических исследованиях, оперативных вмешательствах и лечебных процедурах. 2.1.Длина инструмента не более 255 мм. 2.2. Длина рабочей части не более 115 мм Инструмент должен быть изготовлен из нержавеющей стали для использования в медицинской практике.	шт.	15
11.	Пинцет гинекологический	Предназначен для захватывания перевязочных материалов, ватных и марлевых тампонов 2.1. Длина не менее 240 мм. Инструмент должен быть изготовлен из нержавеющей стали для использования в медицинской практике.	шт.	112
12.	Игла для пункции заднего свода влагалища	2.1. Общая длина инструмента должна быть не более 140 мм; 2.2. диаметр 1,2 ± 0,6мм. Инструмент должен быть изготовлен из нержавеющей стали для использования в медицинской практике.	шт.	84
13.	Зажим для маточных сосудов	2.1. Общая длина инструмента должна быть не более 220 мм. Инструмент должен быть изготовлен из нержавеющей стали для использования в медицинской практике.	шт.	10
14.	Зажим гинекологический к/о зубчатый прямой №3, 220	Зажим гинекологический к/о зубчатый прямой №3 предназначен для пережатия кровеносных сосудов в глубине таза. 2.1. Длина не менее 220мм	шт.	36
15.	Зажим гинекологический длинный, прямой, 260 мм	Предназначен для пережатия широких связок матки, захватывания краев раны при акушерских и гинекологических операциях. 2.1.Длина не менее 260 мм. 2.2.Форма: прямой Инструмент должен быть изготовлен из нержавеющей стали для использования в медицинской практике.	шт.	42
16.	Зажим гинекологический прямой №2, 285 мм	Предназначен для пережатия широких связок матки, захватывания краев раны при акушерских и гинекологических операциях. 2.1. Длина не менее 285 мм. 2.2..Форма: прямой Инструмент должен быть изготовлен из нержавеющей стали для использования в медицинской практике.	шт.	29

17.	Зажим гинекологический, изогнутый, 255 мм	Предназначен для пережатия широких связок матки, захватывания краев раны при акушерских и гинекологических операциях. 2.1.Длина не менее 255 мм. 2.2.Форма: изогнутый Инструмент должен быть изготовлен из нержавеющей стали для использования в медицинской практике.	шт.	26
18.	Ложка гинекологическая 2-сторонняя	Предназначена для взятия мазков выделений из половых органов 2.1. Длина инструмента должна быть не менее 200 мм. Материал: нержавеющая сталь.	шт.	10
19.	Ложка Фолькмана многократного применения	Предназначена для взятия мазков выделений из половых органов. 2.1. Длина инструмента должна быть не менее 200 мм. Материал: нержавеющая сталь. Для использования в медицинской практике.	шт.	125
20.	Расширитель канала шейки матки по Гегару (комплект) или аналог	Набор расширителей канала шейки матки гинекологический №1-12(22 шт.) На одном конце расширителя имеется как бы срезанная площадка для его удержания. 2.1. Длина инструмента должна быть не более 200 мм. 2.2. форма: односторонний 2.3. Комплект должен состоять не менее чем из 22 инструментов - диаметром от1до12 мм. Инструмент должен быть изготовлен из нержавеющей стали для использования в медицинской практике.	шт.	34
21.	Кюретка для выскабливания слизистой оболочки матки острая №2,225 мм	Кюретка гинекологическая с острой пластинчатой петлей, предназначенная для выскабливания слизистой оболочки матки. 2.1. Длина должна быть 295±5мм. 2.2. Ширина - 10,5±0,5мм. Инструмент должен быть изготовлен из нержавеющей стали для использования в медицинской практике.	шт.	37
22.	Кюретка для выскабливания слизистой оболочки матки острая №4,225 мм	Кюретка гинекологическая с острой пластинчатой петлей, предназначенная для выскабливания слизистой оболочки матки. 2.1. Длина должна быть 300±5мм . 2.2. Ширина - 11,6±1,6мм Инструмент должен быть изготовлен из нержавеющей стали для использования в медицинской практике.	шт.	22
23.	Кюретка для выскабливания слизистой оболочки матки острая №6, 225 мм	Кюретка гинекологическая с острой пластинчатой петлей, предназначенная для выскабливания слизистой оболочки матки. 2.1. Длина должна быть 300±5мм. 2.2. Ширина - 13±1мм Инструмент должен быть изготовлен из нержавеющей стали для использования в медицинской практике.	шт.	7
24.	Кюретка для удаления остатков плодного яйца тупая №2	Предназначена для удаления из матки остатков плаценты и плодного яйца. Инструмент имеет рабочую часть в виде тупой металлической петли 2.1. Длина инструмента должна быть 300±10мм. 2.2. Ширина - 10±2мм Инструмент должен быть изготовлен из нержавеющей стали для использования в медицинской практике.	шт.	6

25.	Кюретка для удаления остатков плодного яйца тупая №4	Предназначена для удаления из матки остатков плаценты и плодного яйца. Инструмент имеет рабочую часть в виде тупой металлической петли 2.1. Длина инструмента должна быть 300±10мм. 2.2. Ширина - 11±2мм Инструмент должен быть изготовлен из нержавеющей стали для использования в медицинской практике.	шт.	8
26.	Кюретка для удаления остатков плодного яйца тупая №6	Предназначена для удаления из матки остатков плаценты и плодного яйца. Инструмент имеет рабочую часть в виде тупой металлической петли 2.1. Длина инструмента должна быть 300±10мм. 2.2. Ширина - 13±2мм Инструмент должен быть изготовлен из нержавеющей стали для использования в медицинской практике.	шт.	9
27.	Кюретка тупая послеродовая	Для выскабливания полости матки после родов. 2.1. Длина – 31,5±0,5 см. 2.2. Ширина - 40±1мм. Инструмент должен быть изготовлен из нержавеющей стали для использования в медицинской практике.	шт.	17
28.	Ножницы д/пересечения пуповины, горизонтально-изогнутые	Предназначены для пересечения пуповины. Имеют широкие изогнутые бранши. 2.1Длина инструмента не менее 150 мм Инструмент должен быть изготовлен из нержавеющей стали для использования в медицинской практике.	шт.	38
29.	Щипцы полипные окончатые	Предназначены для захватывания полипов, извлечения из матки плодных оболочек и частей плодного яйца. 2.1.Рабочая часть окончатая. 2.2. Длина инструмента должна быть не менее 245 мм. Инструмент должен быть изготовлен из нержавеющей стали для использования в медицинской практике.	шт.	98
30.	Щипцы для фиксации тела и шейки матки	Длина не менее230 мм. Материал: нержавеющая сталь	шт.	12
31.	Щипцы для оттягивания тела матки однозубые пулевые	Предназначены для оттягивания тела матки при гинекологических операциях. 2.1. Длина инструмента должна быть не более 270 мм. Инструмент должен быть изготовлен из нержавеющей стали для использования в медицинской практике.	шт.	70
32.	Щипцы маточные двузубые прямые, малые №1	Предназначены для захватывания и удержания шейки и тела матки 2.1. Длина инструмента не менее 210 мм. Инструмент должен быть изготовлен из нержавеющей стали для использования в медицинской практике.	шт.	5
33.	Щипцы маточные двузубые прямые, большие №2	Предназначены для захватывания и удержания шейки и тела матки 2.1. Длина инструмента не менее 240 мм. Инструмент должен быть изготовлен из нержавеющей стали для использования в медицинской практике.	шт.	2
34.	Экстрактор для удаления спирали ВМС №1	Предназначен для извлечения внутриматочных спиралей без предварительного расширения цервикального канала. 2.1. Длина инструмента не менее 290 мм. Инструмент должен быть изготовлен из нержавеющей стали для использования в медицинской практике.	шт.	15
35.	Наконечник вакуум-аспирационный №9	Гинекологическое приспособление предназначено для искусственного прерывания беременности на ранних	шт.	10

	прямой	сроках, лечебно-диагностической аспирации.		
36.	Наконечник вакуум-аспирационный №10 прямой	2.1. Длина инструмента 230-260 мм. Материал: нержавеющая сталь. Для использования в медицинской практике.	шт.	9
37.	Наконечник вакуум-аспирационный №11 прямой		шт.	6
38.	Наконечник вакуум-аспирационный №12 прямой		шт.	6
39.	Тазомер	Инструмент для измерения наружных размеров таза, а также головки плода. Предназначен для определения наружных размеров таза. 2.1.Длина 34,5 ±0,5 см. 2.2. Оснащен сантиметровой шкалой. Материал: нержавеющая сталь. Для использования в медицинской практике.	шт.	27

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Весь инструмент должен быть устойчив к дезинфекции и стерилизации в автоклаве.

3.2. Срок годности не менее 60% от срока годности установленного производителем.

Главный внештатный специалист
по акушерству, гинекологии и
репродуктивному здоровью В.П.Шугай