МТ №976/26

лот 1

Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) расходных материалов для систем стерилизации: пакеты в рулонах

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1	Пакеты в рулонах для стерилизации, размер: 75мм х не менее 70м	рулон	270
1.2	Пакеты в рулонах для стерилизации, размер: 100мм х не менее 70м	рулон	270
1.3	Пакеты в рулонах для стерилизации, размер: 150мм х не менее 70м	рулон	270
1.4	Пакеты в рулонах для стерилизации, размер: 200мм х не менее 70м	рулон	314
1.5	Пакеты в рулонах для стерилизации, размер: 250мм х не менее 70м	рулон	314
1.6	Пакеты в рулонах для стерилизации, размер: 350мм х не менее 70м	рулон	224
1.7	Пакеты в рулонах для стерилизации, размер: 400мм-420мм х не менее 70м	рулон	62
1.8	Пакеты в рулонах для стерилизации, размер: 500мм х не менее 70м	рулон	44
	Итого по лоту	рулон	**1 768**

2. Показатели (характеристики):

2.1. Предлагаемые расходные материалы должны быть совместимы (иметь возможность применения) с плазменным стерилизатором "Sterrad 100S" Jonson & Jonson.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.

МТ №976/26

лот 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) расходных материалов для систем стерилизации: пакеты в рулонах

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1	Пакеты в рулонах для стерилизации, размер: 75мм х не менее 70м	рулон	30
1.2	Пакеты в рулонах для стерилизации, размер: 100мм х не менее 70м	рулон	30
1.3	Пакеты в рулонах для стерилизации, размер: 150мм х не менее 70м	рулон	30
1.4	Пакеты в рулонах для стерилизации, размер: 200мм х не менее 70м	рулон	36
1.5	Пакеты в рулонах для стерилизации, размер: 250мм х не менее 70м	рулон	36
1.6	Пакеты в рулонах для стерилизации, размер: 350мм х не менее 70м	рулон	26
1.7	Пакеты в рулонах для стерилизации, размер: 400мм-420мм х не менее 70м	рулон	8
1.8	Пакеты в рулонах для стерилизации, размер: 500мм х не менее 70м	рулон	6
	Итого по лоту :	рулон	**202**

2. Показатели (характеристики):

2.2. Предлагаемые расходные материалы должны быть совместимы (иметь возможность применения) с плазменным стерилизатором "Sterrad 100S" Jonson & Jonson.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.