Общество с ограниченной ответственностью
"БЕЛТОПМЕД"
220089, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Железнодорожная 37/1, каб. 11
Тел. +375 17 388-16-48
Факс +375 17 320-07-37

Государственное учреждение «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь
223028, Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, 81/5, район агрогородка Ждановичи
Тел. +375 17 543-44-44

Дефектный акт № 771 от 05.11.2026

по результатам диагностики оборудования.

1. Наименование, модель и серийный номер оборудования:

система уродинамическая Aquarius CTS (AQS 2004), серийный номер NBCT-9-17071082

инв 0137785

2. Выявленные неисправности:

Не загружается компьютер с ПО.

3. Перечень работ для восстановления полного функционирования аппарата:

Ремонт системного блока.

ООО "БЕЛТОПМЕД"
Начальник отдела сервиса

Булавский В. А.

Подпись

«БелТопМед» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ № 1 город Минск

Представитель «Государственное учреждение «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь»

Должность, ФИО

Подпись

Начальник ООО Пагуди