Приложение 1
к объединенной заявке
на закупку медицинских изделий

ОПИСАНИЕ
потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Индикаторы контроля стерилизации химические для УЗ Гомельской области

1. *Состав (комплектация) медицинских изделий:*

Номер и наименование ЛОТа	***Размер***	***Количество***
ЛОТ №10 Индикатор контроля стерилизации химический (120°С)	1. Для контроля **паровой** стерилизации 2. Температура стерилизации 120°С 3. Время стерилизации 12 мин. 4. **Наружные**	2 000 штук
	1. Для контроля **паровой** стерилизации 2. Температура стерилизации 120°С 2 Время стерилизации 12 мин. **4 Внутренние**	3 000 штук
	1. Для контроля **паровой** стерилизации 2. Температура стерилизации 120°С 3. Время стерилизации 8 мин. 4. **Внутренние**	1 000 штук
	1. Для контроля **паровой** стерилизации 1 Температура стерилизации 120°С 2 Время стерилизации 8 мин. 3 **Наружные**	2 000 штук
ЛОТ №14 Индикатор контроля стерилизации биологический	**для контроля паровой стерилизации** Комплект: 1. Тест-полоска со споровыми формами микроорганизма, обладающими высокой резистентностью к контролируемому методу стерилизации – не менее 20 штук в комплекте; 2. Питательная среда в стеклянной ампуле с чувствительным индикатором; 3. Наличие в комплекте контрольного индикатора (индикатор "отрицательного" контроля).	314 компл.
ЛОТ №15 Индикатор контроля стерилизации биологический	**для контроля воздушной стерилизации** Комплект: 1. Тест-полоска со споровыми формами микроорганизма, обладающими высокой резистентностью к контролируемому методу стерилизации – не менее 6 штук в комплекте; 2. Питательная среда в стеклянной ампуле с чувствительным индикатором; 3. Наличие в комплекте контрольного индикатора (индикатор "отрицательного" контроля).	699 компл.

2. *Технические требования:*

ЛОТ №10 **Индикатор контроля стерилизации химический (120°С)**
2.1. Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров стерилизации – температуры, экспозиции, а также давления и степени насыщенности водяного пара (*для контроля паровой стерилизации*); 2.2. Возможность выявления несоблюдения заданных значений критических параметров стерилизации, которые могут привести к использованию нестерильных изделий;

2.3. Изменение и достижение конечного цвета только в атмосфере стерилизующего агента (пара, воздуха) при воздействии определенной температуры в течение определенного времени; 2.4. Соответствие не менее чем 4 классу (мультипараметрические индикаторы); 2.5. Материал: бумажная основа на клеевом основании; 2.6. В каждый комплект индикаторов должен входить журнал учета стерилизации.
ЛОТ №14 и ЛОТ №15 **Индикатор контроля стерилизации биологический**
Должны быть упакованы в нанополимерную мембранную упаковку, обеспечивающую проникание стерилянта и прямой визуальный контроль.