Приложение 1
к заявке
на закупку медицинских изделий

ОПИСАНИЕ
потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 1-2

~~**Лот 1**~~ Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения :глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов , нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена , относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения :глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов , нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена , относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче.	Упак.	~~30~~ Лот 1 - 27 упк Лот 2 - 3 упк

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1.

№ п/п	Наименование	Показатели (характеристики) предмета государственной закупки
1.1.	Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения :глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов , нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена , относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче.	Поставляемый набор реагентов должен обладать следующими аналитическими характеристиками: 1.1. – принцип метода – сухая химия; 1.2. – возможность одновременного учета не менее 11 физико-химических параметров (глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов , нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена , относительной плотности, аскорбиновой кислоты). 1.3. – время реакции не более 3 минут; 1.4. –учет результатов, при помощи анализатора мочи производства AM 2100. 1.5. –реагенты готовы к употреблению. 1.6. – в состав 1 упаковки входит 100 тест-полосок.

2.2. В случае предложения компонентов системы различных производителей их совместимость должна быть подтверждена документально производителем изделия.
2.3. Этикетки должны быть снабжены следующей информаций: наименование или торговая марка изготовителя или поставщика, номер партии, буквенный код и/или описание содержимого, срок годности .

2.4. Маркировка на внешней стороне первичной упаковки должна содержать следующую информацию: наименование и адрес изготовителя поставщика, номер парти, срок годности, описание содержимого.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок годности на дату поставки должен быть не менее 60% от общего срока годности, заявленного производителем товара.