ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г. Минск

10.11.2026

Комиссия в составе представителей ЗАКАЗЧИКА
Минский областной клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны

и представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ ООО "Экстрамед": Гарбар В. В.

провела обследование видеогастроскопа FUJINON EG-600WR 2G391K624

Обследованием установлено:
Обрыв тяги изгибаемой части. Порван защитный конус вводимой трубки.

Для восстановления работоспособности данного прибора требуется замена следующих комплектующих, запасных частей и расходных материалов:

№	Наименование запасной части	Кол-во
1	Тяга изгибаемой части	4
2	Оплетка изгибаемой части	1
3	Оболочка изгибаемой части	1
4	Защитный конус	1

Срок выполнения работ - 30 календарных дней.
В процессе проведения ремонта возможно возникновение необходимости в замене дополнительных запасных частей.
В случае наличия в эндоскопе негерметичности, влаги, коррозии возможен непредвиденный выход из строя видеокамеры, электронных плат, коннекторов с потерей изображения либо его искажениями даже при восстановлении изображения после просушки прибора.

Представители

Минский областной клинический
госпиталь инвалидов Великой
Отечественной войны имени
П.М.Машерова

_____

Инж. по ремонту

_____

Представитель

ООО "Экстрамед"

_____

Гарбар В. В.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Экстрамед» г. МИНСК РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ