МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Вытворча-гандлёвае рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства «Белмедтэхніка»
Рэспубліканскае даччынае гандлевае ўнітарнае прадпрыемства «Медтэхніка» г.Гомель

вул. Чангарскай дывізіі, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
прыёмная: тел.: (0232) 35-98-87;
аддзел гандлю: 35-68-80; маркетынг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/р BY92BLBB30120400052327001001
Дырэкцыя ААТ «БЕЛІНВЕСТБАНКА»
па Гомельскай вобласці,
код BLBBBY2X УНП 400052327

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Производственно-торговое республиканское унитарное предприятие «Белмедтехника»
Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель

ул. Чонгарской дивизии, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
приемная: тел.: (0232) 35-98-87;
отдел торговли: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/счет BY92BLBB30120400052327001001
Дирекция ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНКА»
по Гомельской области,
код BLBBBY2X УНП 400052327

18.11.2026 № 4-17/1406

На № _____ ад _____

Руководителю предприятия

ЗАПРОС
информации о ценах на медицинские изделия

Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: **Реагенты для полуавтоматического химического анализатора мочи для ОЗ Гомельской области**

**в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).*

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (*Закон, Указ, прейскурант и т.д.*) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту 203@mdt.by в срок не позднее **20.11.2026.**

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком.

Ведущий специалист отдела маркетинга М.В.Саварина

Голуб 8-232-35-67-14

Приложение 1
к объединенной заявке
на закупку медицинских изделий

ОПИСАНИЕ
потребительских, функциональных, технических, качественных И эксплуатационных показателей характеристик) предмета государственной закупки

ЛОТ №1.Реагенты для полуавтоматического химического анализатора мочи

Наименование	Состав	Единица измерения	Количество
Лот 1. Реагенты для полуавтоматического химического анализатора мочи	1.Тест-полоски для анализа мочи по 10 параметрам: уробилиноген, билирубин, кетоны, кровь, белок, нитриты, лейкоциты, глюкоза, удельный вес, pH.	штук	13 000 штук

2 Технические требования:

2.1. Предлагаемые расходные и контрольные материалы должны быть совместимы с анализатором мочи DIRUI серии H, Dirui Industrial Co., Ltd., Китай, что должно быть подтверждено документально, либо могут быть предложены аналогичные расходные и контрольные материалы с предоставлением анализатора другого производителя, поставляемого по договору безвозмездного пользования (аренды), в количестве 2 единиц.

2.2. Требования, предъявляемые к оборудованию, поставляемому по договору безвозмездного пользования:	
2.2.1	Должен обеспечивать работу для качественного и полуколичественного анализа физико-химических свойств мочи в полуавтоматическом режиме
2.2.2	Определяемые параметры: уробилиноген, билирубин, кетоны, кровь, белок, нитриты, лейкоциты, глюкоза, удельный вес, pH.
2.2.3	Интерфейс на русском языке
2.2.4	Поддержка протокола информационного взаимодействия с Централизованной информационной системой здравоохранения (ЦИСЗ), размещаемого на сайте оператора ЦИСЗ (ГУ «РНПЦ МТ»)
2.2.5	Встроенный принтер для печати результатов