Приложение № 1
к заявке на закупку

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Наборы реагентов для количественного определения антител к экстрагируемым ядерным антигенам (ENA) в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ лот	*Наименование ЛОТа*	*Требования, предъявляемые к товару состав / размер*	*Ед. изм*	*Коли-чество*
1.	Наборы реагентов для количественного определения антител к экстрагируемым ядерным антигенам (ENA) в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа	1. Тест-система для количественного определения антител к не менее чем экстрагируемым ядерным антигенам (ENA): SS-A (52, 60), SS-B, Sm, RNP/Sm, Scl-70, Jo-1, методом иммуноферментного анализа 2. Планшет 96-луночный (12 стрипов по 8 лунок каждый).	Наб.	50 наборов

2. Технические характеристики:

2.1. Принцип метода: количественный иммуноферментный анализ;

2.2. Предлагаемые наборы реагентов должны содержать все необходимые реагенты, а так же стандарты и/или контроли, для проведения исследования методом количественного иммуноферментного анализа.

2.3. Реагенты, стандарты и/или контроли должны быть жидкие, готовые к применению;

2.4.Предлагаемые наборы реагентов должны предусматривать использование набора частями, планшет разборный.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности и/или стерильности товара с момента поставки должен составлять не менее 60% от срока годности, установленного производителем, в случае если изготовителем (производителем) установлен срок годности и/или

стерильность 12 месяцев или менее 12 месяцев, и не менее 11 месяцев, если установленный изготовителем (производителем) срок годности и/или стерильности более 12 месяцев.