Приложение 1

Техническое задание на закупку
прибора для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.

1. Состав (комплектация):

N п/п	Наименование	Количество (шт.)
1.1.	Прибор для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе и индикации уровня алкоголя в крови на основе анализа выдыхаемого воздуха.	1
1.2.	Сменный мундштук	100
1.3.	АКБ - аккумуляторная батарея для автономной работы прибора	1
1.4.	Блок питания от сети 220В	1

2. Показатели (характеристики):

2.1. Диапазон рабочих температур – от минус 5 до плюс 35 °С

2.2. Прибор должен измерять концентрацию паров алкоголя в выдыхаемом воздухе и указывать уровень алкоголя в крови на основе анализа выдыхаемого воздуха.

2.3. Прибор должен комплектоваться аккумуляторной батареей для работы с прибором в местах, где отсутствует стационарная сеть 220 В.

2.4. Прибор должен поставляться с пройденной первичной государственной поверкой.

2.5. Прибор должен быть зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений Республики Беларусь.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Гарантийный срок исчисляется с момента ввода оборудование в эксплуатацию и должен быть не менее 12 месяцев.

Разработано:

врач терапевт-завед. Масенок В.В. _____
Должность Ф.И.О. Подпись

ст. сестр Фисенко Ч.А. _____
Должность Ф.И.О. Подпись