Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1.	Тренажёр реабилитационный беговая дорожка (тредбан, тредмилл) с биологической обратной связью	1
1.2.	Стойка управления с цветным сенсорным дисплеем	1
1.3.	Рампа для въезда инвалидной коляски	1
1.4.	Датчик ЧСС	1

2. Технические характеристики:

2.1. Регулировка скорости движения полотна в диапазоне не менее - от 0,1 до 10 км/час,
с шагом не более 0,1 км/час.;
2.2. Изменение угла наклона бегового полотна дорожки не менее - от 0 до 14 градусов;
2.3. Максимально допустимая масса пациента: не менее 150 кг.;
2.4. Остановка двигательной активности беговой дорожки с помощью кнопки «Экстренная остановка» расположенных с обеих сторон полотна;
2.5. В конструкции беговой дорожки реализована система биологической обратной связи посредством датчиков, синхронизирующих работу беговой дорожки с шагом пациента по следующим параметрам: длина шага (см), симметричность шага (%) с выводом изображения на экран панели управления.
2.6. Стойка управления должна обеспечивать настройку/отображение нижеследующих параметров работы беговой дорожки:
- режим работы беговой дорожки (активный, либо БОС);
- направление движения бегового полотна;
- скорость тренировки;
- угол наклона бегового полотна;
- показания симметричности шага (в режиме БОС);
- средняя длина шага (в режиме БОС);
- показания частоты сердечных сокращений (ЧСС);
- расстояние, «пройденное» пациентом;

- время тренировки;
- энергозатраты в ккал.

2.7. Потребляемая мощность от сети 220 В, 50 Гц - не более 1100 Вт.

2.8. Возможность перемещения дорожки посредством встроенных транспортировочных
роликов, габарит по полу без пандуса не более 1110х 2250 мм.

2.9. Электрическая регулировка поднятия поручней.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документом организатора.

Разработано:

1. Рубченя А.А.	врач-терапевт консультативного отделения	подпись
2. Крыштон Т.А.	медсестра (старшая) физиотерапевтического отделения	подпись