Приложение 1

МТ №978/26

лот 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) игл для биопсии костного мозга

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Размер	Ед. изм.	Количество
1.1.	Игла для биопсии костного мозга	14G	штука	7 280
1.2.	Игла для биопсии костного мозга	15-16G	штука	3 340
1.3.	Игла для биопсии костного мозга	18G	штука	930
Итого по лоту 1:			**штука**	**11 550**

2. **Показатели (характеристики):**

2.1. Игла предназначена для забора костного мозга;

2.1. Наличие миллиметровой шкалы;

2.2. Наличие механизма регулировки глубины ввода иглы;

2.3. Наличие ручки, позволяющей осуществлять нажатие на иглу;

2.4. Наличие коннектора Луер-Лок для присоединения шприца;

2.5. Регулируемый диапазон длины иглы:

2.6.1. Игла для биопсии костного мозга 14G - от 15мм (±5мм) до 55мм(±5мм);

2.6.2. Игла для биопсии костного мозга 15-16G – от 15мм (±5мм) до 45мм(±5мм);

2.6.3. Игла для биопсии костного мозга 18G - от 15мм (±5мм) до 45мм(±5мм);

2.7. Стерильно, индивидуальная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.

МТ №978/26

лот 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) игл для трепанобиопсии

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Размер	Длина иглы, см	Ед. изм.	Количество
1.1.	Иглы для трепанобиопсии	11G	10 (±1)	штука	430
1.3.	Иглы для трепанобиопсии	13G	10 (±1)	штука	430
			Итого по лоту 2	**штука**	**860**

2. Показатели (характеристики):

2.1. Обязательное наличие в комплекте поставки игл следующих типоразмеров в количестве:

2.2. Наличие рукоятки;

2.3. Стерильно, индивидуальная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.

МТ №978/26

лот 3

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) игл для биопсии

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Размер	Длина иглы, см	Ед. изм.	Количество
1.1.	Иглы для биопсии	14G	10-12	штука	3 390
1.2.	Иглы для биопсии	16G	20	штука	430
1.3.	Иглы для биопсии	16G	15	штука	7 210
1.4.	Иглы для биопсии	18G	10-12	штука	70
1.5.	Иглы для биопсии	18G	20	штука	5 500
1.6	Иглы для биопсии	20G	20	штука	1 160
ИТОГО по лоту 3				**штука**	**17 760**

2. Показатели (характеристики):

2.1. Совместимость с биопсийными системами «Magnum», производства «Bard», либо в стоимость должны быть включены не менее 11 устройств для проведения биопсии;

2.2. Упаковка должна обеспечивать стерильность игл;

2.3. Изделие однократного применения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.